



SZPITAL ŚW. ŁUKASZA
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507
KRS: 0000024307
REGON: 000310338

T.: 75 738 00 00
E.: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:
000000001137

Bolesławiec, 12 kwietnia 2022 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 25, ze zm.) na „Sukcesywne dostawy rękawic medycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”. Znak sprawy 10/ PN/ 2022.

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 25 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie.

1) Dotyczy zadania nr 1, pozycja 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic zarejestrowanych jako środek ochrony indywidualnej minimum w kategorii I. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie rękawic zarejestrowanych jako środek ochrony indywidualnej minimum w kategorii I.

2) Dotyczy zadania nr 1, pozycja 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o lepszym poziomie AQL 0,65. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie rękawic o lepszym poziomie AQL 0,65.

3) Dotyczy zadanie 2, pozycja 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o zawartości protein lateksowych poniżej 15µg/g – potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie rękawic o zawartości protein lateksowych poniżej 15µg/g – potwierdzone badaniami producenta wg EN 455.

Odpowiedzi udzieliła: JĘDRZEJCZYK Joanna - mgr farmacji, specjalista farmacji aptecznej