

Grodzisk Wielkopolski, dnia 12.01.2024 r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Grodzisku Wielkopolskim
ul. Mossego 17

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim” nr postępowania SPZOZ.DLA.2301.04.2023

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), informuje iż w ww. postępowaniu zostały złożone zapytania. W związku z powyższym Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany treści SWZ:

Pakiet nr 8

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczypiec z markerami sygnalizacyjnymi, średnica osłonki 2,4 mm, szerokość otwarcia szczęk 8 mm, długość szczęk 0,4 cm, pojemność łyżeczek 9,5 mm³.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy osłonki 2,4 mm, długość igły 4 mm, 5 mm i 6 mm – do wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy osłonki 2,4 mm i długości roboczej 240 cm dla średnicy pętli 6 mm, dla pozostałych średnic parametry jak w opisie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie ustników o wymiarach otworu centralnego 22 x 27 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 9

5. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie klipsów o średnicy cewnika 2,6 mm.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie kleszczy o średnicy cewnika 2,2 – 2,4 mm.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.