

Wołów, 06.09.2024 r.

15/PCM/2024/ZP/A

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ – 19

Dotyczy: postępowania nr 15/PCM/2024/ZP/A **Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

### **Pytanie 1 – Pakiet 11**

Czy Zamawiający wymaga:

Standardowe ostrza chirurgiczne ze stali węglowej,

Produkt sterylny, klasy IIa,

Sterylizacja za pomocą promieniowania gamma,

Każde ostrze pakowane jest indywidualnie w folię metalową z rysunkiem ostrza w skali 1:1

Na ostrzu wygrawerowana nazwa producenta oraz numer ostrza

Na opakowaniu wyraźnie oznakowany kształt ostrza

Jednorazowego użytku

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu a jedynie numer ostrza.**

### **Pytanie 2 - Pakiet 13 poz. 1, 2, 3**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny SMMMS?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 3 - Pakiet 13 poz. 1,2, 3**

Czy Zamawiający dopuści na zewnętrznym opakowaniu 3 etykiety?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 4 - Pakiet 13 poz. 1,2, 3**

Czy Zamawiający dopuści rzep rozmiarze min.2,5cm x 12 cm, 2,5 cm x 12 cm?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5 - Pakiet 13 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny polipropylenowej 30 g/m<sup>2</sup>?


Czy Zamawiający dopuści r. uniwersalny?

Czy Zamawiający dopuści rozmiar L oraz XL?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, w rozmiarach L-XL.**

**Pytanie 6 - Pakiet 24**

Czy Zamawiający dopuści



Myjka w formie rękawicy o szybkim działaniu, przeznaczona do codziennej higieny osobistej ciała. Rozmiar i wyprofilowany kształt powoduje łatwe użycie w różnych sytuacjach: w szpitalu, na oddziale intensywnej opieki medycznej, w domu opieki. Ze względu na jednorazowe zastosowanie zapobiega zakażeniom.

Produkt wykonany z dwóch warstw włókien: molton 120g nasączona jednostronnie mydłem dermatologicznym o neutralnym pH 5,5 oraz molton 100g (bez mydła). Mydło uaktywnia się po zwilżeniu wodą. Myjka połączona metodą ultradźwiękową.

Wyrób jest hypoalergiczny, nie zawiera lateksu ani formaldehydu.


Rozmiar: 17 cm x 24,5 cm

Opakowanie: 20 sztuk

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie 7 - Pakiet 24

Czy Zamawiający dopuści



Myjka w formie rękawicy o szybkim działaniu, przeznaczona do codziennej higieny osobistej ciała. Rozmiar i kształt powoduje łatwe użycie w różnych sytuacjach: w szpitalu, na oddziale intensywnej opieki medycznej, w domu opieki. Ze względu na jednorazowe zastosowanie zapobiega zakażeniom.

Produkt wykonany z dwóch warstw włókien: molton 115g nasączona mydłem dermatologicznym o neutralnym pH 5,5 oraz spunlance 40g (bez mydła).

Rozmiar: 17 cm x 23 cm

Opakowanie: 50 sztuk

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**

### Pytanie 8 - Pakiet 25

Czy Zamawiający dopuści poniższe nakłuwacze:

specjalnie ostrzone, trójplaszczynowe igły ze stali nierdzewnej pokryte silikonem prosta

intuicyjna obsługa - aktywacja nakłuwacza poprzez dociśnięcie do opuszka palca

igły sterylizowane promieniami gamma

mechanizm bezpieczeństwa eliminujący możliwość przypadkowego zakłucia

produkt sterylny jednorazowego użytku

używany do uzyskiwania próbek krwi stosowanych w różnego rodzaju testach diagnostycznych,

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż nie przedłuża terminu składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

PREZES  
ZARZĄDU SPÓŁKI

*Bartosz Granat*

Sporządziła: Anna Chechelska, Tel: 71/ 38 05 807, e-mail: [annachechelska@pcm-wołow.pl](mailto:annachechelska@pcm-wołow.pl)