



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
w PIŁE  
im. Stanisława Staszica  
64-920 Piła, ul. Rydygiera Ludwika 1

Sekretariat (067) 210 62 00  
Centrala (067) 210 66 66  
Fax (067) 212 40 85  
e-mail: sekretariat@szpital.pila.pl  
www.szpitalpila.pl



Piła, dn. 13.02.2024 roku

FZP.IV-241/13/24

### Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa obłóżek j. u.”  
Szpital Specjalistyczny w Piła informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

#### Pytanie nr 1.

Zadanie 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze 60x180cm, z wkładem chłonnym 60x90cm, w całości wykonany z oddychającej włókniny, wyposażony w zakładki umożliwiające zawinięcie podkładu pod materac w celu trwałego umocowania produktu, z wkładem chłonnym wyposażonym w superabsorbent SuperCore umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach, o chłonności min. 1600 ml wg EN ISO 11948-1, zapewniający trwałe zatrzymanie bakterii w tym MRSA, E.Coli w chłonnym rdzeniu, w opakowaniu a'56 sztuk?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza .**

#### Pytanie nr 2.

Zadanie 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny wykonany z 5 warstw: laminat + wata celulozowa + pulpa celulozowa + wata celulozowa + włóknina polipropylenowa, posiadający wkład chłonny z pikowaniami, z częścią spodnią podfoliowaną, nieprzemakalną, w rozmiarze 60x90cm i chłonności 1177ml?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### Pytanie nr 3.

Zadanie 1, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### Pytanie nr 4.

Zadanie 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100x225cm z wkładem chłonnym 50x208cm  $\pm 2,5$  cm, wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m<sup>2</sup>, warstwy celulozowej 16 g/m<sup>2</sup>, pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej 16 g/m<sup>2</sup>, niebieskiej folii PE 40 g/m<sup>2</sup>, o chłonności 3820,18 ml, w opakowaniu a10 szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### Pytanie nr 5.

Zadanie 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100x225cm z wkładem chłonnym 50x208cm  $\pm 2,5$  cm, wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m<sup>2</sup>, warstwy celulozowej 16 g/m<sup>2</sup>, pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej 16 g/m<sup>2</sup>, niebieskiej folii PE 40 g/m<sup>2</sup>, o chłonności 3820,18 ml, w opakowaniu a10 szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 6.**

Zadanie 1, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 7.**

Zadanie 1, poz. 3

Czy w miejsce opisanego podkładu Zamawiający dopuści podkład o poniższym opisie?

Podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm (wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwi przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność min. 1,5 litra. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.Coli, redukuje zapach. Op.20 szt.

Pokryty hydrofilną włókniną o gramaturze 15g/m<sup>2</sup> na całej powierzchni. Wkład chłonny o gramaturze 126g/m<sup>2</sup> z superabsorbentem. Warstwa spodnia o gramaturze 70g/m<sup>2</sup> wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej foli. Waga podkładu około 295 g.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 8.**

Zadanie 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści podkład celulozowy w rolce o szerokości 50 cm, z perforacją co 37,5cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 9.**

Zadanie 1, poz. 4-5

Czy Zamawiający dopuści podkład celulozowy o długości 50m?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 10.**

Zadanie 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści podkład podfoliowany w rolce o szerokości 50 cm, z perforacją co 38cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 11.**

Zadanie 1, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści podkład podfoliowany (2 warstwy celulozy i 1 warstwa folii) o długości 20m?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 12.**

Zadanie 1, poz. 7-8

Czy Zamawiający dopuści podkłady jednorazowe w rolce wykonane z celulozy, dwuwarstwowe?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 13.**

Zadanie 1, poz. 7-8

Czy Zamawiający dopuści podkłady jednorazowe w rolce wykonane z celulozy, podfoliowane?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 14.**

Zadanie 1, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o szerokości 50 cm, długości 50m i perforacji co 37,5cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 15.**

Zadanie 1, poz. 7,8

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o szerokości 60 cm, długości 80m i perforacji co 37,5cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 16.**

**Zadanie 1, poz. 7-8**

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o długości 40m z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 17.**

Zadanie 1, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o szerokości 60 cm, długości 80m i perforacji co 37,5cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 18.**

Zadanie 1, poz. 4-6

Czy zamawiający wydzieli poz.4-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.**

**Pytanie nr 19.**

Zadanie 1, poz. 4

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 m, perforacja co 38 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.**

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 m, perforacja co 38 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.**

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 m, perforacja co 34 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.**

Czy dopuści perforację co 34 lub 38 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.**

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.**