



Warszawa, dnia 01.10.2024 r.

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 2. Regionalna Baza Logistyczna, zawiadamia, że w postępowaniu na dostawę sprzętu metrologicznego z podziałem na 5 części ( zadań) w dniach 25-26.09.2024 r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia:

### **Wniosek nr 1**

#### **Pytanie nr 1**

- Czy Zamawiający dopuszcza pojemność komory 225 litrów?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę specyfikowanych parametrów zaproponowanych przez potencjalnego Wykonawcę.

#### **Pytanie nr 2**

-czy Zamawiający dopuszcza głębokość komory roboczej 443 mm?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę specyfikowanych parametrów zaproponowanych przez potencjalnego Wykonawcę.

#### **Pytanie nr 3**

-czy Zamawiający dopuszcza głębokość zewnętrzną komory klimatycznej 1400 mm?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę specyfikowanych parametrów zaproponowanych przez potencjalnego Wykonawcę.

**Pytanie nr 4**

-czy Zamawiający dopuszcza wymiary okna w drzwiach 300 x 500 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę specyfikowanych parametrów zaproponowanych przez potencjalnego Wykonawcę.

**Wniosek nr 2**

Poniżej przesyłam pytanie do postępowania: Terminy dostaw wszystkich 5 zadań znacznie przekraczają wskazany przez zamawiającego termin 14 dni od podpisania umowy lub datę ostatecznej dostawy nie później niż 29.11 2024r. Wynika to z faktu iż wszystkie te produkty wykonywane są na zamówienie (nie są to towary dostępne od ręki z magazynów producentów). W związku z powyższym czy zamawiający dopuści dostawę wg poniższego zestawienia:

Zadanie 1 – Komora klimatyczna – do 8 tygodni od daty zawarcia umowy

Zadanie 2 – Piec kalibracyjny – do 10 tygodni od daty zawarcia umowy

Zadanie 3 – termostat cieczowy – do 10 tygodni od daty zawarcia umowy

Zadanie 4 – Kalibrator pirometrów – do 13 tygodni od daty zawarcia umowy

Zadanie 5 – Kalibrator pirometrów – do 13 tygodni od daty zawarcia umowy

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę terminów zaproponowanego przez potencjalnego Wykonawcę.

**Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień nie dokonuje zmian treści SWZ.**

**KOMENDANT**  
**z up. KIEROWNIK**  
**SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**  
**/-/ Iwona WOŹNICA**