



Znak: AE/ZP-27-31/23

Tarnów, 2023-05-15

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dzierżawę automatycznego systemu w technologii multiplex PCR do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania mechanizmów oporności wraz z dostawami materiałów niezbędnych do prowadzenia badań w tym zakresie oraz wymazówki i podłoża transportowe stanowiące dodatkowe wyposażenie niezbędne do wykonywania testów w technologii multiplex PCR.**

W związku z zapytaniami jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy pkt 22.11 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w razie odstąpienia od umowy i rozwiązania/wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 pkt 12 Załącznika Nr 4.** Czy Zamawiający zmodyfikuje punkt dopisując w dni robocze: „Wstawienie aparatu zastępczego na czas naprawy – przy naprawie trwającej powyżej 72 godzin w dni robocze”.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 pkt 11 Załącznika Nr 4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie naprawy i serwisu aparatu do 48 godzin w dni robocze oraz odstąpi od wykonywania przeglądu gdyż zgodnie z zaleceniami producenta nie jest on wymagany.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów **pkt. 22 SWZ.**

Ad. 2

Zamawiający, działając na podstawie art.286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Załączniku Nr 4 do SWZ w pozycji „Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1 poz. 1” w pkt.12 w kolumnie „Parametry wymagane” **zapis o treści:**

„Wstawienie aparatu zastępczego na czas naprawy – przy naprawie trwającej powyżej 72 godziny.“

zmienia na zapis o treści:

„Wstawienie aparatu zastępczego na czas naprawy – przy naprawie trwającej powyżej 72 godziny w dni robocze.“

Ad. 3

Zamawiający, działając na podstawie art.286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Załączniku Nr 4 do SWZ w pozycji „Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1 poz. 1” w pkt.11 w kolumnie „Parametry wymagane” **zapis o treści:**

„Naprawa i serwis aparatu ujęty w cenie dzierżawy - do 48 godzin od zgłoszenia awarii do jej usunięcia, w tym przeglądy i kalibracja aparatu jeżeli wymaga tego do prawidłowej pracy“

zmienia na zapis o treści:

„Naprawa i serwis aparatu ujęty w cenie dzierżawy - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii do jej usunięcia, w tym przeglądy i kalibracja aparatu jeżeli wymaga tego do prawidłowej pracy.“

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w pkt.11 w pozycji „Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1 poz. 1” Załącznika Nr 4 do SWZ w kolumnie „Parametry wymagane” Zamawiający określił „...w tym przeglądy i kalibracja aparatu jeżeli wymaga tego do prawidłowej pracy.”



W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.2 i Ad.3 działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z póź. zm.), Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia 19.05.2023r. godz. 09:00,

- otwarcie ofert w dniu 19.05.2023r. godz. 10:00,

W związku z przedłużonym terminem składania ofert Wykonawca jest związany ofertą do dnia 17.06.2023r.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w punkcie 16.1., 17.1., 18.1., Załączniku Nr 4 oraz działając na podstawie art.286 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź.zm.) zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 4 do SWZ po zmianie treści SWZ.

VJK

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek