

### **Informacja o wpłynięciu pytań**

W związku z wpłynięciem pytań do zapytania ofertowego na zakup i dostawę fartuchów ochrony radiologicznej wraz z osłonami na tarczycę dla ZZOZ w Wadowicach, znak: 49/RC/ZP/ZZOZ/2018, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:** W związku z ogłoszeniem postępowania na dostawę odzieży ochronnej przeciw promieniowaniu RTG bardzo proszę o:

1. weryfikację zapisów punktu dotyczącego okresu gwarancji, od jakiego momentu gwarancja rozpoczyna swój bieg.

**Odpowiedź:** Gwarancja rozpoczyna swój bieg od momentu dostawy. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 „Formularz ofertowy” pkt. 3 nadając mu nowe brzmienie:

„3. Okres gwarancji: ..... (min. 12) miesięcy od dnia dostawy.\*”

**Pytanie nr 2:** Na rynku dostępne są 3 rodzaje ochrony przeciw promieniowaniu RTG:

- wykonanej z ołowiu,
- wykonanej z ołowiu + kombinacja bizmutu i antymonu,
- bezołowiowa wykonana w całości z kombinacji bizmutu i antymonu

Proszę o wskazanie typu, jaki należy uwzględnić przygotowując ofertę dla Państwa.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zaoferowania ochron przeciw promieniowaniu RTG spełniających standard IEC 61331-3/1. Dopuszczamy różnego rodzaju ochrony, których parametry Wykonawca winien potwierdzić w charakterystyce jakościowo-technicznej, poprzez wskazanie równoważnika osłabienia promieniowania.

**Pytanie nr 3:** Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie ochrony dłoni, mogą zaoferować albo wykonane z ołowiu albo bezołowiowe. Jaki typ sobie Państwo życzą?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga rękawiczki ołowiowe.

Ofertę należy złożyć **do dnia 13.12.2018r do godz. 12.00** w Sekretariacie lub przesłać na adres Zamawiającego: **Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice** z dopiskiem „Oferta cenowa na zakup i dostawę fartuchów ochrony radiologicznej wraz z osłonami na tarczycę dla ZZOZ w Wadowicach, znak: 49/RC/ZP/ZZOZ/2018”.

Dopuszcza się złożenie oferty faksem, na nr 33 823 22 30, lub mailem na adres [zp@zozwadowice.pl](mailto:zp@zozwadowice.pl), a następnie potwierdzić pisemnie.

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach  
**mgr inż. Piotr Kopijasz**