



Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce Sekcja Zamówień Publicznych

tel.: (0-41) 36-74-474 fax.: (0-41) 36-74071/481

strona www: <http://www.onkol.kielce.pl/> Email: zampubl@onkol.kielce.pl

AZP 241-150/2018

Kielce dn. 05.12.2018r.

**WSZYSCY WYKONAWCY
WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SIWZ**

Dot. AZP 241-150-2018 zakup sprzętu i wyposażenia z przeznaczeniem dla Działu Diagnostyki i Terapii Gastroenterologicznej ŚCO w Kiecach

Na podstawie Art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania :

Dotyczy Pakietu nr 2 poz.2

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze od opisanego w SIWZ tj. 2 szafy, z czego każda z nich przeznaczona do przechowywania 10 endoskopów? Dzięki takiemu rozwiązaniu Zamawiający utrzymuje ciągłość pracy w przypadku awarii jednego urządzenia oraz ma większe możliwości w wyborze miejsca instalacji. Co więcej wg naszej wiedzy na polskim rynku nie są dostępne specjalistyczne szafy do przechowywania endoskopów o pojemności 20szt.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie 1 szafy, składającej się z dwóch modułów.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
ds. Technicznych i Inwestycyjnych

mgr inż. Wojciech CEDRO