



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 03.07.2024 r.

**Znak sprawy Nr RPoZP 15/2024**

**Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego do Przychodni 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie**

**Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 12 – MODYFIKACJA**

Zamawiający zawiadamia, iż modyfikuje udzieloną odpowiedź w piśmie „Pytania i odpowiedzi nr 12” z dnia 28.06.2024 roku w ten sposób, iż odpowiedź na pytanie nr 3 uzyskuje brzmienie:

Zadanie nr 1 – Aparat RTG typu telekomando

**Pytanie nr 3**

Pkt 78 „Wymiary małego ogniska maksymalnie 0,6 mm”

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy aparat RTG typu telekomando z wielkością małego ogniska 0,7 mm? Jest to nieznaczna różnica, a w nowoczesnych aparatach RTG na wysoką jakość obrazowania wpływa przede wszystkim zastosowany detektor cyfrowy o wysokich parametrach.

**Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

**KOMENDANT**

płk mgr Krzysztof Jurkowski

BD 91/8105982