



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.  
19-300 Elk, ul. Baranki 24,  
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala  
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
tel. 87 620-95-93  
tel. 87 620-95-76  
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl  
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl  
[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

## Odpowiedź na Zapytanie 11

### Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ 3121 /2022

Data: 28.07.2022r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o. ” Znak: 2062/2022**

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**PYTANIE nr 1 – dotyczy Pakietu 28 Poz. 7 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**

Czy Zamawiający w pakiecie 28 w pozycji 7 dopuści rurkę intubacyjną zbrojoną w rozmiarze 9,5 spełniającą pozostałe wymagania określone w SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 2 – dotyczy Pakietu 30 Poz. 9 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**

Czy Zamawiający w związku z brakiem dostępności u producenta wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji 9 z pakietu 30?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 3 – dotyczy Pakietu 31 Poz. 8 i 9 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**

Czy Zamawiający w pakiecie 31 w pozycjach 8 i 9 dopuści rurkę intubacyjną w rozmiarze 9,0 spełniającą pozostałe wymagania określone w SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 4 – dotyczy Pakietu 31 Poz. 8 i 9 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**

Czy Zamawiający w pakiecie 31 w pozycjach 8 i 9 dopuści rurki intubacyjne bez przewodu do odsysania wydzieliny z nadmankietu, spełniające pozostałe wymagania określone w SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 5 – dotyczy Pakietu 57 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**

Czy Zamawiający w pakiecie 57 pozycja 1 oczekuje, aby uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa zawierał rurkę tracheostomijną z przewodem do odsysania

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 6 – dotyczy Pakietu 57 Poz. 2 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**

Czy Zamawiający w pakiecie 57 w pozycji 2 dopuści suchy zestaw do drenażu opłucnej z komorą kolekcyjną wyskalowaną do objętości 2100ml? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**



**PYTANIE nr 7 – dotyczy Pakietu 148 Poz. 2 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji 2 z pakietu 148?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje Modyfikacji nr 1 z dnia 28.07.2022r. Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.**

**PYTANIE nr 8 – dotyczy Pakietu 148 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Czy Zamawiający w pakiecie 148 w pozycji 1 dopuści suchy zestaw do drenażu opłucnej z komorą kolekcyjną wyskalowaną do objętości 2100ml? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.**

**Z poważaniem**

