



Toszek, 26.07.2024 r.

dotyczy: *postępowania nr 26/DEG/AS/2024 – Zakup ssaka medycznego i stojaka do skanera żył dla zadania "Zakup wraz z wymianą drzwi z bezpieczną szybą ościeżnicami oraz wykonanie prac ogólnobudowlanych po ich wymianie. Zakup ssaka medycznego i stojaka do skanera żył dla oddziału Psychiatrycznego Sądowego dla nieletnich o Wzmocnionym Zabezpieczeniu XVII w ramach zadań przeciwdziałaniu narkomanii."*

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Technicznej w zakresie części 1 – pkt 5 jak poniżej:

5	Urządzenie wyposażone w dwie 2,5 l szklane lub z PC butle wielorazowego użytku	TAK, PODAĆ	
---	---	------------	--

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Technicznej.

Zmiana jest wiążąca dla Wykonawców.

Od dnia 26.07.2024 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania dostępna jest **zmodyfikowana treść Specyfikacji Technicznej**.

