



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie  
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno  
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33  
e-mail: sekretariat@mpcz.pl  
[www.mpcz.pl](http://www.mpcz.pl)

Nr sprawy 12SMEspzoz2021

Mogilno, dnia 30.04.2021 r.

**Wykonawcy,  
którzy złożyli pytania**

## **WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: nr 12SMEspzoz2021 – Dostawy sprzętu medycznego do zabiegów endoskopowych*

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

### **Zadanie nr 1 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 21x26,5 mm?

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

### **Zadanie nr 1 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści pakowane po 50 sztuk w kartonik bez funkcji dyspensera?

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Zadanie nr 1 poz. 7**

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 7 z Zadania nr 1 i utworzy z niej oddzielne zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

**Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Zadanie/ część nr 1**

Pytanie 1:

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie igieł o długości 2300 mm.

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 2:

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie klipsowi o szerokości rozwarcia klipsa 12 mm, 15 mm i 16 mm, długość ramienia minimum 10 mm.

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 3:

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy osłonki 2,4 mm i długości 240 cm wykonanych z drutu o średnicy 0,33 mm, średnice pętli 6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm i 32 mm.

**Ad. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 4.

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie kleszczy o średnicy osłonki 2,4 mm.

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 5:

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie szczotek do czyszczenia zaworów i portów o długości 20 cm.

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

Pytanie 6:

Do jakiego ssaka mają pasować wkłady opisane w pozycji 9.

**Ad. MEVACS.**

Pytanie 7:

Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści zaoferowanie żelu o pojemności 200 ml

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 8:

Czy Zamawiający w pozycji 14 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 10, 15, 20 i 25 mm, średnica osłonki 2,4 mm.

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 9:

Czy Zamawiający w pozycji 15 dopuści zaoferowanie chwytaków o średnicy osłonki 2,4 mm.

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

## **Część nr 1**

Poz. 1

Czy Zamawiający wydzielili do oddzielnego zadania i dopuści jednorazową sterylną igłę do ostrzykiwania posiadającą usztywnioną osłonkę, blokada ze słyszalnym kliknięciem informująca o całkowitym schowaniu ostrza igły do osłonki, długość robocza narzędzia 2300 mm, długość igły 4mm, 6mm, średnice igieł 23G, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,3mm/2,4mm, średnica kanału roboczego 2,8mm?

**Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Poz. 2

Czy Zamawiający wydzielili do oddzielnego zadania i dopuści jednorazowe sterylne szczypce owalne z okienkiem do endoskopii, powlekane teflonem bez igły lub z igłą do wyboru przez zamawiającego. Uchwyt z możliwością rotacji, długość narzędzia 2300 mm, średnica łyżeczek po zamknięciu 2,3mm. Sterylne pakowane indywidualnie, zawierające etykiety samoprzylepne do dokumentacji z numerem katalogowym, nr LOT, datę ważności oraz dane producenta?

**Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania i dopuści klipsownice jednorazowe, długość 2300mm, rozwarcie klipsa 15 mm, rotacyjne?

**Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Poz. 4

Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania i dopuści pętle jednorazowe owalne do usuwania polipów, średnica 10mm, 15mm, 20 mm, 25mm, do kanału roboczego od 2,3mm, długość robocza 2300mm, wykonane z plecionego drutu. Pakowane indywidualnie, sterylne, każde opakowanie zawierające samoprzylepne etykiety do dokumentacji z numerem katalogowym, nr LOT, data ważności oraz dane producenta?

**Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Poz. 5

Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania ?

**Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Poz. 6

Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania i dopuści jednorazową dwustronną szczoteczkę do czyszczenia kanałów endoskopów, średnica włosa 5/10mm, długość robocza 2300mm, średnica osłonki 1,7mm, plus jednorazowa szczoteczka do czyszczenia zaworów i portów, średnica włosa 5/11mm, długość robocza 15,5cm?

**Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Poz. 7

Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania i dopuści jednorazowy ustnik do gastrokopii z regulowaną gumką, pakowany dyspenser po 100sztuk, sterylne, rozmiar 22x30mm?

**Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Poz. 8

Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania i dopuści jednorazową pułapkę na polipy pięciokomorową, numerowana, możliwość wyjęcia poszczególnych komór?

**Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Poz. 12

Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania?

**Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Poz. 16

Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania i dopuści pętle z siateczką jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na pętli o wymiarach, średnica pętli 25 mm długość narzędzia 2300mm, obrotowa?

**Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Poz. 19

Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania?

**Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pakiet nr 1**

Pytanie 1:

Czy zamawiający wyłączy z pakietu pozycję 1,2,3,4, 5,7, 8, i dopuści Pozycja 1 Jednorazowa sterylne igła do ostrzykiwania długość robocza narzędzia 2300mm, długość igły 4mm, 5mm, średnice igieł 22G. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 2:

Pozycja 2 Jednorazowe sterylne szczypce owalne z okienkiem do endoskopii, powlekane teflonem bez igły lub z igłą do wyboru przez zamawiającego. Łyżeczki uchylne z możliwością wykonania biopsji stycznych. Uchwyt bez możliwości rotacji, Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 3:

Pozycja 3 Klipsownice jednorazowe, długość 2300mm, rozwarcie klipsa 8,11 i 16mm, długość ramienia 10mm, rotacyjne

**Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 4:

Pozycja 4 Pętle jednorazowe owalne do usuwania polipów, średnica 10mm, 15mm, 20mm, 24mm, 36mm, do kanału roboczego od 2,3mm, długość robocza 2300mm, wykonane z plecionego drutu. Pakowane indywidualnie, sterylne, każde opakowanie zawierające samoprzylepne etykiety do dokumentacji z numerem katalogowym, nr LOT, data ważności oraz dane producenta

**Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 5:

Pozycja 6 Jednorazowa dwustronna szczoteczka do czyszczenia kanałów endoskopów, średnica włosa 5/5mm oraz 6/6mm (do wyboru przez zamawiającego), długość robocza 2300mm, średnica osłonki 1,7mm, plus jednorazowa szczoteczka do czyszczenia zaworów i portów, średnica włosa 5/10mm, długość robocza 15cm

**Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 6:

Pozycja 8 Jednorazowa pułapka na polipy czterekomorowa, numerowana, możliwość przekręcenia poszczególnych komór.

**Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Dot. wzoru umowy:**

1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 8 ust. 2 poprzez dodanie zdania drugiego o treści: Jednakże w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.  
**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

2. Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 8 ust. 3 poprzez nadanie mu brzmienia:  
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto nie zrealizowanej części przedmiotu umowy, .  
**Ad. TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 8 ust. 7 i 8 o treści:

„7. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności nie wynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

8. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz nie wiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.”

**Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Zadanie / część nr 1 poz. 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kleszczyków z łyżkami owalnymi z okienkiem, z możliwością wykonania biopsji stycznych, posiadające markery w części dystalnej, z igłą lub bez igły do wyboru przez Zamawiającego. Pojemność łyżeczek 10,74 mm<sup>3</sup>, śr. części wprowadzanej do endoskopu 2,3mm, rozwarcie łyżeczek 6,5mm, dł. 230cm do wyboru przez Zamawiającego, zawierających 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT i datą ważności, dane producenta na każdym opakowaniu jednostkowym, rozwarcie łyżeczek 6,5mm, z osłonką PE w kolorze szarym, obszar zastosowania (gastro/kolonoskopia) kodowany kolorystycznie na każdym opakowaniu jednostkowym, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie / część nr 1 poz. 3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie klipsownic hemostatycznych jednorazowego użytku, obrotowych 360st. w obydwu kierunkach, repozycjonowanych, z możliwością wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa, śr. 2,6mm, dł. całkowita 230cm. Kąt rozwarcia 135st., otwarcie klipsa 9 mm, 12mm i 16mm, do wyboru przez Zamawiającego. Sterylne, pkowane indywidualnie z dodatkowym pancierzem transportowym, możliwość wykonania badania RM.

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie / część nr 1 poz. 4**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych, sterylnych pętli elektrochirurgicznych z funkcją rotacji z drutu plecionego, ze skalowaną rękojeścią o średnicach otwarcia 10mm, 15mm, 25mm, 30mm, 35mm, 50mm dł. całkowita 2300mm, śr. osłonki 2,4mm, zawierających etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT i datą ważności, dane producenta na każdym opakowaniu jednostkowym, sterylizowane EO.

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie / część nr 1 poz. 6**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych dwustronna szczoteczka do czyszczenia kanałów endoskopów, średnica włosia 5/5mm oraz 6/6mm (do wyboru przez Zamawiającego), długość robocza 2300mm, średnica osłonki 1,7mm, plus jednorazowa szczoteczka do czyszczenia zaworów i portów, średnica włosia 5/11mm, długość robocza 15cm

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie / część nr 1 poz. 7**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowego ustnika do gastrokopii z regulowaną gumką, pakowany dispenser po 100sztuk, mikrobiologicznie czysty, rozmiar 22x25mm.

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Zadanie / część nr 1 poz. 8**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowej pułapki na polipy pięciokomorowej, z numerowanymi komorami oraz jednokomorowej.

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie / część nr 1 poz. 11**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie żelu o pojemności 200ml, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie / część nr 1 poz. 16**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli asymetrycznych heksagonalnych o średnicy 10,15,25 i 30mm, średnica drutu tnącego 0,40mm, średnica osłonki 2,4mm, długość robocza 2300mm.

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie / część nr 1 poz. 17**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych chwytaków o średnicy narzędzia 2,4mm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Zadanie / część nr 1 poz. 18**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych pętli z siateczką o wymiarach 40x60mm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Zadanie / część nr 1 poz. 16**

Prosimy o dopuszczenie jednorazowej standardowej siatki chwytającej do polipów o śr. 30 x 60, dł. całkowita 2300mm, śr. katetera 2,5mm.

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Zadanie / część nr 1 poz. 19**

Prosimy o dopuszczenie jednorazowych ustników pediatrycznych do gastrokopii z elastyczną gumką tekstylną.

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Zadanie / część nr 1 poz. 21**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie wielorazowych zaworków do oddzielnego pakietu w celu zwiększenia konkurencyjności składanych ofert.

**Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Dotyczy pakiet 2 pozycja 1 i 2**

Zwracamy się o określenie pojemności opakowania płynów.

Czy w przypadku pozycji 1 chodzi o karnister 5L?

Czy w przypadku pozycji 2 chodzi o karnister 5L+pojemnik z aktywatorem?

**Ad. W pozycji 1 karnister 5 l, w pozycji 2 karnister 5 l + aktywator.**

**Dotyczy pakiet 2**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje aby preparaty były rekomendowane do stosowania w myjniach endoskopowych CHOYANG serii

CYW zgodnie z wytycznymi dystrybutora?

**Ad. Zamawiający oczekuje aby preparaty były rekomendowane do stosowania w myjniach endoskopowych CHOYANG SERII CYW.**

**Dotyczy pakiet 2 pozycja 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy oczekuje preparatu na bazie kwasu nadoctowego ale bez zawartości kwasu octowego który może negatywnie wpływać na dezynfekowane wyroby.

**Ad. Zamawiający oczekuje preparatu na bazie kwasu nadoctowego, bez zawartości kwasu octowego.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno –  
Technicznych  
Jarosław Głowacki  
*/podpis na oryginale/*

Otrzymują:

1. wszyscy uczestnicy
2. a/a