

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest pulsoksymetr napalcowy w ilości 480 sztuk o poniższych parametrach:

- rok produkcji 2022/2023
- Zintegrowany z sondą SpO2 i modułem wyświetlacza procesowego
- Ekran LCD, LED lub OLED
- Wyświetlanie wartości SpO2 oraz tętna
- Wykres słupkowy lub graficzny
- Smyczka w komplecie
- Wskaźnik niskiego napięcia
- Automatyczne wyłączenie w ciągu max. 5 sekund od wyjęcia palca
- Zakres pomiaru SpO2 min. 35-100% (rozdzielczość 1%)
- Dokładność pomiaru w zakresie 70-100% +/-2%
- Zakres pomiaru PR min. 30-240 uderzeń na minutę (rozdzielczość 1)
- Odporność na otaczające światło (odchylenie między wartością zmierzoną w warunkach światła sztucznego lub naturalnego w pomieszczeniu a ciemnią nie większe niż 1%)
- Zasilanie baterie alkaliczne 1,5V rozmiar AAA ( baterie mają być dołączone do każdego urządzenia)
- Certyfikat CE, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych
- Gwarancja min. 24 miesiące
- Instrukcja w języku polskim (po dostarczeniu)

Specjalista ds. zamówień publicznych  
w WOMP CP-L w Łodzi

*J. Rogozińska*  
Jolanna Rogozińska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

