

**Informacja dla Oferentów oraz odpowiedzi na zadane pytania**

Zamawiający informuje, że doszło do omyłki pisarskiej dla ilości wymaganych holterów w dwóch kompletach – poniżej przedstawiono prawidłowe ilości elementów wchodzących w skład 2 kompletów:

**System holterowski pomiaru ciśnienia z akcesoriami – 2 kpl., w skład którego wchodzi:**

- **Holter ciśnienia wraz z dedykowanym oprogramowaniem umożliwiającym przegląd oraz analizę zapisów dokonanych przez holter – 2 szt.**
- **Holter ciśnienia z przeznaczeniem do długotrwałego cyklicznego rejestrowania pomiarów ciśnienia tętniczego krwi – 6 szt.**
- **Komputer – 2 szt.**
- **Drukarka – 2 szt.**
- **Akcesoria do rejestratora typu holter zgodnie z poniższym opisem.**

**Zestaw pytań nr 1**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie holtera wraz z oprogramowaniem do analizy

o następujących parametrach : <b>Parametry techniczne</b>
Metoda pomiaru oscylometryczna, krokowe wypuszczanie
Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego
Czas ciągłego zapisu min.51 godz.
Okres rejestracji ciśnienia krwi: 24, 27, 48, 51 godzin
Ilość pomiarów przy naładowanych akumulatorach: 250 pomiarów
Pojemność pamięci: min. 600 pomiarów
Czas trwania monitorowania: Poranek, dzień, noc, okresy specjalne
Możliwość dodania pomiaru na żądanie z uwzględnieniem daty i godziny z dokładnością co do minuty.
Możliwość ustawienia min. 4 okresów pomiaru tj. dzień, noc, poranek oraz okres specjalny z możliwością określenia początku i końca okresu pomiaru z dokładnością co do minuty.
Zakres pomiaru ciśnienia krwi 30 – 260 mmHg
Zakres pomiaru Pulsu 40 – 200 uderzeń/ min Dokładność pomiaru $\pm 3$ mmHg lub $\pm 2\%$
Interwał pomiaru: 5 – 90 (5,10,15,20,25,30,40,60,90)
Algorytmy pomiaru ciśnienia krwi. Protokoły : BHS i AAMI
Automatycznie kontrolowany poziom ciśnienia w mankiecie do 300 mmHg

Sensor ciśnienia -Piezo rezystywny
Komunikacja z komputerem poprzez kabel optyczny (światłowodowy) USB
Pomiar na żądanie wywołany z poziomu rejestratora przy użyciu dedykowanego przycisku.
Przycisk zmiany ręcznej pomiędzy dniem a nocą
Przycisk informacji o pobraniu leku
Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta
Różne średnice rękawów min. 3 rodzaje (podać jakie)
Wyświetlacz LCD w rejestratorze
Wyświetlenie napięcia baterii i ich stanu naładowania w trakcie uruchamiania rejestratora
Zasilanie z max. 2 baterii lub akumulatorów AA
Waga bez akumulatorów max. 190g
Maksymalne rozmiary rejestratora: max. 72x 100 x 31 mm
Możliwość uruchomienia badania z poziomu rejestratora bez użycia komputera

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.**