

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
podinsp. Andrzej BORYCKI

Zatwierdzam

Załącznik nr 1.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wzorcowanie przez laboratorium wzorcujące akredytowane w PCA:

1) 4 termometry elektryczne firmy TFA Dostmann Wertheim typ LT-102:

- (numery fabryczne: 184-16-T, 185-16-T, 186-16-T, 187-16-T)
- w dwóch punktach temp.: 0°C oraz 8°C
- w dwóch transzach.

2) 2 termohigrometry elektryczne firmy LAB-EL typ BL 103:

- (numery fabryczne: 12874 i 12875)
- w punktach temp.: 15°C, 20°C, 30°C
- w punkcie wilgotności 40%
- w dwóch transzach.

Wzorcowanie niezbędne do zachowania spójności pomiarowej zgodnie z normą PN/EN ISO/IEC 17-25.

STARSZY TECHNIK
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
M. Plebanska
Martyna PLEBANSKA

INSPEKTOR
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
Daniel Bankowski
Daniel BANKOWSKI