

Zamawiający  
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ  
ul. Lwowska 178 a  
33-100 Tarnów  
tel/fax. 014 621 25 81  
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl

WYKONAWCY  
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG:271.KS.38.1562/2024

Tarnów, dnia 28.06.2024 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego j.u. do koronarografii i koronaroplastyki dla Pracowni Angiokardiografii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy- nr sprawy 38/2024

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 13.06.2024 r. Zamawiający wyjaśnia:

Dotyczy Zakresu nr 12

1. Prosimy o wyjaśnienie czy w Załączniku 1B Zakres nr 12 - Parametry techniczne nie wkraść się błąd i omyłkowo nie zostały dopisane w ZESTAWIENIU PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH następujące wymagania:

Pkt. 3. Profil przejścia 0,585" dla balonu o śr. 1:5 mm,

Pkt. 4 Pokrycie hydrofilne balonu TR2

Pkt. 11 W zestawie urządzenie do re-wrappingu

W/w parametry nie pasują do pozostałych oraz do przedmiotu zamówienia czyli CEWNIK BALONOWY DO DOPRĘŻEŃ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Zakresu nr 16

2. Czy Zamawiający dopuści stenty uwalniające lek o nieznacznie zmienionych parametrach: możliwość przepiężania stentów przy użyciu dodatkowego balonu -stent 2.0mm do 3,25 mm; 2.5 do 4.25 mm, 4.0mm do 5.5 mm oraz 2 znaczniki na systemie dostawczym widoczne w skopi RTG oraz spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Otrzymują: Adresat  
a/a

DYREKTOR  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie  
Anna Czech

SPECJALISTA  
DZIAŁU LOGISTYKI  
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ  
w Tarnowie  
mgr Karolina Strzałba

KIEROWNIK  
DZIAŁU LOGISTYKI  
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ  
w Tarnowie  
mgr Anna Hajnysz