

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**Dostawa ambulansu specjalistycznego „S”, sanitarnego typu C z zabudową medyczną i noszami dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** SAMODZIELNE PUBLICZNE POGOTOWIE RATUNKOWE
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 191983891
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** ul. prof. Mariana Raciborskiego 2A
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Pruszcz Gdański
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 83-000
- 1.4.4.) **Województwo:** pomorskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 515188854
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** biuro@bozp.com.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.pogotowiepruszcz.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Zdrowie

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00042781/01
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2021-04-28 15:02

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.1.) **Nazwa zmienianego ogłoszenia:**  
Ogłoszenie o zamówieniu
- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00035234/03
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 03
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanego przedmiotu dostawy z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca złoży wraz z ofertą następujące dokumenty: 1) w przypadku zaoferowania równoważnej zabudowy do zabudowy opisanej w ust.

XI.1. „PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE“, pkt. 1,2,3 (zabudowa specjalna na ścianie działowej, zabudowa specjalna na ścianie prawej, zabudowa specjalna na ścianie lewej) - schemat oferowanej zabudowy ściany działowej zgodny ze świadectwem homologacji WE potwierdzony przez niezależną jednostkę notyfikowaną wykonującą badania zgodnie z obowiązującą normą,2) deklarację/certyfikat zgodności potwierdzający, że system noszy głównych i transportera spełnia wymagania określone w aktualnych Polskich Normach przenoszących normy europejskie: PN-EN 1865-3+A1:2015-06” Urządzenia do przenoszenia pacjenta stosowane w ambulansach drogowych - Część 3: Nosze o zwiększonej wytrzymałości”, lub równoważne dla wskazanej normy rozwiązanie dotyczące cech technicznych i jakościowych (nie niższe niż wymagane normą),3) dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający, że system noszy głównych i transportera posiada wytrzymałość na przeciążenia w zakresie 10 g, zgodnie z aktualną normą PN=EN 1789 lub równoważną w zakresie parametrów wytrzymałościowych.2. Zamawiający zaakceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 -3 powyżej, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 -3, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymagania, określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Po zmianie:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanego przedmiotu dostawy z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca złoży wraz z ofertą następujące dokumenty:1) w przypadku zaoferowania równoważnej zabudowy do zabudowy opisanej w ust. XI.1. „PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE“, pkt. 1,2,3 (zabudowa specjalna na ścianie działowej, zabudowa specjalna na ścianie prawej, zabudowa specjalna na ścianie lewej) - schemat oferowanej zabudowy ściany działowej zgodny ze świadectwem homologacji WE potwierdzony przez niezależną jednostkę notyfikowaną wykonującą badania zgodnie z obowiązującą normą,2) deklarację/certyfikat zgodności potwierdzający, że system noszy głównych i transportera spełnia wymagania określone w aktualnych Polskich Normach przenoszących normy europejskie: PN-EN 1865-1+A1:2015-08 ”Urządzenia do przenoszenia pacjenta stosowane w ambulansach drogowych - Część 1: Ogólne systemy noszy i urządzenia do przenoszenia pacjenta”, lub równoważne dla wskazanej normy rozwiązanie dotyczące cech technicznych i jakościowych (nie niższe niż wymagane normą),3) dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający, że system noszy głównych i transportera posiada wytrzymałość na przeciążenia w zakresie 10 g, zgodnie z aktualną normą PN=EN 1789 lub równoważną w zakresie parametrów wytrzymałościowych.2. Zamawiający zaakceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 -3 powyżej, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 -3, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymagania, określone w opisie przedmiotu zamówienia.