



Włocławek, dnia 07.05.2024r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 uPzp o wartości nieprzekraczającej 221 000 Euro pn. Dostawa materiałów do sterylizacji
Znak postępowania: DZP/33/2024

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2024/BZP 00302986/01 , data publikacji 26.04.2024r., data zamieszczenia na stronie internetowej dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> w dniu 26.04.2024r.

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2024/BZP 00310495/01, data publikacji 06.05.2024r., data zamieszczenia na stronie internetowej dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> w dniu 06.05.2024r.

Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku informuje, że zgodnie z art 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2023.1605 z późn. zm.), wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi i zamieszcza zapytania na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

Pytanie nr 1

Czy w zapisie umowy § 3 ust. 3 „3. W przypadku nie wykorzystania umowy co do wartości określonej w umowie w terminie wskazanym w ust. 1, termin jej obowiązywania może ulec wydłużeniu do całkowitego wykorzystania tej wartości, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy, licząc od upływu terminu wskazanego w ust. 1.” Zamawiający ma na myśli przedłużenie umowy za zgodą dwóch stron?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że tego typu zmiana wymaga zgodnej woli obu stron umowy.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający zgodzi się na nowe brzmienie umowy § 8 ust. 8 z:

Maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczy 30% wartości brutto umowy.

Na:

Maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczy 15% wartości brutto umowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść wzoru umowy.

Pytanie nr 3

do Formularza asortymentowo-cenowego – Część nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawów o następujących parametrach: wytrzymałość na rozerwanie/przepuklenie nie mniej niż 320 kPa, wytrzymałość na rozerwanie/przepuklenie na mokro nie mniej niż 140 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,1 k N/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,3 k N/m, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 k N/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 kN/m. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, brak tego oznakowania na rękawie.

Odpowiedź: Szczegółowe wymagania zawarte w SWZ.



Pytanie nr 4

do Formularza asortymentowo-cenowego – Część nr 2, poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o papier o następujących parametrach: naprzemiennie pakowane arkusze w dwóch kolorach białym i zielonym, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,02%, zawartość chlorków nie więcej niż 0,02%, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho i w kierunku walcownia nie mniej niż 2,1 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcownia nie mniej niż 0,8 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,5 kN/m, wytrzymałość na zerwanie w kierunku walcownia nie mniej niż 800mN, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1000 mN, wytrzymałość na przepuklenie niemniej niż 180 kPa.

Odpowiedź: Szczegółowe wymagania zawarte w SWZ.

Pytanie nr 5

do Formularza asortymentowo-cenowego – Część nr 2, poz. 4-5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie włókniny o następujących parametrach:

wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 2,5 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,1 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 2,1 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,9 kN/m, wytrzymałość na zerwanie w kierunku walcownia nie mniej niż 1350mN, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 2050 mN, wytrzymałość na przepuklenie na sucho niemniej niż 240 kPa, gramatura nominalna 66 g/m².

Odpowiedź: Szczegółowe wymagania zawarte w SWZ.

Pytanie nr 6

do Formularza asortymentowo-cenowego – Część nr 2, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opakowań po 400 szt. z przeliczeniem ilości zgodnie z zapotrzebowaniem w zaokrągleniu w górę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści po przeliczeniu ilości w opakowaniu.

Pytanie nr 7

do Formularza asortymentowo-cenowego – Część nr 2, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opakowań po 175 szt. z przeliczeniem ilości zgodnie z zapotrzebowaniem w zaokrągleniu w górę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści po przeliczeniu ilości w opakowaniu.

Pytanie nr 8

do Formularza asortymentowo-cenowego – Część nr 2, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opakowań po 125 szt. z przeliczeniem ilości zgodnie z zapotrzebowaniem w zaokrągleniu w górę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści po przeliczeniu ilości w opakowaniu.

Pytanie nr 9

do Formularza asortymentowo-cenowego – Część nr 2, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opakowań po 90 szt. z przeliczeniem ilości zgodnie z zapotrzebowaniem w zaokrągleniu w górę.


Odpowiedź: Zamawiający dopuści po przeliczeniu ilości w opakowaniu.

Pytanie nr 10

do Formularza asortymentowo-cenowego – Część nr 2, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opakowań po 125 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści po przeliczeniu ilości w opakowaniu.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Pytanie nr 11

do Formularza asortymentowo-cenowego – Część nr 3, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zintegrowanego wskaźnika typu 5 z przesuwalną substancją wskaźnikową do kontroli procesu sterylizacji parowej, oddzielne okienko do potwierdzenia prawidłowego wyniku. Na każdym wskaźniku określenie typu wskaźnika. Testy kalibrowane w co najmniej 3 różnych temperaturach w zakresie 120-135oC. Wskaźniki kompatybilne ze spiralnym przyrządem PCD, max rozmiar wskaźnika 19 x 100 mm. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu.

Odpowiedź: Szczegółowe wymagania zawarte w SWZ.

Pytanie nr 12

do Formularza asortymentowo-cenowego – Część nr 3, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wieloparametrowy wskaźnik paskowy z liniowym ułożeniem substancji wskaźnikowej do kontroli sterylizacji parowej, do stosowania we wszystkich rodzajach autoklawów. Odpowiadający typ 4. W opakowaniach po 240/480 szt, w przeliczeniu zgodnie z zapotrzebowaniem w zaokrągleniu w górę. Brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu.

Odpowiedź: Szczegółowe wymagania zawarte w SWZ.

Pytanie nr 13

do Formularza asortymentowo-cenowego – Część nr 3, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niezawierających niebezpiecznych substancji toksycznych, wieloparametrowy wskaźników do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu do stosowania we wszystkich rodzajach sterylizatorów odpowiadający typ 4 wg ISO 11140-1 - w opakowaniach po 250/500 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych.

Odpowiedź: Szczegółowe wymagania zawarte w SWZ.

Pytanie nr 14

do Formularza asortymentowo-cenowego – Część nr 3, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie arkuszowy do stosowania w teście Bowie-Dick`a w zakresie temperatur 134°-137°C/2-10 min.; 121°-124°C/8-30 min brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. W opakowaniu 50 szt.

Odpowiedź: Szczegółowe wymagania zawarte w SWZ.

Pytanie nr 15

do Formularza asortymentowo-cenowego – Część nr 3, poz. 6,7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie taśm o wymiarach 18 mm x 50 m, nieodklejających się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. Produkty zarejestrowane jako wyroby medyczne, oznaczenie CE na każdym opakowaniu.

Odpowiedź: Szczegółowe wymagania zawarte w SWZ.

Pytanie nr 16

do Formularza asortymentowo-cenowego – Część nr 3, poz. 1-5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie testów z napisami w języku angielskim, z dostarczeniem instrukcji w języku polskim.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

Pytanie nr 17

do Formularza asortymentowo-cenowego – Część nr 3, poz. 1,2,3,4,5,6,7

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby produkty były zarejestrowane jako wyrób medyczny i posiadały oznaczenie CE na każdym opakowaniu?

Odpowiedź: Asortyment w części nr 3 poz. 1,2,3,4,5,6,7 zgodnie z polskim prawodawstwem nie stanowi wyrobu medycznego w rozumieniu Ustawy o Wyrobach Medycznych.

Z upoważnienia
Dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
we Włocławku

Specjalista
Działu Zamówień Publicznych
mgr inż. Dorota Nowicka



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00