



MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu laboratoryjnego” (RZP.243.38.2024).

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp), dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w zakresie opisanym poniżej:

Część nr 1- Dostawa Spektrofotometru UV-VIS z kuwetami oraz oprogramowaniem – 2 sztuki

Pkt. 10 OPZ (załącznik nr 3 do SWZ)

Skreśla się zapis:

Powtarzalność fotometryczna: 0,15% T;

Wprowadza się zapis:

Powtarzalność fotometryczna: **maksymalnie** 0,15% T;

Pkt. 13 OPZ (załącznik nr 3 do SWZ)

Skreśla się zapis:

Szumy: $\pm 0,001$ A;

Wprowadza się zapis:

Szumy: **maksymalnie** $\pm 0,001$ A;

Pkt. 27 OPZ (załącznik nr 3 do SWZ)

Skreśla się zapis:

Porty komunikacyjne: co najmniej USB, RS-232 umożliwiające podłączenie zewnętrznego komputera PC oraz drukarki drukującej na papierze formatu A4;

Wprowadza się zapis:

Porty komunikacyjne: **co najmniej dwa** umożliwiające podłączenie zewnętrznego komputera PC oraz drukarki drukującej na papierze formatu A4;

Część nr 2- Dostawa komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa ze stelażem – 1 sztuka

Pkt. 8 OPZ (załącznik nr 3 do SWZ):

Skreśla się zapis:

Wysokość zewnętrzna komory maksimum 1400 mm (bez stelaża);

Wprowadza się zapis:

Wysokość zewnętrzna komory maksimum **1545 mm** (bez stelaża);

Pkt. 14 OPZ (załącznik nr 3 do SWZ):

Skreśla się zapis:

Szyba frontowa przesuwana ręcznie góra-dół;

Wprowadza się zapis:

Szyba frontowa przesuwana ręcznie **lub elektrycznie** góra-dół;

Pkt. 28 OPZ (załącznik nr 3 do SWZ)

Skreśla się zapis:

Stelaż pod komorę ze stali malowanej proszkowo o wysokości maksymalnie 770 mm;

Wprowadza się zapis:

Stelaż pod komorę ze stali malowanej proszkowo o wysokości maksymalnie **800 mm**;

Pkt. 7 OPZ (załącznik nr 3 do SWZ)

Skreśla się zapis:

Głębokość zewnętrzna komory maksimum 800 mm;

Wprowadza się zapis:

Głębokość zewnętrzna komory maksimum **860 mm**;

Pkt. 3 OPZ (załącznik nr 3 do SWZ)

Skreśla się zapis:

Wyposażona w filtry o skuteczności co najmniej 99,999% dla cząstek 0,1 μm do 0,3 μm zapewniające czystość powietrza klasy co najmniej ISO 3 wg ISO 14644 lub równoważną: 35 cząst. > lub = 0,5 $\mu\text{m}/\text{m}^3$; 1000 cząst. > lub = 0,1 $\mu\text{m}/\text{m}^3$;

Wprowadza się zapis:

Wyposażona w filtry o skuteczności co najmniej 99,999% dla cząstek 0,1 μm do 0,3 μm zapewniające czystość powietrza klasy co najmniej ISO **4** wg ISO 14644 lub równoważną: **352 cząst. > lub = 0,5 $\mu\text{m}/\text{m}^3$; 10000 cząst. > lub = 0,1 $\mu\text{m}/\text{m}^3$;**

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Zamawiający

.....