



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 32

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ 3121 /2022

Data: 28.07.2022r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o. ” Znak: 2062/2022

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 – dotyczy Pakietu 95 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający w pak 95 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klipsy polimerowe niewchłaniające do klipsownicy laparoskopowej 10mm., rozmiar XL, o podwyższonej stabilności poprzecznej na naczyniu; naprzemiennie ułożone zęby umieszczone na całej wewnętrznej powierzchni ramion klipsa, aktywny zawias oraz zatrask; możliwość zastosowania papierowej części blistra celem umieszczenia w dokumentacji medycznej; magazynek zawierający 4+2 gratis szt. klipsów. Klipsy kompatybilne z zaoferowaną przez Wykonawcę klipsownicą w poz.3? Nasze klipsy jako jedyne są zalecane przez producenta robota da Vinci firmę Intuitive Surgical co potwierdza ich jakość oraz niezawodność.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 2 – dotyczy Pakietu 95 Poz. 2 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający w pak 95 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klipsy polimerowe niewchłaniające do klipsownicy laparoskopowej 5mm., rozmiar ML, o podwyższonej stabilności poprzecznej na naczyniu; naprzemiennie ułożone zęby umieszczone na całej wewnętrznej powierzchni ramion klipsa, aktywny zawias oraz zatrask; możliwość zastosowania papierowej części blistra celem umieszczenia w dokumentacji medycznej; magazynek zawierający 4+2 gratis szt. klipsów. Klipsy kompatybilne z zaoferowaną przez Wykonawcę klipsownicą w poz. 3? Nasze klipsy jako jedyne są zalecane przez producenta robota da Vinci firmę Intuitive Surgical co potwierdza ich jakość oraz niezawodność.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 3 – dotyczy Pakietu 95 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010 zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku ale w bezpośrednim kontakcie z centralnym układem krążenia lub sercem podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej czyli klasy III. Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi Zamawiający w pak 95 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z centralnym układem krążenia, posiadały klasę III?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby zaoferowane wyroby medyczne były dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium RP i UE oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

PYTANIE nr 4 – dotyczy Pakietu 148 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) całkowicie suchy (niewymagający wypełniania zastawki wodą - gotowy do użycia), z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w wyskalowane pokrętko umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 10-40cmH₂O, posiadający możliwość wypełnienia mechanicznej zastawki wodą w celu monitorowania przecieku powietrza, wyskalowany do objętości 1000 + 1000 ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 36 cm i konstrukcji niewymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas niepowodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany podwójnie, sterylny, z dwoma niezależnymi drenami łączącymi bezłateksowymi zabezpieczonymi przed zagięciem, z możliwością odłączenia?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 5 – dotyczy Pakietu 148 Poz. 2 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Zestaw do drenażu opłucnej dla noworodka: sucha zastawka z funkcją wychyłową informująca o prawidłowym umieszczeniu cewnika, płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętki w zakresie od 10 do 40 cm H₂O z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni), wyskalowana komora na wydzielinę o pojemności 500 ml - automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego, - komora monitorowania przecieku powietrza z portem bezigłowym, wyskalowana - port



bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek - przystosowany do zawieszenia na łożku - zestaw sterylny, jednorazowego użytku?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 6 – dotyczy Pakietu 36 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Prosimy o dopuszczenie filtry oddechowe o przesztrzeni martwej 39,64 ml.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 7 – dotyczy Pakietu 36 Poz. 2 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Prosimy o dopuszczenie filtry oddechowe z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o objętości oddechowej V_t - 150 - 1000 ml

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 8 – dotyczy Pakietu 23 Poz. 1 i 2 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Zwracamy się z prośbą o zwiększenie ilości igieł doszpikowych do pełnych opakowań tzn 5 szt. 4

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 9 – dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

Ad par. 3 ust. 9 wzoru umowy prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący: Wykonawca w chwili zawarcia umowy przyjmuje na siebie obowiązek zagwarantowania ciągłości dostaw tak, aby umowę można było zrealizować. (z wyjątkiem sytuacji wstrzymania bądź wycofania z obrotu oraz powstania ze strony Zamawiającego zaległości płatniczych przekraczających 60 dni).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

