

## POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W LESZNIE

- Telefon: 65 526 15 15  
- fax: 65 526 21 41  
- e-mail PSSE w Lesznie: sekretariat.psse.leszno@sanepid.gov.pl  
- ePUAP: [/PSSELeszno/SkrytkaESP](#) NIP: 6971025879  
- Sekcja Administracyjna: 65 526 15 15 wew. 41, 51.  
- e-mail sekcji: zamowienia.publiczne.psse.leszno@sanepid.gov.pl  
- adres: 64-100 Leszno ul. Niepodległości 66  
- strona internetowa: [www.gov.pl/web/psse-leszno](#)

---

OEA-SA.272.7.2024

Leszno, 08.03.2024r.

### Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SWZ na: „DOSTAWA MATERIAŁÓW DO BADAŃ LABORATORYJNYCH 1.2024.”

Zamawiający Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Lesznie informuje, że do postępowania pn. „Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych 1.2024 (ID 893650) wpłynęły pytania do SWZ o następującej treści:

**Pytanie 1 – dot. Części 12:**

Czy Zamawiający zaakceptuje średnicę szyjki 29 mm. Jaka ma być ilość tiosarczanu: 20 mg czy 120 mg?

**Odpowiedź:**

**TAK zaakceptujemy średnicę szyjki 29 mm, tiosarczan sodu minimum 80 mg.**

**Pytanie 2 – dot. Części 13:**

Pozycja 3. Prosimy o podanie materiału oraz wymiarów.

**Odpowiedź:**

**Tworzywo sztuczne ok 65mm.**

**Pytanie 3 – dot. Części 12:**

Pozycja 4. Czy Zamawiający zaakceptuje produkt pakowany po 11 sztuk w rękawie?

**Odpowiedź:**

**NIE.**

**Pytanie 4 – dot. Części 14:**

Czy Zamawiający zaakceptuje wyłączenie z pakietu poz. 1, 2 oraz 5?

**Odpowiedź:**

**NIE.**

**Pytanie 5 – dot. Części 14:**

Pozycja 3. Czy Zamawiający zaakceptuje produkt pakowany po 600 sztuk?

**Odpowiedź:**

**NIE.**

**Pytanie 6 – dot. Części 14:**

Pozycja 4. Z jakiego materiału ma być wykonana membrana? Czy mogą być w taśmie? Czy Zamawiający zaakceptuje produkt pakowany po 600 sztuk?

**Odpowiedź:**

**Materiał: mieszane estry celulozy, mogą być w taśmie, nie może być 600 sztuk potrzebujemy tylko 150.**

**Pytanie 7 – dot. Części 14:**

Pozycja 5. Z jakiego materiału ma być wykonana membrana?

**Odpowiedź:**

**S-PAK z białą siatką.**

**Pytanie 8 – dot. Części 19:**

Pozycja 3. Czy Zamawiający zaakceptuje produkt bez zgodności z ISO 17034?

**Odpowiedź:**

**TAK.**