
Kielce, 18.07.2024r.

Nr ogłoszenia: 03/SORFM/2024

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: „Dostawa sprzętu medycznego do obszaru resuscytacyjno - zabiegowego oraz obszaru segregacji medycznej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego Artmedik Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością”.

Szpital Specjalistyczny Artmedik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnia treść pytań, które wpłynęły w postępowaniu wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1. :

Czy w związku z tym, że zamglawiacz/fumigator medyczny oraz macerator nie mają statusu wyrobu medycznego, mimo tego, że są przeznaczone również do pracy w pomieszczeniach o przeznaczeniu medycznym, Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia zgłoszenia/wpisu do rejestru wyrobów medycznych i deklaracji zgodności CE?

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu przedstawienia zgłoszenia / wpisu do rejestru wyrobów medycznych, jednocześnie wymaga deklaracji zgodności CE.
