

Dzierzgoń, dn. 29 czerwca 2021r.

MOPS.271.8.2021

I N F O R M A C J A (3)
o skierowanym zapytaniu do SWZ
i odpowiedź Zamawiającego na przedmiotowe zapytanie

Dotyczy: **Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

Numer sprawy: **MOPS.271.8.2021**

Nazwa zadania: **Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń**

1. Niniejszym Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu w dniu 29.06.2021r., t.j. po terminie o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy PZP - wpłynęło zapytanie od Wykonawcy, do treści zapisów zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
2. Działając na podstawie art. 284 ust. 4 i 6 w/w ustawy, Zamawiający przedstawia treść zapytania wraz z odpowiedzią na to zapytanie:

Pytanie:

Kieruje zapytanie do pozycji 56. Łóżko rehabilitacyjne. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wytrzymałość dynamiczna: 370kg, wytrzymałość statyczna: 1500kg, przy zachowaniu pozostałych parametrów OPZ.

Odpowiedź:

Odnosnie pozycji 56 - Łóżko rehabilitacyjne, Zamawiający wyraża zgodę na proponowane parametry, tj. wytrzymałość dynamiczna: 370kg, wytrzymałość statyczna: 1500kg, przy zachowaniu pozostałych parametrów OPZ.

3. Działając na podstawie art. 284 ust. 3 w zw. z ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający stwierdza, że powyższe wyjaśnienie do treści SIWZ, nie wymaga dodatkowego czasu do należytego przygotowania i złożenia ofert przez Wykonawców i w związku z tym **pozostawia bez zmian** pierwotnie ustalony **termin składania ofert** tj. do dnia **30 czerwca 2021r.**, do godz. **10.00**.