



**SZPITAL ŚW. ŁUKASZA**  
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507  
KRS: 0000024307  
REGON: 000310338

T.: 75 738 00 00  
E.: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:  
000000001137

Bolesławiec, dnia 19 października 2022 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

***Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania „Sukcesywne dostawy odczynników diagnostycznych, podłoża i testów wraz z dzierżawą analizatorów oraz drobnego sprzętu do Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu” (sprawa 37/PN/2022).***

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1079 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie.

**Pytanie 1:**

dot. Zadanie 3: Podłoża gotowe na płytkach i w probówkach

1. Czy Zamawiający dopuści, aby okres ważności na dostarczony asortyment w zakresie zadania 3, był nie krótszy niż 3 miesiące od daty dostawy do siedziby Zamawiającego?
2. Czy dla asortymentu, który posiada w swoim składzie krew (poz. 1 Columbia Agar + 5% krw. Barana, poz. 2 Muller-Hinton II Agar + 3% Horse Blood +20 mg/l NAD acc. To Eucast, poz. 6 Agar Schaedlera zwykły + 5% krw. Barana), Zamawiający dopuści okres ważności liczony od momentu dostawy nie krótszy niż 6 tygodni?
3. Czy dla poz. 4 Chocolate Agar Zamawiający dopuści okres ważności liczony od momentu dostawy nie krótszy niż 9 tygodni?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

1. Nie, Zamawiający nie dopuszcza, aby okres ważności na dostarczony asortyment w zakresie zadania 3, był nie krótszy niż 3 miesiące od daty dostawy do siedziby Zamawiającego
2. Tak, dla asortymentu, który posiada w swoim składzie krew (poz. 1 Columbia Agar + 5% krw. Barana, poz. 2 Muller-Hinton II Agar + 3% Horse Blood +20 mg/l NAD acc. To Eucast, poz. 6 Agar Schaedlera zwykły + 5% krw. Barana), Zamawiający dopuści okres ważności liczony od momentu dostawy nie krótszy niż 6 tygodni
3. Tak, dla poz. 4 Chocolate Agar Zamawiający dopuści okres ważności liczony od momentu dostawy nie krótszy niż 9 tygodni.