



Sygnatura akt: CEZAMAT/74/DDM/2022 Zał. nr 1 do zapytania ofertowego

**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**  
„Urządzenia zapewniające właściwą temperaturę przechowywania  
odczynników laboratoryjnych”

1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętów równoważnych do wskazanych pod warunkiem, że Wykonawca udowodni równoważność oferowanych sprzętów w stosunku do wskazanych. Jako równoważne wskazanym zostaną uznane sprzęty o parametrach nie gorszych niż parametry wskazane przez Zamawiającego.

2. W ofercie powinny się znaleźć specyfikacje oferowanych sprzętów w postaci co najmniej zestawienia numerów katalogowych lub odnośników do oferowanych sprzętów (jeśli katalog zawierający opis szczegółowych parametrów asortymentu jest ogólnodostępny w wersji elektronicznej). W przeciwnym wypadku zamawiający wymaga przesłania danych wraz z ofertą.

L.p.	Nazwa	Wymagania:	ilość
1	Urządzenia zapewniające właściwą temperaturę przechowywania odczynników laboratoryjnych	1) Zakres temperatury -40/-86°C 2) Pojemność nie większa niż 190 L 3) Pojemność nie mniejsza niż 180 L 4) Rozmiar zewnętrzny nie większy niż 950 x 700 x 900 mm 5) Waga nie większa niż 70 kg 6) Zużycie prądu nie większe niż 8 kWh/24h 7) Obudowa wykonana ze stali galwanizowanej pokrytej lakierem 8) Zamrażarka skrzyniowa otwierana od góry 9) Jednokompresorowy system chłodzenia 10) Drzwi zamykane na klucz 11) Wyposażone w alarmy optyczne i akustyczne 12) Niski poziom hałasu <50 dB 13) Wyposażona w nóżki i kółka dla ułatwienia przemieszczania urządzenia 14) maksymalny termin dostawy: 14 tygodni od daty podpisania zamówienia 15) Gwarancja min: 24 miesiące	1 sztuka

		<p>16) Cena powinna obejmować dostawę do siedziby zamawiającego i uruchomienie</p> <p>17) W dostawie powinny znaleźć się wszelkie materiały i akcesoria niezbędne do montażu i instalacji i testowania aparatury oraz pracy zgodnie z przeznaczeniem, w tym przewody zasilające</p> <p>18) Aparat powinien być dostarczony wraz z instrukcjami obsługi w języku polskim lub angielskim w wersji elektronicznej lub papierowej</p>	
--	--	---	--