



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2
NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

DEA.ZP-261/11/2023

Łódź, dnia 28.11.2023 r.

Do zainteresowanych postępowaniem przetargowym

Dotyczy: przetargu na usługę napełniania tlenem medycznym i tlenkiem azotu butli oraz dzierżawę butli dla WSRM w Łodzi

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania zgłoszone zostały pytania odnośnie zapisów SWZ. W związku z powyższym Zamawiający odpowiada i wyjaśnia.

Pytanie 1

Ile dostaw butli dzierżawionych przewiduje Zamawiający?

Według potrzeb Zamawiającego. Wykonawca winien posiadać zdolność wydzierżawienia 300 napełnionych butli z dniem zawarcia umowy.

Pytanie 2

Czy Zamawiający chce jednorazowo wydzierżawić 300 szt. butli w pierwszej dostawie?

Sukcesywnie w ramach potrzeb.

Pytanie 3

Czy butle dzierżawione mają być dostarczone transportem dostawcy czy odebrane przez Zamawiającego w siedzibie dostawcy?

Butle będą odbierane przez Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4

Podpisanie umowy

Czy Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, podpisaną przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Uzasadnienie (Interpretacja UZP):

<https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/interpretacje/pytania-instytucji-kontrolujacych/czy-zgodnie-z-przepisami-nowej-ustawy-pzp-mozna-zawrzec-umowe-w-formie-elektronicznej,-czyli-w-postaci-elektronicznej-opatrzonej-kwalifikowanym-podpisem-elektronicznym-2020-12-04>

Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy przez obie strony przy użyciu kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

Pytanie 5

Kwota przeznaczona

W nawiązaniu do art. 222 ust. 4 ustawy Pzp oraz faktem, że ustawodawca nie określił żadnego

adres do korespondencji
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141
e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

limitu czasowego (jedynie określenie: najpóźniej przed otwarciem ofert) wnosimy do Zamawiającego

o udostępnienie na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacji o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Państwa zgoda umożliwi przygotowanie rzetelnej, wiarygodnej a jednocześnie jak najbardziej konkurencyjnej oferty pozwalającej osiągnąć Zamawiającemu najlepszą jakość dostaw, uzasadnioną charakterem zamówienia, w ramach środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację.

W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o przekazanie informacji zawartych w pkt. 3 protokołu przedmiotowego postępowania: Wartość dla części 1 i 2

Zamawiający opublikuje kwotę na stronie prowadzonego postępowania przed terminem otwarcia ofert co nastąpi od razu po terminie składania ofert.

Zamawiający uzupełnia protokół postępowania na bieżąco w trakcie procedowania postępowania. Punkt 3 protokołu zostanie uzupełniony po terminie składania ofert.

Pytanie 6

Wzór umowy § 5 ust. 4 (zadanie 1 i 2)

Wnosimy do Zamawiającego o zmianę zapisów odnośnie kar umownych w następującym zakresie (proponowane zapisy):

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, jednak maksymalnie do wysokości całkowitego wynagrodzenia brutto należnego z umowy.

Dodatkowo należy nadmienić, iż obecnie zapisy projektu umowy w przytaczanym zakresie w nawiązaniu do długości oraz przede wszystkim wartości przyszłego kontraktu, stoją w opozycji do art. 431 ustawy Pzp oraz art. 354 § 1 i 2 KC w zw. z art. 3531 KC w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i rażące uprzywilejowanie w treści projektu umowy pozycji Zamawiającego, wbrew zasadom współżycia społecznego i właściwości stosunku prawnego, w sposób stanowiący nadużycie prawa.

Generalnie zgodnie z art. 484 §1 Kodeksu Cywilnego, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły.

Tak więc podstawowym rozwiązaniem z mocy prawa w razie braku odrębnego uregulowania jest brak odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych. Skoro już zostaje takie wprowadzone, limit jest uzasadniony żeby nie doszło do potencjalnej odpowiedzialności wyższej niż wynagrodzenie umowne, a tym samym rażącej dysproporcji stron.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie 7

Wzór umowy § 5 (zadanie 1 i 2)

Wnosimy do Zamawiającego wnioski o modyfikację wzoru umowy poprzez rozszerzenie § 5 Kary Umowne o dodatkowy zapis w brzmieniu: „Strony odpowiadają wyłącznie za normalne skutki swoich działań oraz zaniechań, z wyłączeniem utraconych korzyści.”

Uzasadnienie: Powyższe zmiany mają na celu uniknięcie nieograniczonej odpowiedzialności Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Nieograniczona odpowiedzialność Wykonawcy mogłaby naruszać art. 112 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nieograniczona odpowiedzialność może przewyższać wynagrodzenie brutto należne wykonawcy, a tym samym naruszać zasadę proporcjonalności.

adres do korespondencji

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie 8

Wzór umowy § 5 (zadanie 1 i 2)

Wnosimy do Zamawiającego wniosek o modyfikację wzoru umowy poprzez rozszerzenie § 5 Kary Umowne o dodatkowy zapis w brzmieniu: „W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej, przez cały czas jej trwania, wykonanie obowiązków każdej ze Stron wynikających z niniejszej umowy ulegają zawieszeniu. Nie dotyczy to jednak obowiązku regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Siła wyższa obejmuje wszelkie zdarzenia i okoliczności będące poza kontrolą Stron, niemożliwe do przewidzenia, którym Strona nie jest w stanie zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu biznesowo uzasadnionych środków, takie jak m.in. strajk, powódź, eksplozja, awaria urządzeń lub instalacji, powstanie zbrojne, trzęsienie ziemi, rozruchy, ograniczenia powstałe na skutek przeciwdziałania rozwojowi epidemii. O fakcie zaistnienia siły wyższej Strona objęta jej oddziaływaniem winna niezwłocznie powiadomić drugą Stronę, przesyłając, o ile to możliwe, potwierdzenie właściwego organu, na którego terenie wystąpiła siła wyższa i informując o przewidywanym okresie jej trwania.”

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie 9

Wzór umowy § 5 (zadanie 1 i 2)

Wnosimy do Zamawiającego wniosek do doprecyzowanie zakresu przyszłej umowy poprzez wskazanie procentowej wartości naliczanej kary w przypadku kar wskazanych w § 5 ust. 1 pkt. a i c projektu umowa dla zadań 1 i 2?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie 10

Zadanie 2

Czy w celu zachowania wysokich norm jakości i bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych w odpowiedzi na powszechne obawy dotyczące bezpieczeństwa takich produktów przy jednoczesnym wsparciu innowacji, oczekuje zaferowania urządzenia do podawania tlenu azotu:

- z uwagi na bezpieczeństwo prowadzonej terapii, urządzenie do podawania medycznego tlenu azotu wyposażone w czujnik rozpoznający datę ważności i stężenie gazu w butli podłączonej do aparatu?
- z uwagi na bezpieczeństwo prowadzonej terapii oraz komfort pracy personelu medycznego (np. podczas transportu pacjenta), parametry i właściwości urządzenia do podawania medycznego tlenu azotu winny być poddane badaniu w odniesieniu do normy PN-EN 1789 Pojazdy medyczne i ich wyposażenie. Ambulanse drogowe?
- z uwagi na bezpieczeństwo prowadzonej terapii przede wszystkim komfort pracy personelu medycznego (np. podczas transportu pacjenta) waga oferowanego urządzenia do podaży tlenu azotu nie powinna przekraczać 6kg?
- z uwagi na bezpieczeństwo prowadzonej terapii oraz komfort pracy personelu medycznego (np. podczas transportu pacjenta – Opis przedmiotu zamówienia mówi o zastosowaniu w trakcie transportu pacjenta), urządzenie do podawania medycznego tlenu azotu ma być wyposażone w baterię umożliwiającą jej w pełni sprawne użytkowanie bez możliwość podłączenia do prądu sieciowego przez okres co najmniej 6 godzin?

Zgodnie z zapisami SWZ. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

adres do korespondencji
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141
e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Butle będące własnością Zamawiającego – Wzór umowy § 2 ust. 5 zadanie 2

Ze względu na złożoność budowy oraz zasad funkcjonowania (a zatem w dodatkowych niezbędnych czynności do zapewnienia pełnej sprawności urządzenia) urządzenia do podawania medycznego tlenu azotu, a przede wszystkim ze względów logistycznych i szkoleniowych, zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wydłużenie przekazania Zamawiającemu urządzenia do terapii tlenkiem azotu w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, na podstawie protokołu przekazania – odbioru.

Zamawiający dopuszcza.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikuje zapisy projektu umowy dla Zadania 2 w powyższym zakresie

Pytanie 12

Opis przedmiotu zamówienia zadanie 2

Ze względu na opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania 2 przedłożony między innymi w SWZ (pkt III. Opis przedmiotu zamówienia) oraz formularzu asortymentowo-cenowym, z którego wynika jednoznacznie, iż Zamawiający zamierza dzierżawić butle z medycznym tlenkiem azotu, zwracamy się z wnioskiem o dokonanie modyfikacji stosownych zapisów SWZ i załączników do niej, gdzie opisano usługę napełnienia butli NO (Zamawiającego?) od dnia przekazania lub wyjaśnienie zaistniałych rozbieżności.

Zgodnie z zapisami SWZ. Zamiarem Zamawiającego jest dzierżawa napełnionej butli.

Pytanie 13

Butle będące własnością Zamawiającego – zadanie 1

Jednocześnie w związku z obowiązującymi przepisami prawa prosimy o rozszerzenie zapisów projektu umowy o odpowiednie zapisy, uwzględnione załącznikiem do przyszłej umowy – w załączeniu treść stosownego załącznika (poniżej).

Załącznik nr do umowy

Informacja dla Klientów zlecających napełnienie butli dla gazów medycznych, będących jednocześnie właścicielami tych butli.

1. Klient będący właścicielem butli przeznaczonej dla gazów medycznych zobowiązany jest do trwałego oznakowania butli (wybita nazwa właściciela) zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu Dz.U. 2004 nr 7 poz. 59 oraz Normy PN-EN ISO 13769 Butle do gazów - Znakowanie butli (z wyłączeniem LPG) - Cechowanie. Koszty trwałego oznakowania ponosi właściciel butli.

2. W przypadku butli przeznaczonej dla gazów medycznych, przekazanej do legalizacji, informuje się, że podczas legalizacji butla zostanie: pomalowana - zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN 1089-3:2011 Butle do gazów - Znakowanie butli (z wyłączeniem LPG) - Część 3: Kod Barwny zostanie wymieniony zawór na zawór przeznaczony dla butli medycznej zgodnie z dokumentacją będącą podstawą wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego i Pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu wydanym na podstawie art. 7 ust. 2 i art. 29 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.)

zostanie oznakowana - jeżeli na butli nie ma wybitych cech z nazwą Zamawiającego, Zamawiający musi określić sposób znakowania (maksymalnie 10 znaków). Wszystkie te elementy są objęte ceną legalizacji.

3. Informuje się, że w przypadku gdy butla przeznaczona dla gazów medycznych będzie posiadała ważną legalizację natomiast wygląd butli: kod barwny butli, stan powłoki farby, stopień

adres do korespondencji

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

skorodowania nie będzie zgodny z wymaganiami Normy PN-EN 1089-3:2011 Butle do gazów - Znakowanie butli (z wyłączeniem LPG) - Część 3: Kod Barwny to butla, o której mowa zostanie przekazana do malowania. Koszt malowania ponosi właściciel butli. Jeżeli na butli nie ma wybitych cech z nazwą Zamawiającego, Zamawiający może zlecić znakowanie za dodatkową opłatą dla wykonawcy.

Butle, które nie są trwale oznakowane, a dla których jest wymagane malowanie – bez zgody Zamawiającego na malowanie i oznakowanie – nie będą przyjmowane.

4. Informuje się, że w przypadku konieczności wymiany zaworu (np. uszkodzenie) w butli przeznaczonej dla gazów medycznych, posiadającej ważną legalizację, zawór może zostać wymieniony wyłącznie na zawór przeznaczony dla butli medycznej zgodnie z dokumentacją będącą podstawą wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego i Pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu wydanym na podstawie art. 7 ust. 2 i art. 29 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) Koszt wymiany zaworu ponosi właściciel butli.

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi udzielone na zadane pytania stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert i realizacji przedmiotu zamówienia.

Dyrektor Naczelny WSRM w Łodzi

Krzysztof Janecki

/dokument podpisany elektronicznie/

adres do korespondencji
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141
e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP