

# SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji



w Poznaniu  
im. prof. Ludwika Bierkowskiego



## Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań  
tel. 61-846-47-70,  
www.szpitalmswia.poznan.pl  
zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl

ZP/p/2/2024

Poznań, dnia 14.03.2024 roku

**Do wszystkich Wykonawców  
ubiegających się udzielenie  
zamówienia publicznego**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych”.

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ Nr 3

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego, informuje, że w przedmiotowym zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi wyjaśnieniami.

#### **Pytanie 1 – dotyczy części nr 4:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw:

- Serweta wzmocniona na stolik 150x190cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókna min. 30 g/m<sup>2</sup>, folia PE min. 47 mikronów, odporność na przenikanie cieczy na sucho/mokro min. 177/163kPa – 1 szt.  
- 2 ręczniki 30x30 cm

- Obłożenie do przezcewkowych zabiegów urologicznych TUR –wykonane z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego, o wymiarach min 215x180cm, zintegrowane z nogawicami, posiadające 2 otwory 4 i 5cm , jak też osłonę na palec do badania per rectum. Worek zbierający płyny z sitkiem. Obłożenie chirurgiczne wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 52g/m<sup>2</sup> w strefie mniej krytycznej. Obłożenie powinno spełniać wymagania wysokiej strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z norma PN-EN 13795. Odporność na przenikanie cieczy min 100 cm H<sub>2</sub>O.

- 1 uchwyt na rzepy do mocowania przewodów 2x25 cm

- Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany w części przedniej i w rękawach z całkowicie nieprzemakalnego laminatu PE o gramaturze min. 40g/m<sup>2</sup> + włóknina 35 g/m<sup>2</sup> łączna gramatura w strefie krytycznej 75 g/m<sup>2</sup>, rozmiar – XL długość 150 cm – 1 szt.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku. Zestaw zapakowany w podwójne opakowanie - dyspenser z klapką do wielokrotnego otwierania i zamykania posiadający etykietę produktową, nazwę zestawu w kolorowej ramce zgodny z zestawem oraz karton zewnętrzny.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 2 – dotyczy części nr 32, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą włókninową 75x45 cm z otworem 10cm i warstwą samoprzylepną wokół otworu - 1 szt (zamiast serweta włókninowa 45-50 cm - 75-80 cm z otworem 11cm i warstwą samoprzylepną wokół otworu), kleszcze metalowe do trzymania igły proste Webster 13 cm (zamiast igłotrzymacz typu Derf 13 cm), kleszczyki plastikowe typu Pean (zamiast Kocher), opatrunek chłonny z folii poliuretanowej 8 cm x 15 cm (opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 cm x 15 cm). Pozostałe parametry zgodne z SWZ ?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany produkt.**

**Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.**

SPECJALISTA  
ds. zamówień publicznych  
mgr inż. *A. Waraczewska*  
mgr inż. *A. Waraczewska*

Wyk. w 1 egz.  
1/ strona internetowa  
2/ a/a  
Druk: A. Waraczewska