




**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w Kielcach im. św. Jana Pawła II**

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51

☎ 41 260 42 00 Fax. 41 260 42 05

NIP:657-18-13-314 REGON: 290391139

[zoz@zozmswiakielce.pl](mailto:zoz@zozmswiakielce.pl)



[www.zozmswiakielce.pl](http://www.zozmswiakielce.pl)

Kielce, dnia 27 lutego 2024 r.

Znak postępowania: **02/ZO/2024**

**WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia o wartości poniżej 130 tys. zł wg instrukcji na „zakup i sukcesywną dostawę odczynników i kontroli do hematologii wraz z dzierżawą analizatora dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II*

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II działając na podstawie rozdz. 8 ust. 13 ZAPYTANIA OFERTOWEGO, udziela wyjaśnień na pytania, zadane do wyżej wymienionego postępowania.

**Pytanie 1**

**dotyczy pkt. 4**

Prosimy o możliwość dopuszczenia analizatorów, w który do wykonania morfologii CBC oraz CBC+5 DiFF, aspiruje w trybie podajnikowych/zamkniętym tylko 80 µl, a w trybie mikro/otwartym tylko 35 µl. Dodatkowo a w trybie predylucji tylko 20 µl.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie 2**

**dotyczy pkt. 10**

Prosimy o możliwość zaproponowania analizatora, w których instrukcja obsługi w języku polskim jest wgrana na komputerze zewnętrznym (czego Zamawiający wymaga w punkcie 11) istnieje możliwość przeszukiwania jej po wspinaniu słowa kluczowego, co jest bardziej wygodne dla operatora. Dodatkowo oprogramowanie analizatora, komunikaty o błędach, analizatora, są również w języku polskim, jest to bardziej zrozumiałe dla użytkownika, który nie zna biegle języka angielskiego.

**Odpowiedź:**

Nie, zamawiający oczekuje asortymentu zgodnie z SWZ.


**Pytanie 3**

**dotyczy pkt. 17**

Prosimy o możliwość zaproponowania analizatora wyposażonego w osobny tryb dla płynów z jam ciała, bez potrzeby użycia dodatkowych odczynników – objętość pobieranego materiału w tym trybie to 85 µl.

**Odpowiedź:**

Nie, zamawiający oczekuje asortymentu zgodnie z SWZ.

Z-CA DYREKTORA  
ds. administracyjno - gospodarczych  
SP ZOZ MSWiA w Kielcach  
im. św. Jana Pawła II  
  
Szymon Mazurkiewicz  
(podpis osoby upoważnionej)