

DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

Łódź, 10.06.2021 r.

e-mail: ewa.twardowska@barlicki.pl

Tel. 42 677-68-24

Znak sprawy: 11/ZP/2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu dla Stacji Dializ”.

Szanowni Państwo!

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający wyjaśnia i informuje:

1. **Termin składania ofert jest do 21.06.2021 r. do godz. 09:00, terminem otwarcia ofert jest ten sam dzień co dzień składania ofert, godzina 10:00.**
2. Działając w oparciu o art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) w SWZ wprowadza się zmiany zgodnie z załączonym dokumentem i udostępnia na stronie prowadzonego postępowania zgodnie z art. 137 ust. 2:
 - a) załącznik 4_wzór umowy_modyfikacja 1
 - b) załącznik 1A_formularz asortymentowo-cenowy_modyfikacja 1
 - c) SWZ_11_ZP_2021_Sprzęt dializy_modyfikacja 1
3. Oferent jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do **dnia 18.09.2021 r**
4. **Pytania i odpowiedzi:**

Pytanie 1

Dotyczy Pakiet nr 4 poz.3

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 4 pkt. 3 koncentrat wodorowęglanowy, płynny w kanistrach o pojemności 6L.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 2

Dotyczy Pakiet nr 13 poz.1-2

Czy należy dołączyć dokument - raport walidacji procesu sterylizacji, potwierdzający i gwarantujący powtarzalność procesu sterylizacji tym samym zwiększający bezpieczeństwo oferowanego asortymentu?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 3

Dotyczy Pakiet nr 13 poz.1

Czy nie doszło do omyłki i Zamawiający oczekuje zestawu zapakowanego jak poniżej?

	Serweta z laminatu FB	50x35	1
	Rękawice lateksowe bezpydrowe	M	2
START	Kompresy włókninowe 30 g/m ² 4W	7,5x7,5cm	6
	Cannula Plast	8x5,8cm	2
	Plastofix	2cmx15cm	4
	Rękawice lateksowe bezpydrowe	M	2
END	Rękawice winylowe bezpydrowe	L	1
	Kompresy włókninowe 30 g/m ² 4W	7,5x7,5cm	4
	Fixopore S 5x7,2cm	5x7,2cm	2

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Dotyczy Pakiet nr 13 poz.2

Czy można zaoferować zestaw zabiegowy do cewników centralnych zawierający:

- zamiast kompresów włókninowych kompresy gazowe 17N 8W w tym samym rozmiarze i ilości,
- zamiast serwety włókninowej w rozmiarze 35cm x 35cm serwetę włókninową w rozm. 45x40cm,
- zamiast przylepca włókninowego 15cm x 2,5cm przylepiec włókninowy w rozmiarze 15cm x 2cm
- zamiast serwety włókninowej 50 x 50cm serwetę włókninową 60 x 50cm? Wszystkie pozostałe parametry zgodne ze swz.

Pragniemy nadmienić, że zestawy o zaproponowanym składzie są dostarczane do Państwa od 8 lat i nie było żadnych zastrzeżeń co do zastosowania większych serwet i kompresów gazowych.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 5

Dotyczy SWZ, załącznika nr 4

Zważywszy na treść § 1 ust. 2 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź: Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizację dostaw o wartości nie mniejszej niż 10% wartości wskazanej w ust. 1. § 1 wzoru umowy.

Pytanie 6

Dotyczy SWZ, załącznika nr 4

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawcą został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający dodaje zapis w § 8 ust. 3 wzoru umowy: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”

Pytanie 7

Dotyczy Pakiet nr 1 poz.3

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 3 dializatorów polisulfonowych z klirensiem fosforanów równym 208 , pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 8

Dotyczy Pakiet nr 3 poz.1

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 1 dializatorów High-Flux, heliksonowych, z klirensiem mocznika (QB=300ml/min, QD=500ml/min) 280 ml/min; z klirensiem kreatyniny

(QB=300ml/min, QD=500ml/min) 264 ml/min; z klirensiem fosforanów (QB=300ml/min, QD=500ml/min) 253 ml/min, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 9

Dotyczy Pakiet nr 8 poz.1

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 8 w pozycji nr 1 produktu nie posiadającego świadectwa CE ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 10

Dotyczy Pakiet nr 8

Czy Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 8 składanie ofert na poszczególne pozycje ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 11

Dotyczy Pakiet nr 10 poz.5

Ze względu na zmianę wielkości opakowania handlowego dezynfektantu Puristeril340 z opakowania 10kg na opakowanie 5kg prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 10 w pozycji nr 5 preparatu dezynfekcyjnego Puristeril340 zawierającego 3,5% kwas nadoctowy w opakowaniach 5kg w ilości 40opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Dotyczy Pakiet nr 10 poz.6

Ze względu na stały brak w ofercie preparatu do dezynfekcji chemiczno-termicznej i dekalcyfikacji aparatów do hemodializy Fresenius na bazie 10% kwasu cytrynowego 5L prosimy o dopuszczenie preparatu do dezynfekcji chemiczno-termicznej i dekalcyfikacji aparatów do hemodializy Fresenius na bazie 21% kwasu cytrynowego 5L, t.j. Citrosterilu zawierającego 21 gramów kwasu cytrynowego w 100g preparatu w opakowaniach 5L ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13

Dotyczy Pakiet nr 1 poz.2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatora niskoprzepływowego z minimalnymi klirensami mocznik =264, kreatynina =200 fosforany =230 przy QB=300 ml/min, QD=500 ml/min, UF>0 ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 14

Dotyczy Pakiet nr 1 poz.3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatora niskoprzepływowego z minimalnymi klirensami mocznik =275, kreatynina =218 fosforany =246 przy QB=300 ml/min, QD=500 ml/min, UF>0 ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 15

Dotyczy Pakiet nr 13 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu typu Procedure Pack?

Skład:

Ilość

Część A:

- Plaster włókninowy 2,5 x 15,5cm, 4 paski

1

- Opatrunek włókninowy do mocowania kaniul 6x8cm 2
- Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm, 4w 6
- Serweta podfoliowana Hospidrape 38x45cm 1
- Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe M 2


Część B:

- Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm, 4w 4
- Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 5x7cm 2
- Rękawiczka winylowa bezpudrowa L 1
- Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe M 2

Opakowanie jednostkowe typu „zestaw w zestawie”. Część B (w oddzielnym opakowaniu) umieszczona z pozostałymi komponentami w opakowaniu papierowo-foliowym, bez etykiet TAG

Wyżej opisany zestaw stosowany jest przez największe Stacje Dializ w Polsce.

Odpowiedź: Tak.



Pytanie 16


Dotyczy Pakiet nr 13 poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu typu Procedure Pack?

- | Skład: | Ilość |
|--|-------|
| - Pojemnik okrągły 120ml, przezroczysty | 1 |
| - Kompresy gazowe 10x10cm, 17n, 8w | 15 |
| - Ręcznik do rąk 29x30cm, Spunlace 55g | 2 |
| - Tupfer gazowy 20/19 | 3 |
| - Rękawiczki lateksowe jałowe bezpudrowe 6,5 (w oddzielnym opakowaniu) | 2 |
| - Rękawiczki lateksowe jałowe bezpudrowe 7,5 (w oddzielnym opakowaniu) | 2 |
| - Serweta dwuwarstwowa 75x90cm z otworem 6x8cm | 1 |
| - Serweta dwuwarstwowa 75x90cm | 1 |

Wszystkie komponenty owinięte w serwetę 75x90cm i umieszczone w opakowaniu papierowo-foliowym, 2 etykiety TAG zawierające nr REF, LOT, datę ważności

Odpowiedź: Tak.



Pytanie 17

Dotyczy Pakiet nr 13 poz.1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zabiegowego o następującym składzie:

Podłączenie

- 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, rozmiar M
- 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 38 cm x 45 cm
- 4 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm
- 2 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 6 cm x 7 cm (zapakowany)
- 4 x (2 x 2szt.) przyłepiec włókninowy podtrzymujący 1,25 cm x 15 cm

Rozłączenie

- 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, rozmiar M
- 1 x pojedyncza rękawiczka diagnostyczna nitrylowa dla pacjenta, rozmiar L
- 4 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm
- 2 x samoprzylepny opatrunek chłonny 5 cm x 7,2 cm, (zapakowany)

Opakowanie: Opakowanie miękkie (papier-folia) typu blister „2 w 1” (Podłączenie + Odłączenie) z samoprzylepną etykietą kontrolną, dzięki czemu sterylność procedury zostaje zachowana na obydwu jej etapach. Komponenty potrzebne przy „Odłączeniu” są dodatkowo zapakowane.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Dotyczy Pakiet nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zabiegowego o następującym składzie:

6 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm

4 x tampony (tupfery) z gazy bawełnianej wielkości śliwki

1 x kleszczyki plastikowe

1 x pęseta plastikowa 12,5 cm

1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm

1 x serweta włókninowa, 45 cm x 75 cm z regulacją otworu (serweta składa się z 2 oddzielnych części), otwór przylepny

1 x strzykawka Luer 10 ml, (zapakowana)

1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18G x 11/2, różowa (zapakowana)

1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21G x 11/2, zielona (zapakowana)

1 x ostrze – skalpel 6,5 cm (zapakowane)

1 x igłotrzymacz 13 cm

1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 cm x 15 cm, (zapakowany)

Opakowanie: Tacka typu blister z 2 wgłębieniami na płyny z dwuczęściową, samoprzylepną etykietą kontrolną (jedna z części w postaci kodu kreskowego), może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 19

Dotyczy wzoru umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów; „...od złożenia reklamacji przez Zamawiającego” na „...od dnia uznania reklamacji przez Wykonawcę”.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 20

Dotyczy wzoru umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 2:

„W przypadku wadliwego realizowania zamówienia lub jego nierealizowania pomimo dwukrotnego wezwania wystosowanego przez Zamawiającego na piśmie, a gdy Zamawiający skorzysta z uprawnienia określonego w § 5 ust. 4 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej partii przedmiotu umowy. Zastrzeżona kara umowna jest niezależna od obowiązku zwrotu różnicy ceny, określonego w § 6 ust. 4 umowy. Powyższe uprawnienia nie zamykają Zamawiającemu drogi do podjęcia innych przewidzianych prawem oraz zapisami niniejszej umowy czynności związanych z nienależytym wykonaniem postanowień umowy przez Wykonawcę.”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 21

Dotyczy wzoru umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 4:

"W przypadku niewykonania umowy lub w przypadku nienależytego wykonania umowy innego niż wskazane w ust. 1 – 3 powyżej a za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości **0,5%** wartości brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej części umowy, a w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w całości w wysokości **0,5 %** wynagrodzenia brutto **niewykonanej lub nienależycie wykonanej części umowy.**"

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 22

Dotyczy wzoru umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 5:

"W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub części przez którąkolwiek ze stron z przyczyn obciążających Wykonawcę bądź rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% **wartości brutto** niezrealizowanej części przedmiotu umowy, określonej w § 1 ust. 1."

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 23

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 24

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 4 ust. 9 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zwraca się z prośbą, aby w przypadku dopuszczenia innych treści niż opisane w SWZ, zaznaczyć gwiazdką (*) przy danej pozycji w kolumnie b - „przedmiot zamówienia” oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „* - poz. nr ... dokonano zmiany opisu zgodnie z udzielonymi odpowiedziami.”

W przypadku dopuszczenia innych wielkości opakowań niż opisane w SWZ, zaznaczyć gwiazdką (*) przy danej pozycji w kolumnie c „jednostka miary” i kolumnie d „szacunkowa ilość” oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „* - poz. nr ... dokonano przeliczenia ilości opakowań zgodnie z udzielonymi odpowiedziami.” Dopuszcza się przeliczenie ilości opakowań stosownie do zapotrzebowania zamawiającego z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający wymaga podania ilości pełnych opakowań zaokrąglonych w górę.

Starszy Inspektor
ds. Zamówień Publicznych
Lidia Marta
mgr Marta Kieras

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1
im. Norberta Barlickiego w Łodzi
Aneta Olejniczak
mgr Aneta Olejniczak