

Nr sprawy **25/2024/TP**

Bydgoszcz 26.07.2024 r.

strona internetowa prowadzonego postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym:

DOSTAWA URZĄDZEŃ UŻYWANYCH NA SALACH OPERACYJNYCH

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 – dalej „Pzp”) w odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Dotyczy §3 ust. 5 i §4 ust. 3 wzoru umowy

Czy Zamawiający w zamian za protokół przekazania dopuści możliwość przedłożenia dokumentu WZ zawierającego numery katalogowe, numery seryjne oraz nazwę produktu jako potwierdzenie wykonania dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści dokumentu WZ jako potwierdzenia wykonania dostawy. Protokół odbioru wymagany przez Zamawiającego jest potwierdzeniem wszystkich wymagań określonych w SWZ, nie tylko fizycznego dostarczenia urządzenia.

Pytanie nr 2

Dotyczy §5 ust. 8 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do 30 dni? Wykonawca zobowiąże się do wstawienia sprzętu zastępczego, jeżeli zajdzie taka konieczność po ustaleniu z Zamawiającym.

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do 30 dni pod warunkiem wstawienia sprzętu zastępczego. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień § 5 ust. 8 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

8. „W terminie do 5 dni roboczych od daty zdiagnozowania wady Wykonawca:

a) usunie wadę albo

b) pisemnie odmówi usunięcia wady podając ustaloną przyczynę wystąpienia wady oraz uzasadnienie – brak pisemnej odmowy z podaniem uzasadnienia w terminie uważa się za uznanie odpowiedzialności za wadę.”

Pytanie nr 3

Dotyczy §5 ust. 17 wzoru umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na poniższą zmianę?

„W przypadku, kiedy Wykonawca nie usunie wady w terminie 30 dni od dnia jej zgłoszenia, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji postanowień § 5 ust. 17 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

17. „W przypadku kiedy Wykonawca nie usunie wady w terminie 30 dni od dnia jej zgłoszenia, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.”

ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający informuje, że w wyniku wprowadzenia powyższych zmian załącza ZAMIENNY Projekt umowy. Dokument ten stanowi załącznik do niniejszego pisma i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.

Niniejsze pismo stanowi integralną część :

- 1) Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. powyższego zamówienia;
- 2) Ogłoszenia o zamówieniu nr 2024/BZP 00423909 z dnia 22.07.2024 r.

Termin oraz godzina składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie: **30.07.2024 r.**

godz. **09:00** – składanie ofert

godz. **09:10** – otwarcie ofert

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
Edward Hartwich

Załączniki:

1. Projekt umowy ZAMIENNY z dnia 26.07.2024 r.

Sprawę prowadzi: Dominika Drumlewska
Dział Zamówień Publicznych i Zakupów
Tel. 52 32 62 104, e-mail zamowienia-pub@wsd.org.pl

