

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

**Dostawa urządzeń laboratoryjnych do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM – 7 części
Część Nr 2 – Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej -80 st. C- 1 szt**

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający informuje, że w wyniku przewidzianego w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu procedowania w oparciu o art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, oferta złożona przez niżej wymienionego Wykonawcę:

FROST Tomasz Jankowski
05-092 Łomianki,
ul. Dobra 9

została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający wymagał w SIWZ Załącznik A rdz „Część nr 2: Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej -80 st. C - 1 szt.” aby:

- wymiary zewnętrzne maksymalne Szerokość x Głębokość x Wysokość 80 x 60cm x 80 cm

Oferowane urządzenie nie spełnia wymagań w zakresie wymiaru: głębokość. Zamawiający wymagał by urządzenie miało wymiar głębokości nie więcej niż 60 cm. Zaoferowane urządzenie znacząco przekracza ten wymiar w związku z czym nie spełnia wymagań zamawiającego.

Wykonawca, którego oferta została odrzucona nie zaoferował urządzenia spełniającego wymagania SIWZ – Załącznik A.

Uzasadnienie prawne

Zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Ośrodek Radioizotopów POLATOM

DYREKTOR

mgr inż. Tomasz Dziel

.....
Kierownik Zamawiającego