



Znak: AE/ZP-27-76/23

Tarnów, 2023-10-12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawy: sprzętu medycznego jednorazowego użytku: masek krtaniowych, elektrod, cewników i zgłębników, osłon na głowice USG z żelem.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 36 mm?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 43 mm?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 54 mm?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści wycenę tylko elektrody o średnicy 50 mm?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2-3.** Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod w opakowaniu a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 4.** Czy Zamawiający oczekuje wyceny 1 opakowania a'30 sztuk?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści wycenę tylko dla rozmiarów F6-F18?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści wycenę dla rozmiaru F4 cewnika z otworami bocznymi naprzeciwległymi, reszta parametrów i rozmiarów zgodnie z swz?
9. **Dotyczy pkt. 22.11 i 22.12 SWZ.** Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów pkt. 22.11, 22.12:
22.11 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
 - a) 0,5 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru**, po upływie 10 dni zwłoki Zamawiający będzie wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu jej realizacji, z zachowaniem prawa do kar umownych,
 - b) 0,5 % wartości brutto zamówionej partii towaru – w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezgodnej partii towaru/ towaru o złej jakości**,
22.12. W przypadku odstąpienia od umowy i rozwiązania/wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości **10%** wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad. 1** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** elektrod do monitorowania EKG o średnicy 36 mm, pod warunkiem, że przeznaczone są dla dzieci i spełniają pozostałe wymagania SWZ.
- Ad. 2** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 2** elektrod do monitorowania EKG o średnicy 43 mm, pod warunkiem, że przeznaczone są dla dorosłych i spełniają pozostałe wymagania SWZ.
- Ad. 3** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 3** elektrod holterowskich o średnicy 54 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.
- Ad. 4** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 3** elektrod holterowskich tylko o średnicy 50 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.
- Ad. 5** Zgodnie z wymaganiami określonymi w Formularzu Cenowym Wykonawca winien podać: wielkość oferowanych opakowań przedmiotu zamówienia, ilość oferowanych opakowań oraz ich cenę netto i brutto. Dotyczy to również przedmiotu oferowanego w **Pakiecie Nr 2 poz. 2-3**.



Ad. 6 Zamawiający oczekuje zaferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 4** - 50 szt. elektrod do EKG dla dorosłych z czujnikiem węglowym do MRI spełniających wymagania SWZ.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 2** cewników do odsysania z górnych dróg oddechowych w rozmiarze F6-F18, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 2** cewników do odsysania z górnych dróg oddechowych w rozmiarze F4 z otworami bocznymi naprzeciwległymi, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ oraz zaferowania pozostałych wymaganych rozmiarów spełniający wszystkie wymagania SWZ.

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i wprowadzenie nowych zapisów do **pkt 22 SWZ**.

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

Handwritten signature:
Dobry
Tubau

Handwritten signature:
Zastępca Dyrektora
mgr Danuta Nock

