

Warszawa, 17 sierpnia 2023 r.

**BF-2.262.21.2023**

### **Wszyscy uczestnicy postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na Zakup i dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) zwanej dalej „ustawą”, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy, Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

#### **Wnioski dotyczą Części II zamówienia Komory Klimatycznej**

##### **Wniosek Nr 1**

Czy Zamawiający dopuści komorę klimatyczną z dokładnością nastawianej wilgotności względnej 0,5% wilg. wzgl.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje**, że **nie** dopuszcza komory klimatycznej z dokładnością nastawianej wilgotności względnej 0,5% wilg. wzgl., z uwagi na zapisy w pkt. 4.1 normy PN-EN ISO 139:2006 Tekstyliia. Klimaty normalne do aklimatyzacji i badań.

##### **Wniosek Nr 2**

Czy Zamawiający dopuści komorę klimatyczną z wymaganym odstępem od ściany z tyłu urządzenia 150 mm.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje**, że nie dopuszcza komory klimatycznej z wymaganym odstępem od ściany z tyłu urządzenia 150 mm.

##### **Wniosek Nr 3**

Czy Zamawiający dopuści komorę klimatyczną z możliwością prawidłowej pracy w warunkach otoczenia 16°C do 40°C.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje**, że **dopuszcza** komorę klimatyczną z możliwością prawidłowej pracy w warunkach otoczenia 16°C do 30°C.

Powyższe odpowiedzi stanowią zmianę treści SWZ.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany w treści SWZ w pkt. 9.4, 9.10, 11.1. Części I SWZ w ten sposób, że w miejsce dotychczasowej treści ww. punktów wprowadza się następującą treść:

- 9.4. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem **platformazakupowa.pl/pn/uokik** - w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **22 sierpnia 2023 r. do godziny 11:00**.
- 9.10. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **22 sierpnia 2023 r. g. 11.15**.
- 11.1. Wykonawca będzie związany ofertą **do dnia 20 września 2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

*Ewa Mrówka  
Dyrektor  
Departamentu Laboratoriów  
/podpisano elektronicznie/*