

Węgrów, dnia 07.11.2022 r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kościuszki 15
07-100 Węgrów

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę gazów medycznych dla SPZOZ w Węgrowie, Znak: ZP/GM/17/22 (BZP z dnia 28.10.2022 r. nr 2022/BZP 00415540/01)

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie informuje, że wpłynęły następujące zapytania od Wykonawców:

PROJEKT UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ

Dotyczy pakietu 1: Tlen medyczny ciekły (dostawa i transport tlenu medycznego ciekłego) wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego.

Wykonawca wnosi o zmianę pkt. 4 z treści: *Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Zamawiającego – Szpitala Powiatowego w Węgrowie ul. Kościuszki 201 zbiornika kriogenicznego zgodnie z opisem i parametrach określonych w SWZ, w terminie jednego dnia roboczego od daty podpisania umowy, bezpłatnego zamontowania, przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi, a następnie wydzierżawienia zbiornika Zamawiającemu, na czas trwania umowy.*

na treść: *Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Zamawiającego – Szpitala Powiatowego w Węgrowie ul. Kościuszki 201 zbiornika kriogenicznego zgodnie z opisem i parametrach określonych w SWZ, w terminie jednego dnia roboczego od daty podpisania umowy, bezpłatnego zamontowania, przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi, a następnie wydzierżawienia zbiornika Zamawiającemu, na czas trwania umowy.*

W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają za spełniony.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę treści

Wykonawca wnosi o usunięcie pkt. 8 i 9 o treści: *Wykonawca udziela gwarancji na zbiornik kriogeniczny na czas trwania umowy. Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty zamontowania zbiornika kriogenicznego i sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie strony bez zastrzeżeń.*

Wyjaśnienie: Wykonawca wydierżawia Zamawiającemu zbiornik do przechowywania gazów, w związku z tym nie obowiązuje gwarancja, jak przy sprzedaży urządzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla powyższe punkty

Dotyczy pakietu 3: Gazy medyczne i niemedyczne (dostawa i transport gazów medycznych i niemedycznych z dzierżawą butli)

Wykonawca wnosi o zmianę pkt. 3 z treści: *Zamawiający po zakończeniu umowy zobowiązuje się do zwrotu butli dzierżawionych po pełnym zużyciu gazu, w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.*

na treść: *Zamawiający po zakończeniu umowy zobowiązuje się do zwrotu butli dzierżawionych po pełnym zużyciu gazu, w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji. Okres dzierżawy butli po zakończeniu umowy nie może przekroczyć 1 miesiąca. Po upływie tego okresu Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu dzierżawionych butli w terminie 7 dni. Zamawiający przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż po rozwiązaniu umowy ceny za dzierżawę butli będą naliczane na podstawie dzierżawy dziennej, zgodnie z obowiązującym Cennikiem Wykonawcy.*

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w powyższym punkcie

Wykonawca wnosi o zmianę pkt. 4 z treści: *Po rozwiązaniu umowy Wykonawca odbierze przedmiot dzierżawy własnym transportem i na swój koszt.*

na treść: *Po rozwiązaniu umowy Wykonawca odbierze przedmiot dzierżawy własnym transportem i na koszt Zamawiającego.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

Wykonawca wnosi o zmianę pkt. 8 z treści: *Na każdym opakowaniu jednostkowym muszą być umieszczone: data produkcji, termin ważności, nr serii, nazwa i adres wytwórcy, informacje o produkcji w języku polskim oraz znak CE lub równoważny.*

na treść: Dostarczone butle muszą być trwale oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujący właściciela, który odpowiada za jej stan techniczny, bezpieczeństwo i dostosowanie do norm UE zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Wyjaśnienie: Przepisy prawa przewidują różne oznaczenia w zależności od rodzaju gazu. Zdaniem Wykonawcy wskazaniem, że butle muszą być oznaczone zgodnie z przepisami prawa jest w zupełności wystarczające.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w powyższym punkcie

Wykonawca wnosi o zmianę §5 pkt. 2 z treści: Reklamacje winny być zgłaszane pisemnie Wykonawcy w ciągu sześciu dni od dnia ujawnienia wad towaru. Wykonawca winien w ciągu sześciu dni ustosunkować się pisemnie do reklamacji. Brak odpowiedzi pisemnej w ciągu sześciu dni jest uważany za uznanie reklamacji.

na treść: Reklamacje winny być zgłaszane pisemnie Wykonawcy w ciągu sześciu dni od dnia ujawnienia wad towaru. Wykonawca winien w ciągu dziesięciu dni roboczych ustosunkować się pisemnie do reklamacji. Brak odpowiedzi pisemnej w ciągu sześciu dni jest uważany za uznanie reklamacji.

Wyjaśnienie: Termin 6 dni jest zbyt krótki na rozpatrzenie reklamacji. Przeprowadzenie jakościowych badań produktu medycznego w niezależnym laboratorium jest czasochłonną procedurą.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Jednocześnie zmienia zapis: „Wykonawca winien w ciągu sześciu dni ustosunkować się pisemnie do reklamacji. Brak odpowiedzi pisemnej w ciągu sześciu dni jest uważany za uznanie reklamacji” na treść: Wykonawca winien w ciągu sześciu dni roboczych ustosunkować się pisemnie do reklamacji. Brak odpowiedzi pisemnej w ciągu sześciu dni roboczych jest uważany za uznanie reklamacji.

Formularz cenowy – załącznik nr 2 – pakiet 3

Proszę o poprawienie nazwy w pozycji nr 3 z „Tlen medyczny sprężony w butlach stalowych a'40L, 1500 bar” na „ Tlen medyczny sprężony w butlach stalowych a'40L, 150 bar”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje poprawy wskazanej pozycji

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na dwutlenek węgla ciekły do krioterapii o poj.10 l =7,5 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na dwutlenek węgla ciekły do krioterapii o poj.10 l =7,5 kg

Jaką czystość argonu sprężonego w butlach o poj. 10 l (ciśnienie 200 bar) wymaga Zamawiający? Czy czystość ma wynosić 4.8; 5.2 czy 6.0?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga argonu o czystości 5.2

Proszę o wyodrębnienie dodatkowej pozycji „transport butli gazów technicznych” oraz poprawienie nazwy w pozycji 10 z „ transport butli” na „ transport butli gazów medycznych”, ze względu na różną stawkę VAT.

Odpowiedź:

Zamawiający wyodrębnia wskazaną pozycję i dokonuje poprawy nazwy poz. 10

Rozumiemy, że Zamawiający w kolumnie „numer katalogowy” wymaga podania tylko numerów katalogowych gazów medycznych i technicznych, a nie usług transportu i dzierżawy butli.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż w kolumnie „numer katalogowy” wymaga podania tylko numerów katalogowych gazów medycznych i technicznych, a nie usług transportu i dzierżawy butli.

Treść SWZ

Dotyczy: Rozdziału IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca wnosi o zmianę pkt 5 ppkt 5.1 a z treści: Wykonawca zobowiązany jest do wydzierżawienia i zamontowania Zamawiającemu zbiornika kriogenicznego tlenu ciekłego z panelem medycznym, o pojemności 3 m³ – 4 m³ wraz z parownicą atmosferyczną własną zbiornika ok. 80 Nm³/h umieszczoną na płaszczu zbiornika i kompletną armaturą, współczynnik naturalnego parowania zbiornika nie większy niż 0,5 % na 24 godziny;

na treść: Wykonawca zobowiązany jest do wydzierżawienia i zamontowania Zamawiającemu zbiornika kriogenicznego tlenu ciekłego z panelem medycznym, o pojemności 3 m³ – 4 m³ wraz z parownicą atmosferyczną własną zbiornika ok. 80 Nm³/h umieszczoną na płaszczu zbiornika i kompletną armaturą, współczynnik naturalnego parowania zbiornika nie większy niż 0,5 % na 24 godziny;

W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają za spełniony.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ

Wykonawca wnosi o zmianę pkt 5 ppkt 5.1 d z treści: *dzierżawa zbiornika stacjonarnego obejmuje:*

- *posadowienie zbiornika na istniejącym fundamencie, podłączenie do istniejącej instalacji zasilającej urządzenia Zamawiającego oraz demontaż po zakończeniu terminu umowy;*
- *w trakcie okresu dzierżawy Wykonawca gwarantuje bezpłatny serwis techniczny zbiornika na tlen ciekły, a w przypadku awarii zbiornika Wykonawca zapewni inne urządzenie do przechowywania tlenu medycznego ciekłego na czas naprawy zbiornika;*
- *zbiornik musi być zarejestrowany i podlegać okresowym przeglądom przez Urząd Dozoru Technicznego;*
- *wykonawca zapewni dokumentację techniczną zbiornika w języku polskim i przeszkoli personel odpowiedzialny ze strony Zamawiającego.*

na treść: *dzierżawa zbiornika stacjonarnego obejmuje:*

- *posadowienie zbiornika na istniejącym fundamencie, podłączenie do istniejącej instalacji zasilającej urządzenia Zamawiającego. W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają za spełniony. Demontaż zbiornika po zakończeniu terminu umowy;*
- *w trakcie okresu dzierżawy Wykonawca gwarantuje bezpłatny serwis techniczny zbiornika na tlen ciekły, a w przypadku awarii zbiornika Wykonawca zapewni inne urządzenie do przechowywania tlenu medycznego ciekłego na czas naprawy zbiornika;*
- *zbiornik musi być zarejestrowany i podlegać okresowym przeglądom przez Urząd Dozoru Technicznego;*
- *wykonawca zapewni dokumentację techniczną zbiornika w języku polskim i przeszkoli personel odpowiedzialny ze strony Zamawiającego. **W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają za spełniony.***

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ

Wykonawca wnosi o zmianę pkt 5 ppkt 5.1 g z treści: *Wykonawca dostarczy zbiornik kriogeniczny do Powiatowego Szpitala w Węgrowie ul. Kościuszki 201, bezpłatnie zamontuje w terminie jednego dnia roboczego od daty podpisania umowy;*

na treść: *Wykonawca dostarczy zbiornik kriogeniczny do Powiatowego Szpitala w Węgrowie ul. Kościuszki 201, bezpłatnie zamontuje w terminie jednego dnia roboczego od daty podpisania umowy.*

W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek

wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają za spełniony;

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ

Wykonawca wnosi o zmianę pkt 5 ppkt 5.3 c z treści: *Na każdym opakowaniu jednostkowym muszą być umieszczone: data produkcji, termin ważności, nr serii, nazwa i adres wytwórcy, informacje o produkcie w języku polskim oraz znak CE lub równoważny.*

na treść: *Dostarczone butle muszą być trwale oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujący właściciela, który odpowiada za jej stan techniczny, bezpieczeństwo i dostosowanie do norm UE zgodnie z odpowiednimi przepisami.*

Wyjaśnienie: Przepisy prawa przewidują różne oznaczenia w zależności od rodzaju gazu. Zdaniem Wykonawcy wskazaniem, że butle muszą być oznaczone zgodnie z przepisami prawa jest w zupełności wystarczające.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ

Dotyczy : Rozdziału VIII WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, KTÓRYCH ZŁOŻENIA WYMAGA SIĘ OD WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

A. Przedmiotowe środki dowodowe

Wykonawca wnosi o zmianę pkt 2 ppkt 2.1 z treści: *Zamawiający wymaga złożenia: dokumentów potwierdzających, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu w Polsce zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 r. poz.974) i przepisami wykonawczymi (Certyfikat CE /deklaracja zgodności dotycząca oferowanego przedmiotu zamówienia, zgłoszenie/ wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub oświadczenie z uzasadnieniem, że przedmiot zamówienia nie podlega obowiązkowi wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych);*

na treść: *Zamawiający wymaga złożenia: dokumentów potwierdzających, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu w Polsce zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 r. poz.974) i przepisami wykonawczymi (Certyfikat CE /deklaracja zgodności dotycząca oferowanego przedmiotu zamówienia, zgłoszenie/ wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub oświadczenie z uzasadnieniem, że przedmiot zamówienia nie podlega obowiązkowi wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych);*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ. Jednocześnie informuje, iż w przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia nie będącego wyrobem medycznym należy złożyć



oświadczenie że przedmiot zamówienia nie podlega obowiązkowi wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający modyfikuje:

- 1. SWZ*
- 2. Załącznik nr 2 – Formularz cenowy*
- 3. Załącznik nr 5 – Projekt umowy*

Podpisał:

Dyrektor SPZOZ w Węgrowie

Lek. med. Artur Skóra