



Znak sprawy: ZP/41/PN/2024

Zabrze, 03.07.2024r.

**ODPOWIEDZI NR 2
na zapytania w sprawie SWZ**

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1605) w trybie **przetargu nieograniczonego** pn.:

**„DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ AUTOMATYCZNEGO
ANALIZATORA SEROLOGICZNEGO”**

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1605).

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie nr 1

W związku z odpowiedzią na pytania 1 i 19 uprzejmie prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na dostawę automatycznego analizatora wraz z systemem back-up, sprzętu komputerowego zapewniającego swobodną pracę do instalacji oprogramowania LIS, minimum: 2 stacje robocze, 2 drukarki laserów, 1 niszczarka do dokumentów, fax, 1 drukarka kodów kreskowych, 1 czytnik kodów kreskowych oraz podłączenie do LIS i przeszkolenie Personelu do maksymalnie 14 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 2

W związku z odpowiedzią na pytania 1 i 19 uprzejmie prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na dostawę zamrażarki do przechowywania materiału biologicznego tem. poniżej (-)25°C, lodówki z zamrażalnikiem, witryny chłodniczej o poj. minimalnej 300L do maksymalnie 6 tygodni (jest to termin realizacji podany przez producenta sprzętu) od daty podpisania umowy. Jest to sprzęt specjalistyczny, przeznaczony do przechowywania materiału biologicznego w związku z czym nie jest dostępny od ręki i musi zostać sprowadzony pod konkretne zamówienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 3

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 18, uprzejmie prosimy o odstąpienia od wymogu umieszczania na pudełku zbiorczym oznaczenia "sterylny / niesterylny". Producent nie umieszcza takiej informacji na opakowaniach, gdyż każdy produkt jest odpowiednio zabezpieczony przez producenta, co gwarantuje jego wysoką jakość. Dodatkowo pragniemy podkreślić, że nasze produkty są oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, co zapewnia ich odpowiednią identyfikację.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe, tym samym Zamawiający zmienia odpowiedź na pytanie nr 18 udzieloną Odpowiedziami na zapytania SWZ w dniu 01.07.2024r - patrz Modyfikacja nr 1 SWZ

Zamawiający

z up. DYREKTORA
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Adam Strzyżewski

Dyrektor
dr n. med.
Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT
Tel: (32) 370-43-07
Fax: (32) 370 45 22
sekretariat@szpital.zabrze.pl

www.szpital.zabrze.pl

