

	<b>PRZYCHODNIA LEKARSKA</b> <b>WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ SP ZOZ</b>	
	<b>Instrukcja IZZ/03</b>	<b>Edycja</b> <b>4</b>
<b>Postępowanie z plamą organiczną</b>		<b>Strona</b> <b>1/2</b>
Opracował: <b>Ewelina Sadecka</b> Specjalista ds. epidemiologii		Zatwierdził: <b>Jacek Więch</b> Zastępca Dyrektora ds. leczenia
Data: 15.05.2022r.	Podpis: 	Data: 8.07.2022
		Podpis: 

## 1. Zakres działania:


Dotyczy wszystkich pracowników mających kontakt z materiałem biologicznym, w szczególności personelu medycznego i sprząającego przeprowadzających proces dekontaminacji skażonej powierzchni.

## 2. Terminy:

- 2.1. **personel medyczny** – lekarz, pielęgniarka, personel sprząający, rehabilitant, pracownik rejestracji laboratorium
- 2.2. pracownik sprząający – wykonujący czynności sprzątania i dekontaminacji pomieszczeń PLWAT
- 2.3. materiał biologiczny potencjalnie zakaźny – wydaliny, wydzieliny, płyny ustrojowe pochodzące z organizmu człowieka
- 2.4. preparat dezynfekcyjny o szerokim spektrum działania - działający na bakterie, wirusy, grzyby, prątki gruźlicy, spory w czasie nie dłuższym niż 15 min,
- 2.5. dekontaminacja - proces redukcji czynników biologicznych przez mycie i dezynfekcję. Zakres dekontaminacji zależy od wymaganego poziomu czystości biologicznej.

## 3. Sposób postępowania

- 3.1. Wyposażenie konieczne do usuwania rozlanych płynów zakaźnych, to:
  1. rękawiczki, maska (chirurgiczna), fartuch (opcjonalnie)
  2. preparat dezynfekcyjny, ściereczki jednorazowego użycia nasączone preparatem dezynfekcyjnym
  3. ręczniki papierowe, w przypadku gdy plama wymaga wcześniejszego zebrania,
  4. czerwony worek na odpady medyczne.
- 3.2. Przed przystąpieniem do dekontaminacji powierzchni załóż środki ochrony indywidualnej: rękawiczki, maskę (chirurgiczną), fartuch foliowy (opcjonalnie, jeżeli istnieje ryzyko zabrudzenia),
- 3.3. Plamy i małe zacieki krwi usuwać z powierzchni poprzez przecieranie, dedykowaną ściereczką nasączoną preparatem dezynfekcyjnym.
- 3.3. Obficie rozlany (na podłodze, blacie, stoliku) materiał biologiczny pokryć papierowymi ręcznikami tak, aby wchłonęły cały płyn. Następnie zbierz papierowe ręczniki i wyrzuć do czerwonego worka na odpady medyczne. Miejsce skażone zdezynfekuj poprzez przecieranie, dedykowanymi ściereczkami nasączonymi preparatem dezynfekcyjnym do czasu usunięcia widocznych zabrudzeń. Jeżeli zachodzi taka potrzeba przeprowadź dezynfekcję całej powierzchni
- 3.4. Aparatura medyczna i osprzęt:
  1. przed umyciem aparaturę wyłączyć z sieci elektrycznej, odłączyć osprzęt i rozłożyć wszystkie elementy tak, aby ich powierzchnie były dostępne dla środka dezynfekcyjnego
  2. kierować się zaleceniami producenta oraz stopniem czystości mikrobiologicznej, jaki należy osiągnąć
  3. oddawany do przeglądu/naprawy musi być poddany dekontaminacji i fakt ten należy odnotować w książce raportów/książce zabiegowej oraz potwierdzić pisemnie osobie odbierającej sprzęt.

	<b>PRZYCHODNIA LEKARSKA</b> <b>WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ SP ZOZ</b>	
	<b>Instrukcja IZZ/03</b>	<b>Edycja</b> <b>4</b>
<b>Postępowanie z plamą organiczną</b>		<b>Strona</b> <b>2/2</b>

4. w sytuacji, gdy aparatury nie można odkazić przed przeglądem/naprawą należy o tym powiadomić osobę odbierającą, właściwie sprzęt opakować uniemożliwiając skażenia otoczenia lub zakażenia osób podczas transportu pozostawiając pisemną informację o stanie aparatury na zewnątrz opakowania.

#### 5. Historia zmian dokumentu

Lp.	Nr edycji	Data	Dotyczy stron	Opis i przyczyny zmiany
1	2	21.05.2015		Zmiana treści pkt. 3.4 - doskonalenie
2	3	13.04.2021		Zmiana pkt.2
3	4	15.05.2022	1	Doskonalenie uzupełnienie terminologii i zmiana postępowania z plamą organiczną