

Oleśnica, dnia 24.08.2022r.

Znak sprawy: PZS/TP/17/2022

Dotyczy: **"Dostawa sprzętu jednorazowego użytku II do Powiatowego Zespołu Szpitali"**

WYJAŚNIENIA DO SWZ

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące SWZ. Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2020r (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami), Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Czy w **Zadaniu 18 w poz. 4** powinny być zaoferowane szczoteczki cytologiczne, których efektywność została klinicznie zweryfikowana?

Odpowiedź: powinny

Uprzejmie prosimy, ze względu na niejednorodny charakter asortymentu, o zgodę na wydzielenie **z Zadaniu nr 18 poz. 4 i 21** do odrębnego pakietu. Pozostawienie pakietu w obecnym kształcie preferuje konkretne podmioty, ogranicza konkurencję wyłącznie do dużych hurtowni i eliminuje z możliwości uczestniczenia w postępowaniu podmioty wysoko wyspecjalizowane posiadające dużą wiedzę merytoryczną na temat oferowanych produktów i w sposób szczególnie dbający o ich jakość. Dodatkowo wydzielenie z pakietu pozwoli na wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: nie wyrażam zgody

Czy Zamawiający w **Zadaniu 17** wymaga aby próżnościąg położniczy był wyposażony w wewnętrzny samoograniczający system bezpieczeństwa uniemożliwiający przekroczenie bezpiecznego poziomu wytworzonego podciśnienia, które mogłoby prowadzić do urazów w obrębie główki płodu?

Odpowiedź dopuszczam

Czy zamawiający, zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji, **w Zadaniu 17** dopuści równoważny próżnościąg położniczy jałowy, jednorazowego użytku do wspomaganego porodu, posiadający odpowiednio wyprofilowany uchwyt oraz atraumatyczną miseczkę w kształcie „grzybka” Ø miseczki 50mm wyginająca się o 90° w każdym kierunku lub atraumatyczną miseczkę w kształcie „dzwonu” (kielicha)Ø miseczki 64mm posiadająca miękkie, elastyczne krawędzie, z pompą wytwarzającą stabilne, stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku, z łatwo dostępnym zaworem zwalniającym próżnię w postaci skrzydełek, z czytelnym wskaźnikiem próżni w kształcie zegara oraz wbudowaną atraumatyczną blokadą bezpieczeństwa eliminującą możliwość przekroczenia bezpiecznej wartości siły ciągu, co eliminuje



konieczność jej stałej kontroli przez personel medyczny podczas porodu?

Odpowiedź: nie dopuszczam

Zadanie 16 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie w powyższej pozycji papieru w czerwoną kratkę.

Odpowiedź: Nie dopuszczam

Zadanie 16 poz. 6, 10, 11

Czy w powyższych pozycjach Zamawiający oczekuje papierów oryginalnych producenta Sony i Mitsubishi czy też dopuszcza zaoferowanie papierów kompatybilnych ?

Odpowiedź: dopuszczam

Zadanie 16 poz. 16

Prosimy o podanie modelu myjki Saluscope ,do której ma być przeznaczony papier.

Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego?

Odpowiedź: Zamawiający posiada myjkę Soluscope Serie 1. Zamawiający oczekuje oryginalnego papieru

Zadanie 16 poz. 17

Prosimy o podanie nazwy aparatu i modelu do którego ma być przeznaczony papier. Prosimy także o wskazanie wymaganego rozmiaru papieru.

Odpowiedź: papier przeznaczony do drukarek termicznych w karetkach pogotowia

Zadanie 16 poz. 18

Prosimy o wskazanie czy papier ma być gładki czy w kratkę?

Odpowiedź: gładki

Projekt umowy- §2 ust. 2

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy par. 2 ust. 2 zapisu: „...zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zamawianych ilości w ramach asortymentu objętego umową pod warunkiem nieprzekroczenia wartości umowy.” Proponowany zapis umowny jest obojętnie ustawie Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego.

Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody . Ilości podane są najbardziej precyzyjnie a wykonawcy znana jest specyfika pracy zamawiającego i branży medycznej w której nie da się wszystkiego przewidzieć

Projekt umowy- §5 ust. 1 a)

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownych w przypadku zwłoki w dostarczeniu towaru do części niedostarczonej partii towaru zamiast wartości brutto umowy, tj. w § 5 ust. 1a projektu umowy zamiast zwrotu „wynagrodzenia brutto określonego w par 4 pkt 1 a



umowy” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej dostawy” oraz zastrzeżenie, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany

Wskazanie 0,5% wartości umowy za opóźnienie z dostarczeniem zamówionej partii towaru jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść.

Dostawca nie przewiduje żadnych opóźnień w terminie dostawy zamówionego przez Szpital towaru w trakcie obowiązywania umowy. Jakkolwiek obwarowanie Wykonawcy 0,5% wartości umowy w przypadku zwłoki w dostawie jedynie części umowy (partii towaru) jest ekonomicznie niczym nieuzasadnione, bowiem ewentualna szkoda wyrządzona w ten sposób przez dostawcę Zamawiającemu nie będzie aż tak duża. Zastrzeżenie tak wysokiej kary umownej prowadzi na wzbogacenia się Szpitala kosztem Wykonawcy, co jest niezgodne z ideą instytucji kary umownej i w konsekwencji prowadzi do sądowego miarkowania wysokości odszkodowania.

Odpowiedź: nie wyrażam zgody

Projekt umowy- §5 ust. 1 b) i c)

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 5 ust. 1 c i d projektu umowy zamiast zwrotu „ wynagrodzenia brutto określonego w par 4 pk 1 a umowy” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy”

Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecnictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “ Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłyby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Odpowiedź: nie wyrażam zgody

Zadanie 18, poz. 1,3-4, Czy zamawiający wydzieli poz.1,3-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: nie wyrażam zgody

Zadanie 18, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: dopuszczam

Zadanie 18, poz. 3-4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: dopuszczam

Czy **Zamawiający w zad 1 poz 1** w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty naoryginalny produkt Hemoclip Plus znanego amerykańskiego producenta z klipsami pakowanymi



po 4+2 gratis, 6 i 10 sztuk. Opakowanie 20 x 6 klipsów oraz 16 x 10 klipsów klipsów? Wycenie podlega magazynek a nie klips.

Odpowiedź: dopuszczam, każdy zasobnik powinien być sterylnie pakowany.

Wykonawca będzie także zobowiązany do nieodpłatnego użyczenia 2 klipsownic Zamawiającemu na czas trwania umowy

W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010 zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku ale w bezpośrednim kontakcie z centralnym układem krążenia lub sercem podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej czyli klasy III. Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi **Zamawiający w zad 1 poz 1,2** wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z centralnym układem krążenia, posiadały klasę III?

Odpowiedź: dopuszcza

Zgodnie z Dz.U. Nr 16, poz. 76 z dnia 12 stycznia 2011 roku, aktywne wyroby medyczne przeznaczone do implantacji muszą być identyfikowalne. Kod użyty do ich oznakowania, musi umożliwiać szybką i jednoznaczną identyfikację wytwórcy i wyrobu, uwzględniać jego typ oraz rok produkcji; odczytanie kodu jeżeli jest to niezbędne, nie powinno wymagać zabiegu chirurgicznego. Informujemy, że nasze produkty spełniają wszystkie wymogi ww. ustawy. Wychodząc na przeciw potrzebom Zamawiającego, zwracamy się z prośbą w **zad 1 poz 1,2** o możliwość zastosowania papierowej części blistra (magazynku), która zawiera wszystkie wymagane informacje zawarte w powyższej ustawie (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem możliwości dołączenia do kartoteki pacjenta?

Odpowiedź: zamawiający wymaga samoprzylepnej informacji

Czy **Zamawiający w zad 1 poz 3** w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem:

5. Ewakuator laparoskopowy z przewodnicą pasującą do trokarów 10 mm, uwalniany z przewodnicy po wprowadzeniu do jamy brzusznej z drutem samorozprężalnym, poj. 200 ml (długość worka 190mm, szerokość 90mm) lub poj. 800 ml (długość worka 190mm, szerokość 150mm)?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

6. Czy **Zamawiający w zad 1 poz 4** w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Ewakuator laparoskopowy z przewodnicą pasującą do trokarów 10 mm, uwalniany z przewodnicy po wprowadzeniu do jamy brzusznej z drutem samorozprężalnym, poj. 200 ml (długość worka 190mm, szerokość 90mm)?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

7. Czy **Zamawiający w zad 1 poz 5** w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Ewakuator laparoskopowy z przewodnicą pasującą do trokarów 10 mm, uwalniany z przewodnicy po wprowadzeniu do jamy brzusznej z drutem samorozprężalnym, poj. 800 ml (długość worka 190mm, szerokość 150mm)?



Odpowiedz: zgodnie z SWZ

8. Czy Zamawiający w zad 1 npoz 7 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Ewakuator laparoskopowy z prowadnicą pasującą do trokarów 10 mm, uwalniany z prowadnicy po wprowadzeniu do jamy brzusznej z drutem samorozprężalnym, poj. 1200 ml?

Pytanie do zadania 5 dot. l.p. 1-16 Prosimy o dopuszczenie rurek intubacyjnych z mankietem brandu Rüsch wg opisu: przezroczysta rurka intubacyjna, wykonana z PCV z wysokoobjętościowym, niskociśnieniowym mankietem ustno – nosowa. Dostępne rozmiary: 2,5-10,00mm. Rurki z otworem Murphy`ego, z częściowo osadzonym łącznikiem 15mm w mlecznym kolorze, zawór do strzykawk Luer i Luer-lock, wklęsła, gładka zaokrąglona końcówka, linia, RTG na całej długości, czarny znacznik w postaci grubego oringu ułatwiający prawidłowe umieszczenie w tchawicy, niebieski balon kontrolny, skalowana, bez lateksu, sterylna, jednorazowa. Oznakowanie rozmiaru w dwóch miejscach na korpusie rurki, możliwość skrócenia rurki. Opakowanie papier folia zgodnie ze standardami.

Odpowiedz: zgodnie z SWZ

Pytanie do zadania 5 dot. l.p. 17-21 Prosimy o dopuszczenie rurek intubacyjnych bez mankieta brandu Rüsch wg opisu: rurka intubacyjna bez mankieta ustno – nosowa wykonana z PCV, częściowo osadzony łącznik 15mm, wklęsła gładka końcówka, linia RTG na całej długości skalowana, sterylna, jednorazowego użytku. Rurka z otworem Murphy, oznakowanie głębokości za pomocą czarnej końcówki. Długość czarnej końcówki 20mm dla rozmiarów 2,0-3,5mm, długość czarnej końcówki 30mm dla rozmiarów 4,0-4,5mm długość czarnej końcówki 40mm dla rozmiarów 5,0-6,5mm. Dostępne rozmiary zgodnie z SWZ. Opakowanie papier folia zgodnie ze standardami.

Odpowiedz: zgodnie z SWZ

Pytanie do zadania 5 dot. l.p. 22-15 Prosimy o dopuszczenie rurek intubacyjnych zbrojonych brandu Rüsch wg opisu: rurka intubacyjna zbrojona z otworem Murphy`ego we wszystkich rozmiarach, wstępnie wyprofilowana rurka intubacyjna zagięta, wykonana z PCV z wysokoobjętościowym niskociśnieniowym mankietem w kształcie walca. Zbrojenie na całej długości rurki. Trwale połączony z rurką biały łącznik 15mm, niebieski balon kontrolny, zawór do strzykawk Luer i Luer-lock, widoczna w RTG, skalowana, sterylna, jednorazowa. Oznakowanie rozmiaru rurki na baloniku oraz w dwóch miejscach na korpusie rurki. Znacznik głębokości w postaci grubego oringu. Ustno- nosowa dostępne rozmiary 3,5-10 co 0,5mm. Opakowanie papier folia zgodnie ze standardami.

Odpowiedz: zgodnie z SWZ

Pytanie do zadania 13 Prosimy o dopuszczenie maski krtaniowej LMA Protector w rozmiarze 3 (30-50kg) 4 (50-70kg) 5 (70-100kg) maska ta jest wykonana z silikonu o wyprofilowanej krzywiźnie z podwójnym dostępem do przewodu pokarmowego, zaprojektowana do ewakuacji treści żołądkowych z dróg oddechowych. Największy rozmiar sondy żołądkowej dla roz. 3 16F, a dla roz. 4 i 5 sonda 18F. Maska z możliwością intubacji. Maska z zintegrowanym system monitorowania ciśnienia w mankiecie. Opakowanie nie zawiera strzykawki.

W rozmiarze 1 (do 5kg) 1,5 (5-10kg) 2 (10-20kg) 2,5 (20-30kg) prosimy o dopuszczenie maski LMA Supreme z dostępem do przewodu pokarmowego. Wyposażona w kanał do odsysania treści żołądka, szaft wyprofilowany pod kątem 90 stopni, mankiet gwarantujący utrzymanie szczelności przy wartości ciśnienia do 37 cm H₂O w drogach oddechowych, anatomicznie ukształtowany



przewód powietrzny. Kanał oddechowy wyposażony w dystalne skrzydełka boczne chroniące przed możliwością wklonowania nagłośni. Kanał wypełnienia mankietu na całej długości poprowadzony swobodnie poza szafem kanału oddechowego umożliwiając odsunięcie od zgryzu pacjenta. Maska wyposażona w miękkie zabezpieczenie zgryzu, ogranicznik głębokości plastikową osłonkę mankietu ze stabilnym zamknięciem (zatrzaskiem) na rurce/do sprawdzenia w rozmiarach/, poprzeczkę mocującą oraz balon kontrolny. Produkt sterylny, pakowany indywidualnie, kompatybilny z MRI, MATERIAŁ: PCV (mankiet oraz rurka), nie zawierający lateksu.

Odpowiedz: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 1 dot. zadania nr 6 poz. 1 – okulary do fototerapii

Czy Zamawiający dopuści okulary w następujących rozmiarach: micro poniżej 28 cm, Small – 28-34 cm oraz Large – powyżej 34 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź: dopuszczam

Pytanie nr 2 dot. zadania nr 6 poz. 1 – okulary do fototerapii

Czy w związku, z coraz częstszym występowaniem na oddziałach zapalenia spojówek u noworodków, Zamawiający wymaga, aby okulary posiadały wklęsnięcia od strony oczodołów, co umożliwi fizjologiczne nawilżenie oka poprzez naturalny ruch powieką?

Odpowiedź: dopuszczam

Pytanie nr 3 dot. zadania nr 6 poz. 1 – okulary do fototerapii

Czy Zamawiający dopuszcza aby okulary składały się z dwóch niezależnych części oraz posiadały dwa rzepy o długości około 24 mm, do regulacji w okolicy skroniowej celem idealnego dopasowania do główki dziecka?

Odpowiedź: dopuszczam

Pytanie nr 4 dot. zadania nr 6 poz. 1 – okulary do fototerapii

Czy Zamawiający dopuści aby przy zakładaniu i zdejmowaniu okularów nieznacznie unosić główkę dziecka?

Odpowiedź: dopuszczam

Pytanie nr 5 dot. zadania nr 6 poz. 2 – plaster

Czy zamawiający dopuści plaster o szerokości 1,3 cm oraz długości powierzchni hydrokoloidowej 2,5 cm?

Odpowiedź: nie dopuszczam

Pytanie nr 6 dot. zadania nr 6 poz. 3 – plaster

Czy zamawiający dopuści plaster o średnicy powierzchni hydrokoloidowej 2,5 cm?

Odpowiedź: nie dopuszczam

Pytanie nr 5 dot. zadania nr 6 poz. 4 – plaster

Czy zamawiający dopuści plaster o szerokości 2,5 cm oraz długości powierzchni hydrokoloidowej 3,3 cm?

Odpowiedź: nie dopuszczam

Pakiet 4, Pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści igły z nasadką z polipropylenu i osłonką z polietylenu, spełniające



pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź: dopuszczam

Pakiet 4, Pozycja 3-8

Czy Zamawiający dopuści igły z nasadką z polipropylenu i osłonką z polietylenu, spełniające pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź: dopuszczam

Pakiet 4, Pozycja 9-15

Czy Zamawiający dopuści igły z ostrzem długościętym, spełniające pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź: nie dopuszczam

Pakiet 4, Pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści igłę w kolorze beżowym zgodnie z normą ISO?

Odpowiedź: dopuszczam, ale o opisanym w SWZ rozmiarze

Pakiet 4, Pozycja 20-23

Czy Zamawiający dopuści igły z właściwym dopasowaniem igły i mandrylu – wykonanych z poliwęglanu?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pakiet 4, Pozycja 24-31

Czy Zamawiający dopuści igły z właściwym dopasowaniem igły i mandrylu – wykonanych z poliwęglanu?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pakiet 4, Pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści igłę 25G - 120mm?

Odpowiedź: nie dopuszczam

Pakiet 4, Pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści igłę 27G - 120mm?

Odpowiedź: nie dopuszczam

Pakiet 4, Pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści igłę 25G - 120mm?

Odpowiedź: nie dopuszczam

Pakiet 4, Pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści igłę 27G - 151mm?

Odpowiedź: nie dopuszczam

Pakiet 5, Pozycja 1-16

Czy Zamawiający dopuści rurkę niesilikonowaną, z mankietem w kształcie heksagonu, bez znaku skracania rurki, w opakowaniu typu „banan”, utrzymującym anatomiczny kształt rurki zamiast punktowych zgrzewów?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ



Pakiet 16, Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści papier 152x90x150 ?

Odpowiedź: nie dopuszczam

Pakiet 16, Pozycja 6

Czy Zamawiający wymaga papieru oryginalnego zapewniającego wysoką jakość i trwałość wydruku?

Odpowiedź: dopuszczam

Pakiet 16, Pozycja 10

Czy Zamawiający wymaga papieru oryginalnego zapewniającego wysoką jakość i trwałość wydruku?

Odpowiedź: dopuszczam

Pakiet 16, Pozycja 11

Czy Zamawiający wymaga papieru oryginalnego zapewniającego wysoką jakość i trwałość wydruku?

Odpowiedź: dopuszczam

Pakiet 16, Pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści papier 80mm*75mm*200 (składanka)?

Odpowiedź: nie dopuszczam

Pakiet 16, Pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści papier 57*30 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: nie dopuszczam

Pakiet 16, Pozycja 17

Jakiego rozmiaru papieru Zamawiający oczekuje?

Odpowiedź: Zamawiający posiada myjkę Soluscope Serie 1

Pakiet 18, Pozycja 6-21

Czy Zamawiający wydzieli w.w. pozycje co umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty na czy powinno zależeć Zamawiającemu?

Odpowiedź: nie wyrażam zgody

Pakiet 20

Czy Zamawiający dopuści inny sposób konfekcjonowania z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: dopuszczam

Pakiet 20, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści basen o wymiarach 365x270 x85 mm?

Odpowiedź: nie dopuszczam



Pakiet 20, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści miskę w rozmiarze 315x255x110mm, 4l ?

Odpowiedź: nie dopuszczam

Pakiet 20, Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kaczkę o wymiarach 245x105x125mm?

Odpowiedź: nie dopuszczam

