



Znak: AE/ZP-27-54/23

Tarnów, 2023-08-22

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 215.000 EURO) na dostawę bilirubinometra 1 szt.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. Czy Zamawiający uzna za równoważne i spełni wymagania Zamawiającego bilirubinometr o poniższych parametrach?

Lp	Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji”	Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać
	Wymagania ogólne	TAK	
1	Bilirubinometr, gotowy do pracy, fabrycznie nowy, rok produkcji 2023	TAK	
2	Przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz.974 z póź. zmianami). Niezbędne dokumenty dopuszczające Wykonawca przedłożyć Zamawiającemu na każde żądanie.	TAK	
3	Nieinwazyjny miernik bilirubiny dla noworodków i wcześniaków.	TAK	
3	Miernik służy do pomiaru zażółcenia tkanki podskórnej noworodków. Urządzenie podaje wynik w formie cyfrowej wartości, która jest bezpośrednio skorelowana z serum bilirubiną	TAK	
4	Parametry		
5	Urządzenie przeznaczone do stosowania przed, w trakcie i po zakończeniu fototerapii.	TAK	
6	Pojemność akumulatora pozwalająca na wykonanie przynajmniej 250 pojedynczych pomiarów po pełnym naładowaniu.	TAK	
7	Średni błąd pomiarowy maks. +/- 1,5 mg/dl (+/- 25,5 μmol/L) dla pacjentów >35 tygodnia wieku ciążowego.	TAK	
8	Średni błąd pomiarowy maks. +/- 1,6 mg/dl (+/- 27,4 μmol/L) dla pacjentów 24-35 tygodnia wieku ciążowego.	TAK	
9	Średni błąd pomiarowy po fototerapii nie większy niż ± 2,3 mg/dL lub ± 39,00 μmol/L.	TAK	
10	Zakres pomiarowy min. 0,0 - 20,0 mg/dL (0 do 340 μmol/L).	TAK	
11	Waga z akumulatorem < 225 g. Podać wagę.	TAK	

12	Urządzenie wyposażone w lampę ksenonową zapewniającą min. 150 000 pomiarów.	TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie	
13	Pamięć min. 100 pomiarów.	TAK	
14	Możliwość transmisji danych przez złącze USB protokołów HL-7 i CSV.	TAK	
15	Wyposażenie		
16	Urządzenie wyposażone w stację dokującą.	TAK/NIE Punktacja: Zaoferowane urządzenie nie posiada stacji dokującej - 0 pkt Zaoferowane urządzenie posiada stację dokującą - 10 pkt	
17	Urządzenie wyposażone w port komunikacji USB.	TAK	
18	Urządzenie wyposażone w ekran dotykowy o rozdzielczości ekranu 1024x768	TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie	
19	Urządzenie wyposażone w skaner kodów kreskowych – na potrzeby rejestracji pomiarów pacjentów w historii urządzenia.	TAK	
20	Zasilacz 220V.	TAK	
21	Niezbędne akcesoria do wykonania min. 1000 pomiarów łącznie z kalibracją lub testowaniem prawidłowości kalibracji.	TAK	
22	Instrukcja obsługi w języku polskim 1 egz. (przy dostawie).	TAK	
23	Film instruktorzowy w języku polskim na płycie CD (przy dostawie).	TAK	
24	Oprogramowanie do automatycznego zapisu pomiarów w komputerze PC.	TAK	
25	Szkolenie użytkowników.	TAK	



26	Gwarancja min. 24 miesiące.	TAK	
	Pozostałe wymagania		
27	Dostarczony bilirubinometr ma być kompletny i pracować zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów.		
28	Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty.		
29	Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej dostarczona wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.		
30	Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia lub w terminie poprzedzającym protokolarny odbiór uruchomionego przedmiotu zamówienia wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.		
31	Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i terminie określonym w Kodeksie Cywilnym	TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie	
32	Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych		
33	W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy		

- Dotyczy pkt. 24.15 SWZ - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do: b) 0,5%?
- Dotyczy pkt. 24.16 SWZ - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie maksymalnej łącznej wysokości kar umownych do 10%?
Uzasadnienie: obecnie ustalone kary umowne są nadmiernie wysokie, nieproporcjonalne do wartości zamówienia, odbiegające od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Obniżenie wysokości kar umownych do proponowanego poziomu umożliwi zachowanie zasady równości stron umowy.
- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy bilirubinometru, za pomocą którego uzyskujemy precyzyjne wyniki pomiarowe już po pierwszym pomiarze. Z miejscem pomiaru na małżowinie usznej, z następującymi parametrami technicznymi:
Ad 6, 7 Sprawdzenie poprawności kalibracji przy użyciu dołączonych końcówek kalibracyjnych w zestawie.
Ad 9 Minimum 100 pomiarów na jednym ładowaniu akumulatora lub zestawie baterii
Ad 11 Zakres pomiarowy 0-20 mg/dl
Ad 14 Pamięć 40 ostatnich pomiarów
Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
- Czy Zamawiający wymaga urządzenia zapewniającego wiarygodny wynik pomiarowy już po pierwszym pomiarze – brak konieczności wykonywania kilku pomiarów?
- Czy Zamawiający dopuści urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nie powystawowe, z rokiem produkcji 2021? Pełna gwarancja. Takie rozwiązanie wpłynie na zaoferowanie niższej ceny oferty.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następujących odpowiedzi:

Ad 1.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad 2.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.15 SWZ.

Ad 3.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.16 SWZ.

Ad 4.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad 5.

Zamawiający informuje, iż nie wymaga urządzenia zapewniającego wiarygodny wynik pomiarowy już po pierwszym pomiarze. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad 6.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Otrzymują:

Platforma Zamawiającego

a/a


DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie
Marek Kuta

