



## SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Łódź, 01.11.2023 r.

e-mail: [marta.kieras@barlicki.pl](mailto:marta.kieras@barlicki.pl)

Tel. 42 677-68-24

Znak sprawy: 88/PN/ZP/U/2023

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługa przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami”**

Szanowni Państwo!

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z zm.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi na **następujące** pytania oraz na podstawie art. 137 ustawy zmienia zapisy dotyczące SWZ:

1. Zamawiający ustala nowy termin składania ofert – do dnia **13.11.2023 r. godz. 09.00.**
2. Zamawiający ustala nowy termin otwarcia ofert – w dniu **13.11.2023 r. o godz. 10.00.**
3. Zamawiający ustala nowy termin wpłaty wadium – do dnia **13.11.2023 r. o godz. 09.00.**
4. Termin związania ofertą – **do dnia 10.02.2024 r.**

### Pytanie 1

PAKIET NR 170. W pakiecie nr 170

(Analizator tlenu azotu CLD88sp) jest podany błędny producent. W imieniu firmy DiagNova Technologies Sp. z o.o. informuję, że nie jesteśmy producentem tego sprzętu.

**Odpowiedź: Nastąpiła omyłka pisarska. Producentem aparatu jest Eco Medis AG/eco Physis AG.**

### Pytanie 2

Dotyczy pakietu nr 11 i pakietu nr 16

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi dnia 24.10.2023 r. uprzejmie prosimy o doprecyzowanie udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 18 :

Prosimy o doprecyzowanie i wyszczególnienie wszystkich elementów, materiałów eksploatacyjnych oraz części zużywalnych jakie mają być wliczone w koszt serwisu. Czy Zamawiający ma na myśli również elementy np.: kable, czujniki ?

**Odpowiedź: TAK. Wszystkie części zużywalne/wymienne, które są osprzętem wielorazowym. W koszt serwisu, powinny wchodzić również wszelkiego rodzaju usterki wraz z wymianą części. Wyjaśnienie § 1 pkt. 3 i. umowy.**

### Pytanie 3

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi dnia 24.10.2023 r. uprzejmie prosimy o doprecyzowanie udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 19 :

Proszę o informacje jakie materiały eksploatacyjne oraz części zużywalne przewiduje Zamawiający do wymiany? Z zasięgniętej wiedzy wiemy, że do wymienionych defibrylatorów w załączniku nr 2 do SWZ pakiet nr 16; posiadane przez Zamawiającego elektrody mają ważność do 2025 roku oraz baterie do defibrylatorów ważne do 2026 roku.

**Odpowiedź: Wszystkie części zużywalne/wymienne, które są osprzętem wielorazowym. W koszt serwisu, powinny wchodzić również wszelkiego rodzaju usterki wraz z wymianą części. Wyjaśnienie § 1 pkt. 3 i. umowy.**

**Jednorazowe elementy nie wchodzi w skład przetargu.**

**Pytanie 4**

Zadania nr20


1. Czy zamawiający odstąpi od poniższego wymogu "Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

\* czynności w zakresie przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami."

Dopuszcza osobę posiadającą wszelkie kwalifikacje, szkolenia potwierdzone certyfikatami.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Z poważaniem

p.o. Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
i Zaopatrzenia Medycznego  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1  
im. N. Barlickiego w Łodzi  
  
mgr Anna Pietrzyk