



Szp-241/ZP-013A/775/2024


Wrocław, dnia 13.11.2024 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1320 t.j.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa części i akcesoriów do aparatury medycznej - powtórka”

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakiet nr 7

Prosimy o dopuszczenie wielorazowego mankietu do infuzji ciśnieniowych o pojemności 500 ml, posiadającego kieszeń, gruszkę i ciśnieniomierz. Zbudowany z grubych, wodoodpornych włókien poliestrowych. Tylna strona mankietu wzmocniona stałymi wewnętrznymi wkładkami. Zawiera przezroczyste okno pozwalające na wizualną obserwację poziomu płynu. Dokładność manometru ± 2 mmHg przy 300 mmHg. Konstrukcja odporna na prucie i rozerwanie. Pęcherz wykonany z TPU (termoplastyczny poliuretan). Poliestrowy uchwyt z pętlą do zawieszania. Pranie mankietu po odłączeniu gruszki, pęcherza i manometru w temperaturze do 30°C. Nie zawiera lateksu.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

REFERENT
ds. Zamówień Publicznych

Anna Henczel

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. M. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
Infolinia 45 95 95 454
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl
NIP 8951645574, REGON 000977893
www.wssk.wroc.pl

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr inż. Jacek Banaszak

