

## DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Łódź, 12.01.2021 r.

e-mail: ewa.twardowska@barlicki.pl

Tel. 42 677-68-24

Znak sprawy: 29/ZP/2020

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu endoskopowego”- Sprostowanie do wyjaśnień z dnia 11.01.2021r.**

**Szanowni Państwo!**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2, 4 ustawy z dn. 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.) informuje:

- 1. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert jest do 19.01.2021 r. do godz. 09:00.**
- 2. Zamawiający informuje, iż otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.01.2021 r. o godz. 10:00.**
- Zamawiający informuje, iż Oferent jest związany przez okres 60 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
- Niniejszym zawiadamiamy, że działając w oparciu o art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszczamy sprostowanie do wyjaśnień opublikowanych w dniu 11.01.2021 treści SIWZ w szczególności:
  - a. Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi do pytania nr 42 ( odpowiedź z dnia 11.01.2021 r. zostaje wykreślona ), która tym samym otrzymuje nowe brzmienie, które jest obowiązujące:**

**Pytanie 42**

**Dotyczy Pakiet 8, poz.6,7,8**

Ze względu na wycofanie z rynku z dniem 1.04.2020 narzędzi endoskopowych wielorazowego użytku zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zamiennika : narzędzia jednorazowego użytku : Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułkowanych polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, ostłonki, rurki ostłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; w opakowaniu 5 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędzi ? Jeżeli Zamawiający dopuści to rozwiązanie prosimy o ponowne określenie wymaganej ilości , narzędzie jest sprzedawane w min. opakowaniu zbiorczym po 5 szt.?

**Odpowiedź: Zmawiający dopuszcza. Ilości bez zmian ( z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem do pełnych opakowań )**

**W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zwraca się z prośbą, aby w przypadku dopuszczenia innych treści niż opisane w SIWZ, zaznaczyć gwiazdką (\*) przy danej pozycji w kolumnie b - „przedmiot zamówienia” oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „\* - poz. nr ... dokonano zmiany opisu zgodnie z udzielonymi odpowiedziami.”**

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr Agnieszka Świątłowska

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych  
GEORGINA SIĘCIOŹYŃ  
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1  
im. N. Barlickiego w Łodzi  
mgr Aneta Oleńczak