





Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach
im. św. Jana Pawła II

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51

(41) 260-42-00 Fax. (41) 260-42-05
NIP:657-18-13-314 REGON: 290391139



 zoz@zozmswiakielce.pl

 www.zozmswiakielce.pl

Kielce, dnia 5 czerwca 2024 r.

Znak postępowania: **04/PN/2024**

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II”.

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II działając na podstawie art. 135 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców w ramach wyżej wymienionego postępowania:

Pytanie 1:

Zadanie 7 - myjka parowa

Czy szkolenie pracowników w zakresie obsługi i konserwacji myjki oraz jej uruchomienie jest niezbędne? Myjka jest urządzeniem łatwym w obsłudze, do urządzenia jest dołączona instrukcja obsługi w j. polskim. Poza tym zapewniamy w razie wątpliwości zdalne wsparcie techniczne.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowane rozwiązanie.

Pytanie 2:

1. Czy kontakt telefoniczny w tym czasie rozumiany jest jako zareagowanie w ustalonym terminie? (dot. § 5 ust. 3)

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że za czas reakcji serwisu przyjmuje kontakt ze strony Wykonawcy (osobisty, mailowy lub telefoniczny) liczony od złożenia zgłoszenia przez Zamawiającego.

Pytanie 3. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 2:

2. Ustala się następujący sposób naliczania kar umownych:

1) w przypadku zwłoki:

- występującej w terminie oddania kompletnego przedmiotu umowy, określonym w § 4 ust. 5 umowy, zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,5% wartości **niezrealizowanej części przedmiotu** umowy brutto, za każdy dzień zwłoki,
- występującej w czasie reakcji serwisu, zgodnie z § 5 ust. 3 opisanym w załączniku nr 2 – formularzu asortymentowym w części serwisowo-gwarancyjnej, zostanie naliczona kara umowna w wysokości **50 zł** za każdą godzinę zwłoki,
- występującej w terminie naprawy, zgodnie z § 5 ust. 3 opisanym w załączniku nr 2 – formularzu

asortymentowym w części serwisowo-gwarancyjnej, zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,1 % wartości wadliwej części przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień zwłoki.

2) w przypadku braku wykonania zaleconych przez producenta urządzeń przeglądów, lub przeglądów o których mowa w § 1 ust. 4 lit. a) niniejszej umowy, zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,1 % wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

3) W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto określonej w § 2 ust. 1.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i nie modyfikuje treści istotnych postanowień umowy. Zapisy § 8 ust. 2 pozostają w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 8: Odgryzacz typ kerrison kąt 130 stopni otwarcie w górę stopka standardowa szerokość szczęki 2mm otwarcie szczęki 10mm długość części pracującej 180mm rozkładalny z wypychaczem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza sprzęt jak we wniosku, nie wymaga

Pytanie 5. Pakiet nr 4. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 10: Odgryzacz typ kerrison kąt 130 stopni otwarcie w górę stopka standardowa szerokość szczęki 4mm otwarcie szczęki 10mm długość części pracującej 180mm rozkładalny z wypychaczem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza sprzętu jak w powyższym wniosku.

Uzasadnienie: Parametr niewystarczający wg użytkownika

Pytanie 6. Pakiet nr 4. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 10: Odgryzacz typ kerrison kąt 130 stopni otwarcie w górę stopka standardowa szerokość szczęki 4mm otwarcie szczęki 15mm długość części pracującej 180mm rozkładalny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza sprzętu jak w powyższym wniosku.


Uzasadnienie: Oferowany odgryzacz bez wypychacza

Pytanie 7. Pakiet nr 4. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 11: Odgryzacz typ kerrison kąt 130 stopni otwarcie w górę stopka standardowa szerokość szczęki 5mm otwarcie szczęki 10mm długość części pracującej 200mm rozkładalny z wypychaczem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza sprzętu jak w powyższym wniosku.

Uzasadnienie: Parametr niewystarczający wg użytkownika.

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner of the page.

Pytanie 8. Pakiet nr 4. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 11: Odgryzacz typ kerrison kąt 130 stopni otwarcie w górę stopka standardowa szerokość szczęki 5mm otwarcie szczęki 15mm długość części pracującej 180mm rozkładalny?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie dopuszcza** sprzętu jak w powyższym wniosku.

Uzasadnienie: Oferowany odgryzacz bez wypychacza, długość poza dopuszczalną tolerancją.

Pytanie 9. Pakiet nr 4. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 16: Kaniula ssąca typ fergusson średnica 3mm długość części pracującej 110mm długość całkowita 230mm?


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza , nie wymaga

Pytanie 10. Pakiet nr 4. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 17: Kaniula ssąca typ fergusson średnica 2,5mm długość części pracującej 110mm długość całkowita 230mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza , nie wymaga



~~OSOBA DYREKTORA
ds. administracyjno - gospodarczych
SP ZOZ MSyMA w Kielcach
im. św. Jana Pawła II
Szymon Mazurkiewicz~~

