



Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Gryficach  
ul. Niechorska 27  
72 - 300 Gryfice

Nasz znak  
SPZZOZ/67/1/20

Data  
Gryfice 2020-12-14

Sprawa dotyczy:

*Przetarg nieograniczony 67/20 na: „Dostawę zestawów narzędziowych na potrzeby bloku operacyjnego dla SPZZOZ w Gryficach - powtórzenie”*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przytacza pytania i udziela odpowiedzi:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

**Zestaw do trepanopunkcji – 1 komplet**

Lp.1 Prosimy o dopuszczenie pincety o dł. 150 mm.

Lp.8 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 260 mm.

Lp.15 Prosimy o dopuszczenie prosektora Olivecrona wzór lekki, o dł. 195 mm, kształt taki sam jak wymagany.

Lp.16 Prosimy o dopuszczenie raspatora Freer-Scheer o dł. 190 mm, szer. 3,5/35 mm.

Lp.18 Prosimy o dopuszczenie kaniuli Ftazier o śr. 2,5 mm i dł. 100 mm, lub kaniuli Frazier o śr. 2 mm i dł. 100 mm.

Lp.20 Prosimy o dopuszczenie perforowanego kosza o wym. 250x259x84mm lub kosza stalowego drucianego wykonanego ze stali nierdzewnej o wym. 240x255x50 lub 240x255x100 mm.

**ODP. Zgodnie z SIWZ.**

Prosimy o odstąpienie wymogu dostarczenia próbki w Lp.4 z uwagi na fakt, że nie wszystkie narzędzia znajdują się w magazynie w Polsce, a czas potrzebny na wyprodukowanie oraz sprowadzenie niniejszego narzędzia



od producenta z Niemiec jest bardzo długi. Szczególnie, że termin składania dokumentacji ofertowej wyznaczony jest na 18.12.2020. Odstąpienie od powyższego umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji.

**ODP. Zgodnie z SIWZ.**

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 42 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny, a także sytuacją epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID 19 oraz wejściem w życie nowej Dyrektywy Unii Europejskiej MDR 745/2017 (Medical Device Regulation). Wymogi tej nowej dyrektywy powodują znaczne obostrzenia w procesach projektowania, wytwarzania, certyfikacji i dystrybucji instrumentów medycznych co nie pozostaje bez ogromnego wpływu na terminy dostaw wyrobów medycznych w całej Unii Europejskiej.

**ODP. Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ nie może tak długo oczekiwać na dostawę.**

Z poważaniem

DYREKTOR  
SPZZOZ w Gryficach  
*Piotr Soltyński*

