

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego



Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań

tel. 61-846-47-70,

www.szpitalmswia.poznan.pl

zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl

ZP/p/46/2020

Poznań, dnia 2.02.2021 roku

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „dostawa jednorazowych wyrobów medycznych”. Nr postępowania: Zp/p/46/2020.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Nr 1 - 25

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Zestaw zapytań nr 1

Pytanie 1

Pakiet 13

Pozycja 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej osłony na kamerę o wymiarze 18 cm x 244cm. Zaopatrzona w tekturę ułatwiającą zakładanie. Końcówka samouszczelniająca się, bezlateksowa, zaopatrzona w nierozmakającą taśmę mocującą o wymiarach 2cmx20cm

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Pakiet 13

Pozycja 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie 3 osłon:

1. Osłona na ramię C w rozmiarze 104cm x 230cm, posiadające dwie taśmy lepne.
2. Sterylny worek o średnicy 80cm x 1 szt. – góra.
3. Sterylny worek o średnicy 80cm x 1 szt. – dół.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Zestaw zapytań nr 2

Pytanie 1

Pakiet 14

Prosimy o dopuszczenie łyżek mikrobiologicznie czystych o następujących wymiarach:

	Długość całkowita (mm)
MIL00	68
MIL0	80
MIL1	102
MIL2	153
MIL3	195
MIL4	205
MAC0	80
MAC1	95
MAC2	105
MAC3	135
MAC4	155
MAC5	175

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę jeżeli pozostałe parametry wg SIWZ.

Zestaw zapytań nr 3**Pytanie 1**

Czy Zamawiający wydzieli do osobnej części produkt z Części 7 pozycja 5 i dopuści: Gaziki nasączone alkoholem - gaziki wykonane z miękkiego, nie powodującego podrażnień materiału nasączonego alkoholem izopropylowym; gaziki pakowane pojedynczo, w opakowaniu zbiorczym 100szt. Wyrób medyczny kl. I ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zestaw zapytań nr 4**Pytanie 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części nr 16 w pozycjach od 1 do 4, protez naczyniowych rozwidlonych o długościach 45 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części nr 16 w poz. 5 protez naczyniowych prostych w rozmiarach:

- 6 mm o długościach 15 cm, 30 cm, 40 cm i 60 cm
- 8 mm o długościach 15 cm, 30 cm i 60 cm
- 10mm o długościach 15 cm, 30 cm i 60 cm
- 16 mm o długościach 15 cm, 30 cm, 60 cm
- 20 mm o długościach 12,5 cm, 25 cm i 50 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Udzielenie pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie umożliwi nam wzięcie udziału w w/w postępowaniu i zaoferowanie Zamawiającemu sprzętu najnowszej generacji i o najwyższej jakości z powodzeniem stosowanego w wielu wiodących ośrodkach na terenie Europy.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Zestaw zapytań nr 5**Pytanie 1**

Zadanie 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Spodenki do kolonoskopii jednorazowego użytku, wykonane z włókniny polipropylenowej min 25g/m²

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Zadanie 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kolor zielony?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Zadanie 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kolor zielony?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4

Zadanie 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min. 20g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Zadanie 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6

Zadanie 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min. 25g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Zestaw zapytań nr 6

Pytanie 1

ZADANIE 1, POZ. 1

Czy Zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

ZADANIE 1, POZ. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie fartucha z fliseliny w kolorze niebieskim?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 1

dotyczy Część 9 poz.3, 4, 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w tych pozycjach tj. dla rękawic chirurgicznych, jałowych, poziomu szczelności AQL0,65, jest to lepszy poziom niż wymagany przez Zamawiającego, pozostałe parametry zgodne?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe parametry wg SIWZ.

Pytanie 2

dotyczy Część 9 poz.9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy w tej pozycji chodzi o 100 opakowań dla rękawic diagnostycznych czy 100 par, pozostałe parametry zgodne?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiającemu chodzi o liczbę opakowań.

Pytanie 3

dotyczy Część 9 poz.9

W związku z niedostępnością produktu opisanego w Części 9 pozycja 9 zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawicy nitylowej, op. a' 100 szt. niesterylnej, bezpudrowej obustronnie polimeryzowanej, posiadającej widoczną teksturę na końcach palców, mocne tj. nieulegające rozerwaniu podczas ich zakładania, siła zrywu przed starzeniem min.10 N , AQL ≤1,0 ,grubość na palcu 0,14mm (ścianka pojedyncza), długość rękawicy min. 300mm, kształt uniwersalny, pasujący na lewą i prawą dłoń, spełniające normy obowiązujące na terenie RP i UE, podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w KAT III, w rozmiarach S, M, L,XL?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe parametry wg SIWZ.

Pytanie 4

Pytania do wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § 2 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 13 o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania *każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.*” **UZASADNIENIE:** Pandemia COVID-19 - w zrozumiałym sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotyczące szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych. W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przewyżyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych."

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

Wnosimy o modyfikację § 3 ust. 4 lit. b) projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „*zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.*” **UZASADNIENIE:** Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i

woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 dokonuje modyfikacji § 3 ust. 4 lit. b) Załącznika nr 5 do SIWZ – Wzór umowy nadając mu następujące brzmienie:

b) ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług, według obowiązujących przepisów prawa podatkowego przedmiotu zamówienia, zmiana następuje po podpisaniu stosownego aneksu do umowy **ze skutkiem od daty wejścia przepisu w życie**, z tym że kwota netto wynagrodzenia należna Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu, a ewentualna zmiana umowy będzie dotyczyła stawki podatku i kwoty brutto tego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że projekt aneksu przygotowuje Wykonawca;

Pytanie 6

Wnosimy o modyfikację § 3 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 8 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” **UZASADNIENIE:** Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że nie wyłącza to możliwości zwrócenia się Wykonawcy do Zamawiającego zgodnie z art. 15r. ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz 374 ze zm.).

Pytanie 7

Wnosimy o wykreślenie § 4 ust. 5 projektu umowy. **UZASADNIENIE:** Kwestia cesji wierzytelności względem samodzielnego powszechnego zakładu opieki zdrowotnej została już uregulowana treścią powszechnie obowiązującego prawa, tj. w treści art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, ze zm.), w brzmieniu: „Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8

Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 1 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nim kar umownych do wysokości:

- a. 5% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy w lit. a), b), d), e) i f);
- b. 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w lit. b).

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 oraz art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm., dalej jako: „ustawa PZP”) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9

Wnosimy o wykreślenie § 6 ust. 4 projektu umowy. **UZASADNIENIE:** Podkreślamy, iż zgodnie z treścią art. 15r1 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych „*W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.*” Mając na uwadze powyższe niniejsze postanowienie umowy należy traktować jako nieważne.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 dokonuje modyfikacji § 6 ust. 4 Załącznika nr 5 do SIWZ – Wzór umowy nadając mu następujące brzmienie:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury VAT z **zastrzeżeniem art. 15r¹ ust. 1. i ust. 2. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz 374 ze zm.)**.”

Pytanie 10

Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 1 lit. c) projektu umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych. **UZASADNIENIE** Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 3531 KC, a także zasady prawa cywilnego, wynikające z art. 5 KC, zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. **KIO 487/14** podobnie **KIO 897/15** oraz SO w Lublinie w Wyroku z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. **II Ca 450/14**).

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 11

Wnosimy o modyfikację § 10 ust. 3 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści *in fine*: „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 12

Pytanie ogólne

Wnosimy o zwolnienie Wykonawców z wnoszenia wadium w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z treścią art. 15va ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374, ze zm.). **UZASADNIENIE:** Zgodnie z treścią uzasadnienia do Rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Druk 382): „*Bezpośrednim skutkiem pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych mogą być trudności w ponoszeniu przez nich kosztów związanych z uzyskaniem zamówień publicznych, takich jak koszt wniesienia wadium czy też zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dlatego też w art. 58 pkt 15 projektu ustawy proponuje się zniesienie obowiązku żądania wniesienia wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, a więc w postępowaniach o najwyższych wartościach. Spowoduje to obniżenie kosztów udziału w postępowaniu, a przez to zwiększenie dostępności rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19. Przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia,*

zamawiający powinien dokonać oceny zasadności żądania wniesienia wadium z uwzględnieniem specyfiki danego zamówienia, w tym kręgu potencjalnych wykonawców (np. czy istnieje ryzyko wystąpienia zmowy wykonawców lub udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy)."

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Zestaw zapytań nr 8

Pytanie 1

Pakiet 15 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 15 pozycji 1 do oddzielnego pakietu. Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert.

Odpowiedź Zamawiającego

W związku z zadanymi pytaniami Zamawiający dokonał zmiany treści części nr 15.

Pytanie 2

Pakiet 15 poz. 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 15 pozycji 7 płynu ACD – A o pojemności 2l ?

Odpowiedź Zamawiającego

W związku z zadanymi pytaniami Zamawiający dokonał zmiany treści części nr 15.

Zestaw zapytań nr 9

Pytanie 1

Część nr 3, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści igły do penów w rozmiarze 0,33x12mm, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 2

Część nr 3, pozycja nr 7

Czy zamawiający dopuści system pięciu kraników z białą obudową, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 3

Część nr 3, pozycja nr 8

Czy zamawiający dopuści system trzech kraników z białą obudową, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4

Część nr 3, pozycja nr 9

Czy zamawiający dopuści przewód do cystoskopu lub resektoskopu z końcówką drenu wykonaną z PCV, o średnicy drenu 4,8 x 6,8 mm pakowany wyłącznie zewnętrznie w opakowanie papierowo-foliowe, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5**Część nr 3, pozycja nr 10**

Czy zamawiający dopuści zastawkę do dostępu bezigłowego z możliwością 100 aktywacji oraz prędkości przepływu 140ml/min, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6**Część nr 7, pozycja nr 6 i 7**

Czy zamawiający wydzieli pozycje nr 6 i 7 i utworzy z nich osobną część, tak żeby można było złożyć ofertę tylko na wyroby do higieny jamy ustnej?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7**Część nr 7, pozycja nr 6 i 7**

Czy zamawiający wymaga, aby zestaw do toalety jamy ustnej był zaklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II a?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wymaga aby zestaw toalety jamy ustnej był zaklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II a.

Pytanie 8**Część nr 10, pozycja nr 4**

Czy zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji z maską wykonaną z PCV, z nebulizatorem o pojemności 6 ml skalowanym co 1-2 ml, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9**Część nr 10, pozycja nr 5**

Czy zamawiający dopuści nebulizator do podawania tlenu z możliwością użytkowania tylko w pozycji siedzącej i półleżącej, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10**Część nr 14, pozycja nr 1**

Czy zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu mikrobiologicznie czyste o wymiarach dla rozmiaru 3 : 135/107/12/16/47 mm i dla rozmiaru 4: 155/127/12/16/54 mm, ze stopką mocującą wykonaną z tworzywa sztucznego w zielonym kolorze o wymiarach stopki: 20/24/13mm, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe parametry wg SIWZ.

Zestaw zapytań nr 10**Pytanie 1**

Część 1, poz. 1

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m²?
Czy zamawiający dopuści gramaturę 35 g/m²?
Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony mankietem?
Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt.?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na gramaturę 20 g/m². Zamawiający wyraża zgodę na gramaturę min. 25 g/m², rękaw zakończony mankietem, kolor niebieski oraz wycenę za opakowanie 10 szt., pozostałe parametry wg SIWZ.

Pytanie 2

Część 1, poz. 2

Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/? m², wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Część 1, poz. 3

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 25 g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4

Część 22, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Zestaw zapytań nr 11

Pytanie 1

Pytanie dot. pakietu nr 16

Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści do zaoferowania protez rozwidlonych o długości 50 cm? Średnice i parametry zgodne z SIWZ.

Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści do zaoferowania protez prostych o długościach : 20 /40/ 70 cm? ? Średnice i parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 2

Pytania dot. Pakietu nr 17

Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści do zaoferowania łąty naczyniowej o podanej charakterystyce:

Łąty naczyniowe dziane, poliestrowe, uszczelniane kolaganem zwierzęcym, z dodatkowym odwróconym splotem, **impregnowane solami srebra (lub nie- do wyboru przez Zamawiającego)** ; przepuszczalność ≤5ml/cm²/min;

grubość ściany 0,41 mm o długościach:

14mm x 75mm; 10 mm x 150 mm; 25mm x 100 mm

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 3

Pytania dot. Pakietu nr 17

Czy w razie odp negatywnych Zamawiający dopuści do złożenia oferty na same protezy naczyniowe zawarte w pakiecie nr 17?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pakietu.

Zestaw zapytań nr 12

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu nr 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie maski z trokami typu IIR zgodnie z normą 14683:2019+AC?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu nr 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie maski z gumkami typu IIR zgodnie z normą 14683:2019+AC?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na typ IIR, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Zestaw zapytań nr 13

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu nr 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie maski z trokami typu IIR zgodnie z normą 14683:2019+AC?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający udzielił odpowiedzi – zestaw pytań nr 12 pytanie 1

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu nr 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie maski z gumkami typu IIR zgodnie z normą 14683:2019+AC?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający udzielił odpowiedzi – zestaw pytań nr 12 pytanie 2

Zestaw zapytań nr 14

Pytanie 1

Dotyczy część 14

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaferowania jednorazowych łyżek światłowych, najwyższej jakości, wiodącego producenta, dających duże lepsze światło dzięki m.in. w pełni osłoniętemu światłowodowi (na całej długości) – brak strat transmitowanego światła oraz pozostałych parametrach charakterystycznych: standard zielonego zamka, zgodna z ISO-7376, w pełni metalowa (cynk, aluminium, magnez, miedź) o matowym wykończeniu, redukującym powstawanie świetlnych refleksów, niski profil łyżki tożsamy z profilem łyżki wielorazowej,, łyżki mocowane do rękojeści za pomocą łożysk kulkowych, włókna światłowodu osadzone w rdzeniu z elastycznego tworzywa sztucznego, następnie pokryte czarnym płaszczem z PCV i osłonięte dodatkowo tworzywem (PP). Średnica światłowodu 4,7mm. Konstrukcja światłowodu zapewnia doskonałą transmisję skupionego światła. Konstrukcja łyżki zapobiega stykaniu łyżki z uchwytem. Rozmiar wyraźnie kodowany kolorem na opakowaniu jednostkowym. Rozmiar Macintosh 1,2,3,4,5 rozmiar: Miller 00,0,1,2,3,4. Wszelkie wymiary łyżek zgodne z ISO. Wszystkie rozmiary pochodzą

od jednego producenta. Etykieta i instrukcja użycia (/graficzna) w j.polskim. Na łyżce widoczne typ, rozmiar łyżki, znak CE, symbol nie do powtórnego użycia, nazwa handlowa oraz nazwa producenta. Na opakowaniu jednostkowym widoczne są m.in.: Typ, rozmiar łyżki, znak CE, numer LOT, REF, termin ważności, kodowanie kolorystyczne rozmiaru. Podwójne opakowanie jednostkowe (łyżka umieszczona w kieszonce z folii bąbelkowej, całość zapakowana w jednostkowe opakowanie foliowe z polietylenu)

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Zestaw zapytań nr 15

Pytanie 1

dotyczy pakietu 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 10 poz. 2,4-8 do osobnego zadania i umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie Oferentów?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

dotyczy pakietu 10 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski tlenowej w zestawie do nebulizacji dla dorosłych, w uniwersalnym rozmiarze zapewniający szczelne dopasowanie do twarzy małej i dużej dorosłego?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

dotyczy pakietu 10 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nebulizatora o pojemności 10ml, skalowany co 2ml, MMD 3,3 mikrona, łącznika T z drenem o przekroju gwiazdki niezałamujący się podczas jego zagięcia, mikrobiologicznie czysty przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4

dotyczy pakietu 10 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do nebulizacji z maską twarzową , z nebulizatorem o pojemności 10ml, drenem o długości 210cm przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5

dotyczy pakietu 10 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 poz. 7 zestawu maski tlenowej z drenem dla dorosłych, maska o sztywnym, lekkim korpusie z elastomerowym mankietem bezciśnieniowym, szczelnie dopasowująca się do twarzy dorosłego, pozbawiona elementów metalowych przyjazna środowisku MRI?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6

PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU UMOWY

dotyczy §5 ust. 1 c)

Zwracamy się z prośbą o modyfikację w/w ustępu w sposób następujący:

„za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto należnego za niedostarczoną część zamówienia, za każdy dzień opóźnienia”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Zestaw zapytań nr 16

Pytanie 1

Dot. treści SIWZ: czy Zamawiający dopuszcza złożenie katalogów w wersji elektronicznej poprzez Platformę zakupową, tak jak innych dokumentów składanych w etapie II? Zgodnie z pkt VII 13 d) SIWZ katalogi można złożyć w formie papierowej lub na czytelnie opisanej płycie CD.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Część 20: czy Zamawiający wymaga próbek po 3 sztuki czy po 3 opakowania oferowanego asortymentu?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga po 3 opakowania próbek.

Pytanie 3

Część 20 poz. 1: czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia próbek do tej pozycji? Czy w razie negatywnej odpowiedzi Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie 1 opakowania (a'10 szt.) próbek tej pozycji?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie odstąpi od wymogu przedstawienia próbek do tej pozycji. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie 1 op. (a'10 szt.) próbek tej pozycji.

Pytanie 4

Część 22 poz. 1: czy Zamawiający wymaga maski:

- wykonana z trzech warstw włókniny polipropylenowej (warstwa zewnętrzna niebieska - $17 \pm 2 \text{ g/m}^2$, warstwa filtracyjna biała - $25 \pm 2 \text{ g/m}^2$, warstwa wewnętrzna biała - $17 \pm 2 \text{ g/m}^2$)
- wymiar 17,5 cm x 9,5 cm,
- posiada elastyczne/rozciągliwe tasiemki o szerokości 1,5 cm do mocowania na uszy (zapewniają komfort przy długim użytkowaniu),
- w części centralnej posiadają zakładki umożliwiające dopasowanie do kształtu twarzy,
- zgodne z normą PN-EN 14683:2019,
- wewnętrzna warstwa filtracyjna zapewnia skuteczność filtracji bakteryjnej BFE $\geq 98\%$,
- maska typu II,
- pakowanie po 50 szt. w kartonie,
- parametr ciśnienia różnicowego na poziomie $25 \pm 5 \text{ Pa/cm}^2$. Wpływa to na komfort oddychania przez maseczkę. Im ciśnienie wyższe tym trudniej się oddycha.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga parametrów zgodnych z SIWZ.

Pytanie 5

Część 22 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek medycznych z ciśnieniem różnicowym $25 \text{ Pa/cm}^2 \pm 5 \text{ Pa/cm}^2$ i czystością mikrobiologiczną na poziomie maksimum 30 Cfu/g zgodnie z normą PN-EN ISO 11737-1? Szczególnie ważne jest ciśnienie różnicowe, które na poziomie 25 Pa/cm^2 daje gwarancję swobody w oddychaniu, co pozwala na zachowanie pełnego komfortu pracy przy zachowaniu

maksymalnego bezpieczeństwa użytkownika.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga parametrów zgodnych z SIWZ.

Pytanie 6

Część 22 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga dostarczenia na wezwanie raportu z badań z niezależnego laboratorium potwierdzającego deklarowany poziom filtracji bakteryjnej?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga parametrów zgodnych z SIWZ.

Pytanie 7

Pytania dot. umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby data ważności i numer serii były naniesione na dokument WZ?

Data ważności i numer serii nie muszą być zamieszczane na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania daty ważności i numeru serii na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie numeru umowy bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione. Bezwzględne wymaganie zamieszczenia daty ważności i numeru serii na fakturze wymusi więc na tych wykonawcach zorganizowanie dla Zamawiającego specjalnej obsługi, co będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami, które wpłyną na kalkulację i wysokość ceny oferowanej w przetargu. Brak modyfikacji tego wymogu może zatem doprowadzić do zaferowania w przetargu wyższych cen

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę aby data ważności i numer serii były naniesione na dokument WZ.

Pytanie 8

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 pkt a) wzoru umowy wyrażenie „10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za niewykonanie umowy była naliczana od wartości niewykonanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

MC

Pytanie 10

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 pkt b) wzoru umowy wyrażenie „10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości zamówienia, którego nienależyte wykonanie dotyczy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za nienależyte umowy była naliczana od wartości nienależycie wykonanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości nienależycie wykonanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość nienależycie wykonanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 11

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 pkt c) wzoru umowy słowo „opóźnienie”, „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłokę”, „zwłoki”?

Uzasadnione jest, aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione naruszenie terminu. Nie ma uzasadnienia rozszerzania odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, "kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonaniu umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy." Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 353¹ k.c.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 12

Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej w § 6 ust. 1 pkt e) oraz f) wzoru umowy do 10% lub inne złagodzenie kary umownej?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 13

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 pkt f) wzoru umowy wyrażenie „10% kwoty określonej w § 1 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 14

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Zestaw zapytań nr 17

Pytanie 1

Pakiet 5 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowego staplera liniowego bez noża w rozmiarze 60mm, załadowanego ładunkiem o wysokości otwartej zszywki 3,8mm lub 4,5mm, zamykający na 1,5 lub 2mm (do wyboru przez zamawiającego podczas składania zamówienia), posiada 2 dźwignie – pozycjonującą bransze staplera oraz aktywującą ładunek, ręczny lub automatyczny ogranicznik tkanki, szeroką pozycję pośrednią 20mm. Tytanowe zszywki.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Pakiet 5 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowego staplera liniowego bez noża w rozmiarze 90mm, załadowanego ładunkiem o wysokości otwartej zszywki 3,8mm lub 4,5mm, zamykający na 1,5 lub 2mm (do wyboru przez zamawiającego podczas składania zamówienia), posiada 2 dźwignie – pozycjonującą bransze staplera oraz aktywującą ładunek, ręczny lub automatyczny ogranicznik tkanki, szeroką pozycję pośrednią 20mm. Tytanowe zszywki.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Pakiet 5 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowego, zakrzywionego staplera okrężnego z regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie (1,0 – 2,0 mm), średnica główki staplera 21, 25, 28, 32 mm. Stapler posiadający jedną dźwignię, umożliwiającą jednoręczną obsługę. Stapler 25 mm dodatkowo w wersji przelkowej z główką w formie pełnego (prostego) stożka z otworem do zabezpieczenia szwem. Wysokość zszywki otwartej : 4,2mm dla staplera 21mm oraz 5mm dla staplerów 25, 28,32

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4

Pakiet 5 poz. 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie staplera zamykająco-tnącego jednorazowego użytku załadowanego ładunkiem o długości 80mm o wysokości zszywek 3,8 lub 4,5mm przed zamknięciem i 1,5 lub 2mm po zamknięciu, do wyboru przez zamawiającego podczas składania zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Zestaw zapytań nr 18

MC

**Pytanie 1
do pakietu 16**

Ze względu na możliwość zaoferowania wysokiej jakości protez naczyniowych, zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie produktów konkurencyjnych o poniższych parametrach:

Pozycja 1

- proteza rozwidlona
- dziana
- impregnowana kolagenem typu I
- odporność na przeciekanie maximum 10 ml/cm²/min @ 120 mm Hg
- unikatowa, wzmocniona ściana
- świetna możliwość szycia

Dostępne wymiary dla długości 40 cm:

- 14 X 7 mm
- 16 X 8 mm
- 18 X 9 mm
- 20 X 10 mm

Pozycja 2

Warunki SIWZ spełnione.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Pytanie 2
do pakietu 19**

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie biologicznej łąty osierdziejowej o następujących parametrach:

- dostępne rozmiary : 0,8 mm X 80 mm, 60 mm X 80 mm, 80 mm X 140 mm
- wykonana z osierdzia bydlęcego
- wzmocniona linia szwu
- wymaga płukania przed implantacją
- przechowywana w roztworze soli oraz 0,2 % glutaraldehydu
- biokompatybilna
- łatwość szycia

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Zestaw zapytań nr 19

Pytanie 1

Cześć nr 9 poz. 1 – 2

Ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym pakiecie, które ogranicza konkurencyjność postępowania, prosimy o wydzielenie w/w pozycji, tym samym utworzenie dla niej osobnej części dla rękawic diagnostycznych (z jednoczesnym odstępniem od wymogu dostarczenia uchwytów, które stanowią zablokowanie udziału większości firm w przedmiotowym postępowaniu na zakup rękawic – naszej wiedzy wynika, iż takie uchwyty posiada tylko jeden wykonawca nie będący pośrednikiem handlowym, a co za tym idzie narazi to Zamawiającego na znacznie wyższe ceny zakupu rękawic) Ponadto, w związku z trwającym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem COVID-19 występuje zwiększone zapotrzebowanie na rękawiczki.

Państwa zgoda na podział zadania da możliwość przystąpienia większej ilości oferentów do postępowania przetargowego, tym samym zwiększając konkurencyjność postępowania, zapewniając lepsze wydatkowanie publicznych środków finansowych.

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga rękawic w kategorii I. Rękawice zgodnych z normami EN 15223-1, EN 1041, EN ISO 14971, EN ISO 13485, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN 374-1 /z wył. pkt. 5.3.2/, EN 374-2, EN 420, ASTM F 1671, ASTM D 6978. Rękawice podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej I.

Proponowane przez nas rękawice spełniają wszystkie wymogi norm europejskich dotyczące rękawic medycznych.

EN 455-1 – podaje metodologię badania rękawic medycznych na nieobecność dziur. Aby uznać rękawicę za wyrób medyczny, muszą spełniać Akceptowalny poziom Jakości AQL.

EN 455-2 – określa mediany długości i szerokości [mm] oraz mediany siły zrywu [N] dla rękawic chirurgicznych i diagnostycznych, wytworzonych z różnych surowców: lateksu, nitylu, elastomerów.

EN 455-3 – określa wymagania i badania w ocenie bezpieczeństwa biologicznego (m.in. poziomu protein lateksowych)

EN 455-4 – norma wskazuje wymagania i metodę badania rękawic medycznych jednorazowego użytku, w celu wyznaczenia okresu trwałości wyrobu zgodnie z Dyrektywą o Wyrobach Medycznych 93/42/EWG.

Spełnienie wszystkich czterech części normy EN 455 daje najwyższą gwarancję bezpieczeństwa.

Ponadto nasze rękawice są zgodne z normą amerykańską ASTM F 1671 Viral Penetration Test – która przedstawia sposób badania odporności materiałów na przenikanie krwiopochodnych patogenów z użyciem do badania bakteriofagu Phi-X 174.

Produkty nasze są użytkowane w szpitalach w krajach Europy wschodniej i zachodniej oznaczenie ich zgodnie z unijną normą EN 455 tam w zupełności wystarcza i zapewnia bezpieczeństwo zarówno przed jak i w czasie pandemii.

(...) oferuje swoim klientom wysokiej jakości produkty aby zapewnić bezpieczeństwo pracy bez obaw o incydent medyczny.

Ponadto obserwując inne postępowania przetargowe można zauważyć, że rękawice w III kategorii są średnio droższe o 3,00 zł netto, co przy zamówieniu 12 500 op. daje różnicę 37 500,00 zł netto, którą Zamawiający może zaoszczędzić.

Spełnienie normy EN 455 (1-4) jest wystarczające dla zastosowań diagnostycznych rękawic i nie ma powodu wydawać znacznie większych środków publicznych tylko dla spełnienia swego rodzaju marketingowego zabiegu, jakim jest oznaczenie kat. III, która stosuje się w przemyśle.

Wydatkowanie środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych powinno odbywać się w sposób niewątpliwie efektywny, wskazując, że w zamówieniach publicznych chodzi o to aby posiadane środki zapewniły maksymalną i optymalną realizację zadań publicznych, poprzez zapewnienie największej ilości pożądanых w jego realizacji dóbr lub pozwoliły na zapewnienie najszerszego zakresu niezbędnych usług.

Właściwie prowadzone i realizowane zamówienia publiczne to zamówienia między innymi nastawione ma efektywne ekonomicznie, umożliwiające osiągnięcie najlepszego stosunku nakładów do efektów ekonomicznych.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1 i 2 z części nr 9.

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu dostarczenia uchwytów.

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktów w zakresie norm jak w SIWZ.

Zestaw zapytań nr 20

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowego oświadczenia zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 poz. 1986 ze zm.).

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wymaga posiadania certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie faktur sprzedaży do kontrahentów, w ramach potwierdzenia spełnienia warunków zdolności technicznej lub zawodowej wykonania tożsamyh lub podobnych do przedmiotu zamówienia dostaw?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający wymaga złożenia dokumentów zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (tj z dnia 23 lipca 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 1282)

Dotyczy Parametry Techniczne:

Część nr 11

Pytanie 4

Poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby test był kompatybilny z inkubatorem typu SMART-WELL?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga aby test był kompatybilny z inkubatorem typu SMART-WELL.

Pytanie 5

Poz. 2

Czy Zamawiający wymaga, aby test wykonany był z materiału typu Tyvek, który jest kompatybilny z plazmową metodą sterylizacji?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza, aby test wykonany był z materiału, który jest kompatybilny z plazmową metodą sterylizacji.

Pytanie 6

Poz. 2

Czy Zamawiający wymaga, aby substancja wskaźnikowa umieszczona była na całej długości testu? Umożliwi to łatwiejszą i dokładniejszą interpretację wyniku.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza aby substancja wskaźnikowa umieszczona była na całej długości testu.

Pytanie 7

Poz.5

Czy Zamawiający wymaga aby czerwona substancja wskaźnikowa testu skuteczności mycia mechanicznego miała postać koła umieszczonego na cienkiej metalowej płytce o długości nie mniejszej niż 8 cm kompatybilnej z uchwytem mającym za zadanie utrudnienie

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza aby czerwona substancja wskaźnikowa testu skuteczności mycia mechanicznego miała postać koła umieszczonego na cienkiej metalowej płytce o długości nie mniejszej niż 8 cm kompatybilnej z uchwytem.

Pytanie 8

Poz. 6

Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący.

Pytanie 9

Poz. 6

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim

Pytanie 10

Poz. 4 i 9

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wskazując w tych pozycjach zapotrzebowanie na identyczne rozmiary rękawów ULTRA?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający popełnił oczywistą omyłkę pisarską.

Pytanie 11

Poz. 8 i 28

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wskazując w tych pozycjach zapotrzebowanie na identyczne rozmiary rękawów ULTRA?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający popełnił oczywistą omyłkę pisarską.

Pytanie 12

Poz. 14-23

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią.

Pytanie 13

Poz. 14-23

Czy Zamawiający wymaga, aby każda rolka rękawa była oznaczona samoklejącą etykietą identyfikacyjną umieszczoną między rękawem a folią zabezpieczającą, na której znajdują się informacje dotyczące daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania oraz numerem LOT produktu? W/w etykieta umożliwi archiwizację oraz pozwoli na ewentualne przyjęcie reklamacji produktu.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza aby każda rolka rękawa była oznaczona samoklejącą etykietą identyfikacyjną umieszczoną między rękawem a folią zabezpieczającą, na której znajdują się informacje dotyczące daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania oraz numerem LOT produktu.

Zestaw zapytań nr 21

Pytanie 1**Część 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 25 g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2**Część 1, pozycja 1 i 3**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3**Część 1, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści komplet składający się z:

- prześcieradła: 150 cm x 210 cm
- poszwy na koldrę: 160 cm x 210 cm
- poszewki: 70 cm x 80 cm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4**Część 2, pozycja 1, 2 i 4**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5**Część 2, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6**Część 2, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta, wykonaną z chłonnej, przyjemnej w dotyku włókniny Spunlace 45 g/m², wkładaną przez głowę, z krótkim rękawem, szeroką, dającą możliwość swobodnego stosowania u pacjentów otyłych; wymiary: długość 105 cm, szerokość 90cm (obwód 180 cm), w kolorze niebieskim lub białym?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7**Część 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę igły w rozmiarze 29G (0,33x12mm)?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8

Część 3, pozycja 1

Czy Zamawiający ma na myśli jednostkę miary op. a`100 sztuk ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający zamawia 60 opakowań a` 100sztuk.

Pytanie 9

Część 3, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z drenem o długości 150cm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Część 3, pozycja 7-8

Czy Zamawiający dopuści rampę z różnokolorowymi kranikami obrotowymi o 360 ° ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11

Część 3, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę przewodu o średnicy drenu 4,8mm x 6,8mm pakowany pojedynczo w opakowaniu papier/folia?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12

Część 3, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści wycenę portu z czasem użytkowania 7 dni lub 140 aktywacji?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13

Część 3, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści wycenę przyrządów z komorą kroplową wykonaną z PVC. Całość przyrządu nie zawiera ftalanów

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14

Część 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę cewnika wykonanego z miękkiego i elastycznego lateksu, odpornego na złamanie ni skręcanie z balonem 5-10ml o długości 400mm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 15

Część 6, pozycja 4

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu co umożliwi złożeniu większej liczby ofert?

mp

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16

Część 6, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę cewników z otworami naprzemianległymi?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 17

Część 6, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści wycenę cewnika w rozmiarze 25-36 mm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 18

Część 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę drenu z krzyżową perforacją o długości 14cm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 19

Część 8, pozycja 2,3

Czy Zamawiający dopuści wycenę drenu wykonanego ze 100% silikonu o długości 50cm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 20

Część 9, pozycje 1-2

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych dwóch pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli rozgraniczyć rękawice diagnostyczne od chirurgicznych, a tym samym złożenie Wykonawcom konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21

Część 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL max 1,0, grubość na palcu $0,16 \pm 0,02$, na dłoni $0,14 \pm 0,02$, mankiecie $0,12 \pm 0,02$; długość min 280 mm. Poziom protein poniżej $90 \mu\text{g/g}$ i średnia siła zrywu przed starzeniem min. 13N (badania z jednostki notyfikowanej wg EN 455). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie: min 5 substancji chemicznych na min 3 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Zgodne z ASTM D3577, EN 455. Dostępne w rozmiarach 6-9, opakowanie wewn. papier, zewn. foliowe?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 22

Część 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpydrowe, polimerowane od wewnątrz, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL max 1.0, grubość na palcu $0,16 \pm 0,02$, na dłoni $0,14 \pm 0,02$, mankiecie $0,10 \pm 0,02$, długość min 280 mm. Poziom protein poniżej $80 \mu\text{g/g}$ i średnia siła zrywu przed starzeniem min. 16N (badania wg EN 455 z jednostki notyfikowanej). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie: min 5 substancji chemicznych na min 3 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Zgodne z ASTM D3577, EN 455. Dostępne w rozmiarach 6-9, opakowanie wewn. papier, zewn. foliowe?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23

Część 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maski mocowane na elastyczne gumki?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 24

Część 22, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości próbek do 10 sztuk? W naszym mniemaniu taka ilość jest wystarczająca do podjęcia decyzji czy zaoferowany wyrób spełnia oczekiwania Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem dołączenia kompletnego opakowania bezpośredniego (może być złożone).

Pytanie 25

Część 13, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści trzyczęściowy zestaw na ramię C zawierający:

- osłonę górną w rozmiarze 100 x 160cm
- osłonę dolną w rozmiarze 80 x 150cm
- 2 szt taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 3 x 100cm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę

Zestaw pytań nr 22

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, a jedynie dopuszcza taką możliwość?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza. Zgodnie z brzmieniem art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r., o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191 ze z.), Wykonawca nie jest zobowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiającego za pośrednictwem platformy.

Pytanie 2

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie wysokości procentowej kary umownej przewidzianej w § 6 ust. 1 pkt c) do 0,2%?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zestaw zapytań nr 23

Pytanie 1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w części 4 pozycji 2,1 i 2,2 produkt bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych przezroczysty pakowane po 2 szt. , ponieważ tylko taki jest obecnie produkowany.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Zestaw zapytań nr 24

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunki podciśnieniowe w rozmiarze 12 cm x 41 cm (+/- 2cm) w zamian za 15 cm x 30 cm, spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga, aby jednorazowa pompa do podciśnieniowej terapii ran, bez konieczności używania dodatkowych zbiorników, zasilana bateriami litowymi AAA działała 30 dni?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza, aby jednorazowa pompa do podciśnieniowej terapii ran, bez konieczności używania dodatkowych zbiorników, zasilana bateriami litowymi AAA działała 30 dni.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga, aby opatrunki podciśnieniowe były wyposażone w zawór jednokierunkowy umożliwiający utrzymanie próżni przez przynajmniej 60 minut po odłączeniu pompy od opatrunku?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza, aby opatrunki podciśnieniowe były wyposażone w zawór jednokierunkowy umożliwiający utrzymanie próżni przez przynajmniej 60 minut po odłączeniu pompy od opatrunku.

Pytanie 4

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby zestaw zawierał filtr zapewniający szczelne, zabezpieczone przed cofaniem płynu i zalaniem wydzieliną pompy połączenie z opatrunkiem?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza aby zestaw zawierał filtr.

Pytanie 5

Czy Zamawiający w projekcie umowy zmieni zapis w § 6 ust. 1g) na:

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający naliczał będzie kary umowne w wysokości:

g) „za przekroczenie terminu realizacji reklamacji – za każdy stwierdzony przypadek 2% wartości reklamowanego wyrobu.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6

Czy Zamawiający w projekcie umowy zmieni zapis w § 6 ust. 1c) na:

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający naliczał będzie kary umowne w wysokości:

c) „za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto należnego za niedostarczoną część zamówienia, za każdy dzień opóźnienia.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu nr 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski z trokami typu IIR zgodnie z normą 14683:2019+AC?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający udzielił odpowiedzi – zestaw pytań nr 12 pytanie 1.

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu nr 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski z gumkami typu IIR zgodnie z normą 14683:2019+AC?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający udzielił odpowiedzi – zestaw pytań nr 12 pytanie 2.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

DYREKTOR
SAMOZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WNETRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
dr n. med. Witold Pstrąg-Bieleński

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
2/ a/a
Druk: M. Flis

Z-c
Działu Za
mgr Michał Flis