



POGOTOWIE RATUNKOWE
WE WROCŁAWIU
ul. Ziębicka 34-38 50-507 Wrocław



**DOLNY
ŚLĄSK**



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU
REGIONALNEGO



INFRASTRUKTURA I
ŚRODOWISKO
Narodowa Strategia
Spójności

sekretariat@pogotowie-ratunkowe.pl

tel. 71 77 31 400 fax. 71 367 66 18

NIP: 899-23-54-460

www.pogotowie-ratunkowe.pl

tel. kom. 506 374 965 , 506 734 979, wew. 400, 500

REGON: 932207142

KRS: 0000207618

ZNAK SPRAWY: ZP/PR/16/2023

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

dla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 t.j.) w trybie

PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI

na dostawę pn.:

„Zakup krzeseł kardiologicznych z systemem płozowym dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu”

Wrocław, sierpień 2023 r.

Tabela wymagań techniczno - użytkowych

Lp.	Wymagane parametry
1.	Waga max.15 kg.
2.	Wymiary złożonego krzeselka: wysokość max 1000 mm, szerokość całkowita max 530 mm, głębokość max 220 mm.
3.	Wykonane z wytrzymałego materiału odpornego na korozję i na działanie płynów dezynfekujących.
4.	Wyposażone w rozkładany system płozowy ułatwiający transport pacjenta po schodach.
5.	Wyposażone w górny uchwyt teleskopowo regulowany w min. 3 pozycjach.
6.	Wyposażone w dwie ręczki teleskopowe z przodu z regulacją min. 3 poz. oraz dwie tylne ręczki do podnoszenia.
7.	Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego materiału, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego i umożliwiającego dezynfekcję.
8.	Wyposażone w podparcie nóg pacjenta.
9.	Wyposażone w min.4 kółka transportowe z czego min 2 obrotowe 0 360 stopni
10.	Średnica przednich kółek min.100 mm, średnica tylnych kółek min.140 mm.
11.	Hamulce na dwóch kółkach, przednich lub tylnych.
12.	Wyposażone w min 3 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie.
13.	Dopuszczalne obciążenie min. 200 kg.
14.	<p>Gwarancja: min. 24 miesiące, licząc od dnia dostawy przedmiotu zamówienia. Parametr punktowany.</p> <p>Gwarancja obejmuje m.in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z wymogami określonymi przez producenta, bez dodatkowego wzywania ze strony Zamawiającego, w obszarze działania Zamawiającego, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, - przeglądy techniczne i konserwację tj. czynności, których zakres określają zalecenia producenta sprzętu, polegających na sprawdzeniu poprawności działania urządzenia, przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, konserwacji prewencyjnych oraz wymianie części zużywalnych i potwierdzenie wykonania tych czynności protokołem serwisowym i wpisem do paszportu technicznego sprzętu medycznego (zgodnie Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. Ustawa o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2301) oraz z zachowaniem ciągłości przeglądów), - wymiana / naprawa zgodnie z zapisami umowy, - dojazd serwisu lub przesłanie sprzętu do serwisu, robocizną itp. - inne koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnych. <p>-dołączony paszport techniczny, karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi w języku polskim.</p> <p>-dostępność części zamiennych przez min.5 lat po zakończeniu gwarancji. Parametr punktowany. -w przypadku gdy zgłoszona naprawa gwarancyjna w serwisie potrwa dłużej niż 14 dni roboczych zamawiający wymaga urządzenia zastępczego.</p>