



**SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO
WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE**

04-082 Warszawa, ul. Krypska 39

Dyrektor tel/fax 22 810-06-04
Centrala tel. 22 813-30-51, fax 22 810-11-63



AZ.26.129.2024

Warszawa 01.02.2024 r.

Dot. Zapytania ofertowego nr 2/24 na „**Dostawa preparatów do dezynfekcji i odkażania w podziale na zadania**”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku z otrzymanymi pytaniami do postępowania Zamawiający publikuje ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1:

Pakiet 2 poz.5

Prosimy o dopuszczenie:

Preparat w postaci szybko działających gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (w tym urządzeń elektronicznych np. sondy USG, monitory, telefony komórkowe). Preparat na bazie H₂O₂ (< 2%), bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV. Chusteczka o wymiarze 20x20cm i gramaturze min. 50g/m². Spektrum działania: zgodnie z EN 16615, EN 14476/ RKI 2022 - B, F, Tbc, V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40) – do 5min, S (Cl. Difficile R 027) do 60 min. Testy wykonane na roztworze odcisniętym z chusteczki lub bezpośrednio z jej udziałem (EN 16615). Opakowanie flow pack. Okres trwałości po pierwszym otwarciu – 3 miesiące. Możliwość stosowania bez użycia środków ochrony indywidualnych. Produkt biobójczy i wyrób medyczny. Opakowanie 100 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 2:

Pakiet 2 poz 6

Preparat w postaci szybko działającej gotowej pianki do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (w tym urządzeń elektronicznych np. sondy USG, monitory, telefony komórkowe). Preparat na bazie H₂O₂ (< 2%) bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV). Spektrum działania: zgodnie z EN 16615, EN 14476/ RKI 2022 - B, F, Tbc, V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40) – do 5min, S (Cl. Difficile R 027) do 60 min.. Okres trwałości po pierwszym otwarciu – do końca okresu ważności. Możliwość stosowania bez użycia środków ochrony indywidualnej. Opakowanie 750ml. Produkt biobójczy i wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Zatwierdził:
Dyrektor SZPZLO
Warszawa Praga Południe
Ewa Łagodźka
w dniu 01.02.2024 r.