



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 28.03.2024 r.

DZP – 5/2024

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa wyrobów medycznych

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. Pakiet nr 29, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 2-częściowe bez skali rozszerzonej?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dot. Pakiet nr 29, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 10 ml ze skalą co 0,2

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 – dot. Pakiet nr 29, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 20ml w o opakowaniach po 80 szt. i możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 – dot. Pakiet nr 29, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 20ml w o opakowaniach po 50szt. i możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza przeliczenia do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 5 – dot. Pakiet nr 30, poz. 1-5

Czy Zamawiający jest skłonny odstąpić od wymogu, w którym asortyment winien pochodzić od jednego producenta? Dzięki temu będziemy mogli dobrać asortyment lepszy i w korzystniejszej cenie.

Odp. Zamawiający dopuszcza, aby asortyment w zakresie Pakietu nr 30 poz. 1-2 oraz poz. 3-5 pochodził od tego samego producenta.

Pytanie nr 6 – dot. Pakiet nr 30, poz. 3

Czy Zamawiający wymaga koreczka w opakowaniu twardy blister, co ułatwi pracę personelowi medycznemu, tj. łatwe wyciągnięcie korka z opakowania w rękawiczkach?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 7 – dot. Pakiet nr 30, poz. 3

Czy Zamawiający wymaga koreczka z trzpieniem poniżej krawędzi korka, co zmniejsza ryzyko kontaminacji?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 – dot. Pakiet nr 30, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do wkłuc żylnych o następujących przepływach:

Kolor	Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
Biały	17 G	1,50 x 45	130
Zielony	18 G	1,20 x 38	105
Różowy	20 G	1,00 x 32	64
Niebieski	22 G	0,80 x 25	38

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 – dot. Pakiet nr 30, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do wkłuc żylnych o następujących przepływach:

Kolor	Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
Biały	17 G	1,50 x 45	140
Zielony	18 G	1,20 x 45	100
Różowy	20 G	1,00 x 32	64
Niebieski	22 G	0,80 x 25	38

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 – dot. Pakiet nr 30, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do wkłuc żylnych o następujących przepływach:

Kod koloru	Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Biały	17 G	1,5 x 45	128 ml/min
Zielony	18 G	1,3 x 45	90 ml/ min
Różowy	20 G	1,1 x 33	61 ml/min
Niebieski	22 G	0,8 x 25	31 ml/min

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11 – dot. Pakiet nr 30, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej do wkłuc żylnych o następujących przepływach:

Rozmiar Gauge	Kolor	Przepływ ml/min	Rozmiar	Długość
			mm	mm
17G	Biały	140	1,5	45
18G	Zielony	85	1,3	45
20G	Różowy	55	1,1	32
22G	Niebieski	33	0,9	25

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12 – dot. Pakiet nr 31, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów, której komora wykonana jest z PVC.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13 – dot. Pakiet nr 31, poz. 1, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów z kolcem ściętym trój płaszczyznowo.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 – dot. Pakiet nr 31, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi z komorą wykonaną z bezpiecznego medycznego PCV.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 15 – dot. Pakiet nr 31, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów z komorą wykonaną z bezpiecznego medycznego PCV.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 16 – dot. Pakiet nr 45, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie portu bezigłowego o przepływie 320ml/min. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 – dot. Pakiet nr 45, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga koreczka w opakowaniu twardej blister, co ułatwi pracę personelowi medycznemu, tj. łatwe wyciągnięcie korka z opakowania w rękawiczkach?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 – dot. Pakiet nr 45, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczka odkażającego w kolorze niebieskim, pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19 – dot. Pakiet nr 45, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowy łącznik o przepływie 320ml/min. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 – dot. Pakiet nr 45, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowy łącznik w opakowaniu zbiorczym po 250 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza przeliczenia do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 21 – dot. Pakiet nr 27, poz. 6

Informujemy że glukometr i paski testowe powinien spełniać pełny zakres normy EN ISO 15197:2015 obejmujący punkty od 1. do 8. Norma EN ISO 15197:2015 jako norma zharmonizowana została opublikowana w maju 2016 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z okresem przejściowym do 30 czerwca 2017 roku, co w praktyce oznacza, że po tym terminie wszystkie glukometry i paski testowe będą musiały ją spełniać. W związku z powyższym we wszystkich postępowaniach, w których umowa nie zakończy się przed 01.07.17r zamawiający obowiązkowo powinni wymagać od producentów dostarczenie certyfikatu z weryfikacją na zgodność z normą EN ISO 15197:2015 w pełnym jej zakresie. Czy wymagają Państwo:

- a) glukometru, który spełnia normę EN ISO 15197:2015?
- b) dołączenia do oferty certyfikatu z normy ISO 15197:2015 w języku polskim, wystawionego przez niezależną jednostkę notyfikowaną?
- c) potwierdzenie na spełnienie normy ISO 15197: 2015 w instrukcji pasków testowych w języku polskim?

Odp. Zamawiający informuje, iż w zakresie punktu (litery):

- a) wymaga;
- b) zgodnie z SWZ;
- c) dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 22 – dot. Pakiet nr 27, poz. 6

Czy Zamawiający wymaga specyfikacji w rzeczowej pozycji dla kompatybilnych z glukometrami pasków, aby do oferty przystępowały tylko hurtownie, które to reprezentują BEZPOŚREDNIO WYTWÓRCĘ wyrobu medycznego w tym przypadku producenta glukometrów i pasków do glukometru a nie DYTRYBUTORA? WYTWÓRCA zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (z późniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i prawidłowe oznakowanie wyrobu. Aby spełnić obowiązki narzucone przez ww. ustawę, WYTWÓRCA musi utrzymywać System Zarządzania Jakością, podczas gdy, DYTRYBUTOR jest tylko podmiotem mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób na rynku (Art. 1, punkt 12). DYTRYBUTOR nie ma obowiązku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wglądu w jej zawartość i kompletność, w związku z powyższym bardzo często posługuje się oświadczeniami, a nie dokumentami wydanymi przez niezależne jednostki notyfikujące. Tym samym Producent odpowiada za każdy etap powstawania wyrobu medycznego, nie tworzy oświadczeń tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany sprzęt.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 23 – dot. Pakiet nr 27, poz. 6

Czy Zamawiający wymaga glukometr, którego pamięć wynosi co najmniej 600 ostatnich pomiarów?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 24 – dot. Pakiet nr 27, poz. 6

Czy Zamawiający wymaga glukometr z podświetlaną szczeliną paskową oraz z podświetlonym ekranem?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 25 – dot. Pakiet nr 27, poz. 6

Czy Zamawiający wymaga system do monitorowania glukozy z funkcją Dual Color, który pomaga szybko zinterpretować wynik poziomu glikemii (po wykonaniu pomiaru, na glukometrze pojawia się kolor zielony/czerwony w zależności od poziomu glikemii Pacjenta)?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 26 – dot. Pakiet nr 27, poz. 6

Czy Zamawiający wymaga glukometr, który wyświetla symbol ostrzeżenia ketonowego w przypadku wyniku większego lub równego 240 mg/dl (13,3 mmol/l)?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 27 – dot. Projektowanych postanowień umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 3 dni roboczych?

Odp. Zamawiający informuje, iż § 3 ust. 2 projektowanych postanowień umownych otrzymuje brzmienie: „2. Dostawa zamówionego towaru następować będzie w terminie do 3 (trzech) dni roboczych licząc od dnia przesłania zamówienia e-mailem.”

Pytanie nr 28 – dot. Pakiet nr 35

Czy Zamawiający dopuści Ostrza do strzygarki, jednorazowe uniwersalne. Ostrza ogólnego zastosowania do owłosienia ciała , Wydajność golenia - 12 000 włosów na sekundę Wysokość cięcia 0,21 mm, szerokość cięcia 31,5 mm. Konstrukcja wyklucza uszkodzenie skóry. Pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 50 szt. Kompatybilne ze strzygarką firmy Becton Dickinson model: 5513E. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przekazania strzygarek wraz z ładowarkami wraz z pierwszą dostawą ostrzy w ilościach wskazanych przez Zamawiającego zgodnych z aktualnym posiadaniem strzygarek.



Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 29 – dot. Pakiet 43, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji sterylnej osłony składanej teleskopowo o wymiarach 13x235cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30 – dot. Pakiet 43, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji sterylnej osłony składanej teleskopowo o wymiarach 13x244cm lub sterylnej osłony o wymiarach 15x244 cm (osłona posiadająca pierścień ułatwiający zakładanie).

Odp. Zamawiający dopuszcza.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 31 – dot. Pakiet 43, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji sterylnego pokrowca na aparaturę RTG z gumką o wymiarach 76x91cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32 – dot. Pakiet 43, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji sterylnego pokrowca na aparaturę RTG z gumką o wymiarach 76x76cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 33 – dot. Pakiet 43, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji sterylnego pokrowca na aparaturę RTG z gumką o wymiarach 127x64cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34 – dot. Pakiet 43, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji sterylnego pokrowca na aparaturę RTG z gumką o wymiarach 102x51cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 35 – dot. Pakiet 43, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji sterylnej osłony na ramię C o wymiarach 104x188cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36 – dot. Pakiet 43, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji sterylnej osłony na mikroskop z soczewką Vari-Lens 2 o średnicy 65mm i wymiarach 122x305cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37 – dot. Pakiet 43, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji osłony rekomendowanej przez producenta mikroskopu firmę Leica o wym. 117x305cm z soczewką skośną Armatec, do zastosowania z mikroskopem z trzema okularami i perforacją na okulary tubusów. Produkt posiadający 5 pasów ściągających umożliwiających właściwe mocowanie na mikroskopie. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38 – dot. Pakiet 43, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji osłony rekomendowanej przez producenta mikroskopu firmę Leica. Produkt posiadający min. 4 pasy ściągające umożliwiających właściwe mocowanie na mikroskopie. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39 – dot. Projektu Umowy § 3 ust. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 3 dni roboczych.

Odp. Zamawiający informuje, iż § 3 ust. 2 projektowanych postanowień umownych otrzymuje brzmienie:

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

„Dostawa zamówionego towaru następować będzie w terminie do 3 (trzech) dni roboczych licząc od dnia przesłania zamówienia e-mailem”.

Pozostałe zapisy projektowanych postanowień umowy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 40 - dot. Projektu Umowy § 3 ust. 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisu w sposób następujący:

„ W przypadku odmowy realizacji dostawy lub jej części Wykonawca w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin **roboczych** od otrzymania zamówienia, poinformuję o tym fakcie Zamawiającego faksem lub e-mailem. W takim przypadku Zamawiający może dokonać zakupu wraz z dostawą u innego Dostawcy obciążając Wykonawcę różnicą ceny wynikającą z zakupu u tego Dostawcy. Różnica w cenie nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego asortymentu wynikającej z załącznika nr 1 do niniejszej umowy. W przypadku zakupu zastępczego nie stosuje się zapisów umowy z §8 ust. 1. ”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 41 - Dot. Projektu Umowy § 3 ust. 4

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisu w sposób następujący:

„ W przypadku odmowy realizacji dostawy lub jej części Wykonawca w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin **roboczych** od otrzymania zamówienia, poinformuję o tym fakcie Zamawiającego faksem lub e-mailem. W takim przypadku Zamawiający może dokonać zakupu wraz z dostawą u innego Dostawcy obciążając Wykonawcę różnicą ceny wynikającą z zakupu u tego Dostawcy. **W przypadku zakupu zastępczego nie stosuje się zapisów umowy z §8 ust. 1. ”**

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 42 - dot. Projektu Umowy § 8 ust. 1 ppkt 1.7

Umowa przewiduje okres obowiązywania 24 miesiące, w tym okresie mogą nastąpić przypadki losowe (kolizje drogowe, warunki atmosferyczne i inne), które mogą spowodować zwłokę w dostawie. W odniesieniu do uprawnień wynikających z projektu umowy w zakresie obciążenia Wykonawcy karami umownymi oraz dokonania przez Zamawiającego zakupu zastępczego na koszt Wykonawcy wnosimy o usunięcie zapisu z punktu 1.7 dotyczącego naruszenia obowiązku opisanego w treści §3 ust.8 ze względu na fakt, że Wykonawca zgodnie z §8 ust. 1 ppk.1.1 projektu umowy poniesie konsekwencje związane z niewykonaniem dostawy.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że okres realizacji umowy wynosi 12 miesięcy. Patrz wyjaśnienia z dnia 21.03.2024r.

Pytanie nr 43 - dot. Projektu Umowy § 9 ust. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisu w sposób następujący:

„W przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w § 9 ust. 2 Zamawiający ma prawo do zrealizowania przedmiotu zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy u innego dostawcy, co jest równoznaczne z rezygnacją z wykonania dostawy. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1.5”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 44 – dot. Pakiet nr 42 poz. 1-3

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających podwójny wskaźnik wilgotności, które pozwala na lepsze informowanie o potrzebie zmiany pieluchomajtki? Podwójny indykatork wilgotności (czarny nadruk rozplwający się pod wpływem cieczy oraz żółty klejowy zmieniający barwę na zieloną pod

wpływem cieczy) jest źródłem umożliwiającym dokładną identyfikację produktu chłonnego, wskazującym datę i godzinę produkcji, co ma znaczenie przy ustalaniu terminu ważności wyrobu oraz wszelkich kontaktach z producentem, dotyczących danego wyrobu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45 – dot. Pakiet nr 42 poz. 1-3

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających włókninowy system dystrybucji cieczy, który pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie powierzchni chłonnej produktu, jak i przyspiesza wchłanianie i dystrybucję cieczy wewnątrz produktu chłonnego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46 – dot. Pakiet nr 44

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny z fartuchami w skład, którego wchodzi 2 ręczniki włókninowe o rozmiarze 20 x 40 cm? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47 – dot. Pakiet nr 17, poz. 12-13

Czy zamawiający wydzieli poz. 12-13 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Ponadto zgodnie z informacją z TED (Tenders Electronic Daily; Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej) wydzielenie części zamówienia do nowego pakietu nie jest możliwe, i taka modyfikacja (zmiana ogłoszenia/przedmiotu zamówienia) nie zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Decyzja (odmowa modyfikacji) dotyczy wszystkich postępowań, które są prowadzone w progu europejskim.

Pytanie nr 48 – dot. Pakiet nr 17, poz. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza przeliczenia do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 49 – dot. Pakiet nr 21, poz. 1, 2, 4, 5

Czy zamawiający dopuści dren o długości min. 200 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 50 – dot. Pakiet nr 21, poz. 1, 4, 5, 15

Czy zamawiający wydzieli poz.1,4,5,15 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 47.

Pytanie nr 51 – dot. Pakiet nr 26, poz. 1-2, 15-18

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2, 15-18 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 47.

Pytanie nr 52 – dot. Pakiet nr 29, poz. 5

Czy zamawiający wydzieli poz. 5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 47.

Pytanie nr 53 – dot. Pakiet nr 29, poz. 5

Czy zamawiający dopuszcza strzykawkę o pojemności równej 100 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54 – dot. Pakiet nr 30, poz. 3

Czy zamawiający wydzieli poz. 3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 47.

Pytanie nr 55 – dot. Pakiet nr 30, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza przeliczenia do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 56 – dot. Pakiet nr 31, poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 57 – dot. Pakiet nr 31, poz. 1

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 58 – dot. Pakiet nr 31, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści IS z komorą kroplową o standardowej elastyczności i twardości oraz klasycznej budowie, o wymiarach :całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm (w tym część całkowicie przezroczysta 42 mm)?

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 59 – dot. Pakiet nr 31, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyzną – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 60 – dot. Pakiet nr 31, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 61 – dot. Pakiet nr 31, poz. 2

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 62 – dot. Pakiet nr 31, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 63 – dot. Pakiet nr 31, poz. 2

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, a całkowita długość komory ok. 8,5 cm ?

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 64 – dot. Pakiet nr 31, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyzną – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 65 – dot. Pakiet nr 31, poz. 3

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 66 – dot. Pakiet nr 31, poz. 3

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 67 – dot. Pakiet nr 31, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści IS z komorą kroplową o standardowej elastyczności i twardości oraz klasycznej budowie, o wymiarach :całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm (w tym część całkowicie przezroczysta 42 mm)?

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 68 – dot. Pakiet nr 31, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostrą igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 69 – dot. Pakiet nr 31, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 70 – dot. Pakiet nr 31, poz. 1-3

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia>?

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 71 – dot. Pakiet nr 45, poz. 2

Czy zamawiający wydzieli poz.2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 47.

Pytanie nr 72 – dot. Pakiet nr 45, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza przeliczenia do dwóch miejsc po przecinku.

Z poważaniem
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
dr n. med. Janusz Kuśmierz

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie