

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli
ul. Dr K. Jaczewskiego 7
20-090 Lublin
tel. 0-81 / 747-75-11
fax 0-81 / 747-89-11
NIP 712-21-35-822, Regon 431219360

COZL/ZPZ/PS/3411/PN-15/19

Lublin, dnia 15.12.2019 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

Usługa przeprowadzania przeglądów okresowych, konserwacji i napraw oraz dostawy źródeł promieniowania i utylizacji źródeł zużytych, w ramach pogwarancyjnej obsługi technicznej aparatów do brachyterapii Gammamed Plus i Gammamed Plus iX pracujących w Zakładzie Brachyterapii COZL

Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z treścią § 36 ust. 1 pkt 3) z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dalej pzp lub ustawa - SIWZ zawiera m. in opis przedmiotu zamówienia. Zgodnie z treści art. 29 ustawy opisu przedmiotu zamówienia dokonuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący uwzględniając wszystkie wymagania mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Obecna treść SIWZ w części dot. opisu przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów określonych w przywołanych przepisach co uniemożliwia sporządzenie oraz złożenie oferty. Mając na uwadze powyższe Zamawiający proszony jest o:

a) o jednoznaczne stwierdzenie, czy w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania części zamiennych do sprzętu m. in w wskazanego w załączniku nr 6 do SIWZ oraz

b) odpowiednią modyfikację treści SIWZ w tym załącznika nr 2 – czyli projektu umowy oraz załącznika nr 6 do SIWZ – Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia– w taki sposób, aby przedmiot zamówienia oraz zakres obowiązków Wykonawcy nie budziły wątpliwości.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 SIWZ. Zamawiający jednoznacznie stwierdza, że części zamienne objęte są przedmiotem zamówienia.

2. SIWZ – rozdział IV pkt 7 „wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a- obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (...)", załącznik nr 2 do SIWZ „Umowa PN-15/19 (wzór) § 8.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający jest zobligowany do dokonania oceny czy przy realizacji zamówienia wykonanie określonych czynności będzie zawierało cechy stosunku pracy. Zdaniem Zamawiającego czynności wymienione w pkt 7 rozdziału IV SIWZ są czynnościami w ramach realizacji zamówienia, które będą polegały na wykonywaniu pracy zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Tymczasem co do zasady trudno uznać, że czynności wykonywane przez inżynierów serwisowych (m. in. sprawdzanie bezpieczeństwa mechanicznego, kontrola występowania usterek zewnętrznych, inspekcja zużycia części, smarowanie ruchomych części mechanicznych, sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, konserwacja softwerek'u systemowego i aplikacyjnego, sprawdzanie funkcjonalności urządzenia i jego gotowości do pracy) polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 ust. 1 kp (tj. wykonywanie określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy, wykonywanie pracy pod kierownictwem pracodawcy, w miejscu oznaczonym przez pracodawcę, w czasie przez niego wyznaczonym, czynności powtarzalnych, świadczenie pracy jest umową starannego działania). W opinii Urzędu Zamówień Publicznych dot. art. 29 ust. 3a PZP pracowniczy charakter mają czynności polegające na ochronie, dozorowaniu, sprzątaniu, praca w call centrach. W ocenie Urzędu do takich czynności nie można zaliczyć czynności wykonywanych przez kierowników robót, informatyków, programistów, integratorów bowiem są to czynności o dużym stopniu samodzielności, wysokim poziomie kompetencji, specjalizacji. Idąc tym tropem należy więc stanąć na stanowisku, że czynności wykonywane

przez inżynierów serwisowych, którzy sami organizują sobie prace którą mają do wykonania, od których oczekuje się konkretnego rezultatu ich pracy w postaci uruchomienia, konserwacji czy napraw sprzętu, którzy posiadają wąską specjalizację oraz muszą legitymować się szkoleniami popartymi certyfikatami, nie są czynnościami, które zawierają w sobie cechy stosunku pracy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 Kp, a więc nie jest spełniony wymóg, o którym mowa art. 29 ust. 3a Pzp.

W związku z powyższym prosimy o określenie, iż w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia nie określa się wymogów, o których mowa art. 29 ust. 3 a PZP i wykreślenie z SIWZ rozdziału IV pkt 7 i § 8 wzoru umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. SIWZ - rozdział IV ust. 1 pkt 7 lit. c tiret drugi i czwarty.

Z uwagi na zmianę europejskich przepisów o ochronie danych osobowych, która nastąpiła wraz z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), prosimy o modyfikację treści przywołanego postanowienia w taki sposób, aby uwzględniała wskazaną powyżej zmianę przepisów prawa.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy SIWZ.

4. SIWZ - rozdział XIII ust. 1 – „Punkty za kryterium „Posiadanie przez Wykonawcę autoryzacji producenta”, Załącznik nr 4 do SIWZ – formularz oferty, pkt 2 zdanie drugie.

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie czy Zamawiający uznany certyfikat wydany przez wytwórcę sprzętu lub przez firmę przez niego do tego celu upoważnioną, potwierdzający upoważnienie Wykonawcy do napraw i przeglądu sprzętu za „posiadanie przez Wykonawcę autoryzacji producenta”?

Odpowiedź: Zamawiający uzna.

5. SIWZ - Załącznik nr 1 do SIWZ – Kosztorys ofertowy, treść dot. CZAS rozpoczęcia NAPRAWY.

Zamawiający proszony jest o uzupełnienie treści o procedurę zgłaszania awarii, poprzez dodanie na końcu zdania treści w brzmieniu „liczone od zgłoszenia awarii Wykonawcy w trybie §4 ust. 4 umowy i udostępnienia Wykonawcy sprzętu, którego zgłoszenie dotyczy”.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy SIWZ.

6. SIWZ - Załącznik nr 1 do SIWZ – Kosztorys ofertowy, Czas naprawy – zdanie drugie załącznika ujęte pod tabelą.

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że Wykonawca zobowiązany jest do naprawy, niewymagającej części zamiennej, w terminie 2 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia Wykonawcy awarii w trybie §4 ust. 4 umowy i od udostępnienia przez Zamawiającego dla Wykonawcy sprzętu, którego zgłoszenie dotyczy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

7. SIWZ - Załącznik nr 1 do SIWZ – Kosztorys ofertowy, Czas naprawy – zdanie trzecie załącznika ujęte pod tabelą.

Zamawiający proszony jest o:

a) jednoznaczne stwierdzenie, że przedmiotem zamówienia nie są objęte części zamienne, niezbędne do wykonania naprawy lub utrzymania urządzeń określonych w załączniku nr 2 w stałej sprawności technicznej;

oraz

b) potwierdzenie, że obowiązek naprawy w sytuacji, kiedy do jej wykonania wymagane są części, spoczywać będzie na Wykonawcy jedynie w sytuacji, kiedy Zamawiający w trybie nieuregulowanym tą umową dokona zamówienia tych części i nastąpi ich dostawa;

a także o

c) potwierdzenie, że termin do wykonania naprawy w takich sytuacjach może być liczony od momentu, kiedy Zamawiający wejdzie w posiadanie tych części.

Odpowiedź: Zamawiający jednoznacznie stwierdza, że części zamienne objęte są przedmiotem zamówienia.

8. SIWZ - Załącznik nr 2 do SIWZ – Umowa PN-15/19 (wzór), § 1.

Z uwagi na to iż przedmiotem postępowania jest dostawa źródeł promieniowania, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie liczby dostarczanych źródeł do aparatów (Gammamed plus iX H640673 i Gammamed plus sn:248) w trakcie trwania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wsazuje w Załączniku nr 6 do SIWZ.

9. SIWZ - Załącznik nr 2 do SIWZ – Umowa PN-15/19 (wzór), § 1.

W odniesieniu do paragrafu pierwszego, podobnie jak w przypadku treści SIWZ, ponownie zwracamy uwagę Zamawiającego na kwestię jednoznacznego i wyczerpującego określenia przedmiotu zamówienia. Mając na uwadze powyższe Zamawiający proszony jest:

a) o jednoznaczne stwierdzenie, czy w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia części zamiennych do sprzętu wskazanego w załączniku nr 6 do SIWZ, oraz – w związku z tym

b) odpowiednią modyfikację treści SIWZ oraz załącznika nr 2 – czyli projektu umowy w tym §1, §7, oraz załącznika nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – w taki sposób, aby przedmiot zamówienia oraz zakres obowiązków Wykonawcy nie budziły wątpliwości;

d) udostępnienie treści załącznika nr 2 do Umowy, którym ma być Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz wykazem urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający jednoznacznie stwierdza, że części zamienne objęte są przedmiotem zamówienia.

10. SIWZ - Załącznik nr 2 do SIWZ – Umowa PN-15/19 (wzór), § 3 ust. 3 pkt 1.

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, podczas wykonywania wszystkich czynności związanych z realizacją Umowy osobom uprawnionym do przebywania w miejscu wykonywania czynności przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym przedmiocie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

11. SIWZ - Załącznik nr 2 do SIWZ – Umowa PN-15/19 (wzór), § 3 ust. 3 pkt 1.

Zamawiający proszony jest o wykreślenie punktu drugiego, bowiem Wykonawca nie może ponosić pełnej odpowiedzialności za realizację przedmiotu zamówienia w sytuacji, kiedy zobowiązany jest do wykonywania wszystkich poleceń Zamawiającego. W przypadku odmowy wykreślenia przywołanej treści Zamawiający proszony jest o wskazanie co najmniej:

a) trybu wydawania poleceń,

b) osób uprawnionych do wydawania w imieniu Zamawiającego poleceń,

c) formy, wydawania poleceń,

oraz

d) obowiązku każdorazowego wskazywania podstawy prawnej takiego polecenia.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 SIWZ.

12. SIWZ - Załącznik nr 2 do SIWZ – Umowa PN-15/19 (wzór), § 4 .

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie dodatkowych punktów do §4 o treści:

- Dostawa źródła będzie wykonywana w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczone przez niego źródło promieniotwórcze oraz sposób jego dostawy i wymiany spełnia wymogi obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy Prawo Atomowe.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 SIWZ.

13. SIWZ - Załącznik nr 2 do SIWZ – Umowa PN-15/19 (wzór), § 4 ust. 1.

W nawiązaniu do treści §4 ust. 1 umowy, Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, iż „wykaz osób” będzie stanowił załącznik nr 9 do SIWZ.

Odpowiedź: Wykaz, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy będzie stanowił wykaz pracowników Zamawiającego.

14. SIWZ - Załącznik nr 2 do SIWZ – Umowa PN-15/19 (wzór), § 4 ust. 5 zdanie drugie.

Zamawiający proszony jest o zastąpienie wymogu uzyskania uprzedniej i pisemnej akceptacji zmiany osób, które będą po stronie Wykonawcy realizować przedmiot umowy, wymogiem posiadania przez te osoby (tzn. nowych pracowników) odpowiednich kompetencji oraz zatrudnienia u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę. W obecnym stanie rzeczy, w przypadku np. wystąpienia nagłej choroby serwisanta lub innej okoliczności uniemożliwiającej podjęcie przez niego czynności, termin wykonania naprawy może ulec przesunięciu z powodu konieczności uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na taką zmianę. Niemożliwość przewidzenia, w jakim terminie Wykonawca uzyska pisemną akceptację dotyczącą zmiany wiąże się z ryzykiem wystąpienia kar umownych po stronie Wykonawcy i nie jest możliwa do zaakceptowania.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 SIWZ.

15. SIWZ - Załącznik nr 2 do SIWZ – Umowa PN-15/19 (wzór), § 5 ust. 1.

Z uwagi na fakt, iż przedmiot niniejszego zamówienia wykonywany będzie w sposób ciągły przez okres, który zostanie wskazany w § 2 Umowy, niezbędne jest określenie w treści umowy okresów, za które Zamawiający dokonuje płatności, stosowanie do treści art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392, 2433.).

W związku z czym Zamawiający proszony jest o doprecyzowanie, że płatności wnoszone będą za miesięczne okresy rozliczeniowe oraz doprecyzowanie sposobu liczenia tych okresów (tj np. czy okres każdy okres rozliczeniowy wynosi 30 dni liczone od dnia zawarcia umowy, czy też odpowiada on miesiącom kalendarzowym).

Odpowiedź:

§ 5 ust. 1 zawiera postanowienie cyt.: „Kwota wynagrodzenia będzie płacona w ratach miesięcznych w wysokości (...)”

brak więc podstaw do konieczności doprecyzowania jak domaga się pytający, tj. że płatności wnoszone będą za miesięczne okresy rozliczeniowe.

Wskazuje się że termin obowiązywania umowy został określony na 42 miesiące odnośnie urzędzenia oraz 36 miesięcy odnośnie urzędzenia Doprecyzowano, w tym zakresie formularz kosztorysu ofertowego poprzez dopisanie „liczonych w miesiącach” Wskazuje się że zgodnie z kodeksem cywilnym okresy miesięczne liczone są w ten sposób, że termin oznaczony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. (patrz. Art. 112 k.c.)

16. SIWZ – Załącznik nr 2 do SIWZ, Umowa PM-15/19, §5 ust. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza, aby faktura za wynagrodzenie miesięczne o którym mowa w §5 ust. 1 zawierała 2 stawki podatku VAT (8% na wyrób medyczny, 23% na wykonaną usługę).

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że powszechnie obowiązujące przepisy prawa określają sposób i zasady wystawiania faktur VAT, ze wszelkimi konsekwencjami.

Dodatkowo wskazuje się że § 5 ust. 1 umowy jasno stanowi że umówione wynagrodzenie z tytułu wykonywania usługi będzie płacone w ratach miesięcznych, co uniemożliwi rozbić raty na dwie pozycje z odmiennym podatkiem VAT. Potwierdza to również treść formularza – kosztorysu ofertowego, który obecnie został zmieniony poprzez doprecyzowania iż okres obowiązywania umowy liczony jest w okresach miesięcznych)

17. SIWZ - Załącznik nr 2 do SIWZ – Umowa PN-15/19 (wzór), § 5 ust. 2.

Aby zapisy umowy odpowiadały wymogom ustawy o podatku od towarów i usług co do terminu wystawienia faktury (tj. zgodnie z art. 106i ust. 1 fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę – nie zaś do 10-tego jak określono w § 5ust. 2 umowy, prosimy o zmianę treści § 5 ust. 2 na następującą:

Płatność za przedmiot umowy nastąpi w ciągu 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, która winna być wystawiona w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpiło w ostatnim dniu upływu terminu.

Odpowiedź: Zmodyfikowano postanowienie umowne § 5 ust. 2 wzorca umowy.

18. SIWZ - Załącznik nr 2 do SIWZ – Umowa PN-15/19 (wzór), § 5 ust. 3.

Zamawiający proszony jest o wyjaśnienie, co rozumieć należy jako „zaprzestania wykonywania usług w sposób ciągły i zgodny z przyjętymi przez Wykonawcę warunkami realizacji umowy”? W szczególności czy stanowi to powstrzymanie się ze spełnieniem świadczenia w trybie art. 490 kodeksu cywilnego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

19. SIWZ - Załącznik nr 2 do SIWZ – Umowa PN-15/19 (wzór), § 5 ust. 5 zd. drugie treść „(...) lub Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość przekazanego świadczenia”.

Wnosimy o wskazanie przez Zamawiającego jakiego rodzaju jest to świadczenie?

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że zd. drugie § 5 ust. 5 odnosić należy do świadczenia przekazanego zarówno w zakresie rodzaju jak i wartości.

20. SIWZ - Załącznik nr 2 do SIWZ – Umowa PN-15/19 (wzór), § 5 ust. 5 zd. drugie.

W odniesieniu do tego postanowienia zwracamy się do Zamawiającego z podobnymi pytaniami, co powyżej: wnosimy o wskazanie przez Zamawiającego jaki rodzaju jest to świadczenie?

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że zd. drugie § 5 ust. 5 odnosić należy do świadczenia przekazanego zarówno w zakresie rodzaju jak i wartości.

21. SIWZ - Załącznik nr 2 do SIWZ – Umowa PN-15/19 (wzór), § 6 ust. 3.

Zamawiający proszony jest o dodanie na końcu tego postanowienia następującej treści: „w czasie obowiązywania Umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że nie wyraża zgody na dopisanie na końcu § 6 ust. 3 dopisku „w czasie obowiązywania Umowy”.

22. SIWZ - Załącznik nr 2 do SIWZ – Umowa PN-15/19 (wzór), § 6 ust. 4 pkt 1.

Zamawiający proszony jest o dodanie do niniejszego postanowienia litery c) o następującej treści: „wady powstałe z przyczyn innych niż tkwiące w tej części, podzespołe, elemencie.”.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że nie wyraża zgody na dopisanie proponowanego pkt. oznaczonego lit. c) w pytaniu.

23. SIWZ - Załącznik nr 2 do SIWZ – Umowa PN-15/19 (wzór), § 7.

Ponieważ wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za działania lub zaniechania skutkujące opóźnieniem, za które odpowiedzialności nie ponosi (zgodnie z art. 471 kodeksu cywilnego), Zamawiający proszony jest o zastąpienie w zapisach § 8 występującego słowa „opóźnienie” słowem „zwłokę”. W odniesieniu do kar umownych Zamawiający proszony jest o ich zastrzeżenie jedynie w przypadku zwłoki, a nie opóźnienia bowiem Wykonawca powinien ponosić odpowiedzialność tylko za te zdarzenia, które są od niego zależne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję pytającego. Utrzymano postanowienia SIWZ.

24. SIWZ - Załącznik nr 2 do SIWZ – Umowa PN-15/19 (wzór), § 7 ust. 1 lit. a).

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości zmniejszania wymiaru kary wynikającej z wyżej wymienionych zapisów z 350 zł za każdy dzień opóźnienia na 200 zł za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję pytającego. Utrzymano postanowienia SIWZ.

25. SIWZ - Załącznik nr 2 do SIWZ – Umowa PN-15/19 (wzór), § 7 ust. 1 lit. a).

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości zmniejszania wymiaru kary wynikającej z wyżej wymienionych zapisów z 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia na 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję pytającego. Utrzymano postanowienia SIWZ.

26. SIWZ - Załącznik nr 2 do SIWZ – Umowa PN-15/19 (wzór), § 7 ust. 1 lit. a).

Z uwagi na brak treści załącznika nr 2 do Umowy, Zamawiający proszony jest o doprecyzowanie terminów realizacji przedmiotu zamówienia z wyłączeniem terminów, które wynikać mają z Harmonogramu, o którym mowa w § 1 ust. 3 i 4 Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że treść SIWZ jasno określa że załącznikiem nr 2 do umowy będzie dokument stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ oraz wskazuje na to tożsama nomenklatura użyta we wzorcu umowy.

27. SIWZ - Załącznik nr 2 do SIWZ – Umowa PN-15/19 (wzór), § 7 ust. 6 zdanie drugie.

Zamawiający proszony jest o dodanie na końcu zdania ostatniego treści w brzmieniu: „z wyłączeniem kosztów części zamiennych w tym ich dostarczenia” w przypadku jeżeli przedmiotem zamówienia nie obejmuje obowiązku dostarczania części zamiennych;

Odpowiedź: Zamawiający jednoznacznie stwierdza, że części zamienne objęte są przedmiotem zamówienia.

28. SIWZ - Załącznik nr 2 do SIWZ – Umowa PN-15/19 (wzór), § 8 ust. 4 tiret dwa i cztery.

Z uwagi na zmianę europejskich przepisów o ochronie danych osobowych, która nastąpiła wraz z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), prosimy o modyfikację treści przywołanych postanawiania w taki sposób, aby uwzględniała wskazaną powyżej zmianę przepisów prawa.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 SIWZ.

29. SIWZ - Załącznik nr 2 do SIWZ – Umowa PN-15/19 (wzór), § 9 ust. 3.

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że do wskazanych w niniejszym postanowieniu kosztów nie zaliczają się koszty części w tym ich dostawa, jeżeli przedmiot zamówienia nie obejmuje części zamiennych.

Odpowiedź: Zamawiający jednoznacznie stwierdza, że części zamienne objęte są przedmiotem zamówienia.

30. SIWZ – Załącznik nr 2 do SIWZ.

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy nie chce rozszerzyć zakresu postępowania o części do napraw urządzeń Gammamed, które pozwolą utrzymać urządzenia w stałej sprawności technicznej.

Odpowiedź: Zamawiający jednoznacznie stwierdza, że części zamienne objęte są przedmiotem zamówienia.

31. SIWZ - Załącznik nr 6 do SIWZ –szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt. 2.

Zamawiający proszony jest o zmianę treści niniejszego punktu w taki sposób, że otrzyma on następujące brzmienie:

„2. Wymiany źródła promieniotwórczego Ir-192 obejmuje:

2.1. wymianę źródła promieniotwórczego Ir-192 - 4 źródła w ciągu każdego roku obowiązywania umowy w ten sposób że:

2.1.1. dla aparatu Gammamed Plus iX , s/n H640673 – łącznie nastąpi wymiana 14 źródeł w okresie obowiązywania umowy wskazanym w §2 tiret 1,

2.1.2. dla aparatu Gammamed Plus, s/n E248 – łącznie nastąpi wymiana 12 źródeł w okresie obowiązywania umowy wskazanym w §2 tiret 2”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

32. SIWZ - Załącznik nr 6 do SIWZ –szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt. 2.

Zamawiający proszony jest o doprecyzowanie procedury dot. wymiany źródeł w tym terminów wymiany z uwzględnieniem cyklu produkcji źródeł.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

33. SIWZ - Załącznik nr 6 do SIWZ –szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt. 3.3.

Zamawiający proszony jest o wykreślenie z niniejszego postanowienia treści „likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części” lub w sposób wyczerpujący i jednoznaczny określenie zakresu świadczenia Wykonawcy, obejmującego likwidowanie szkód takiego rodzaju.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisyZałącznika nr 6 SIWZ.

34. SIWZ - Załącznik nr 6 do SIWZ –szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt. 4.

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie zakresu przedmiotu zamówienia w odniesieniu do części.

Odpowiedź: Zamawiający jednoznacznie stwierdza, że części zamienne objęte są przedmiotem zamówienia.

W załączeniu zmieniony Załącznik nr 1, Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 6 do SIWZ.

Zmiany wchodzi w życie z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.