

Celestynów, 04 lipca 2022 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy: wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia – sprawa nr WOFiTM/37/2022/TP.

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), udziela wyjaśnień na zapytania do treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie 1

Zadanie 4 i 5

Czy Zamawiający dopuści ssak o parametrach:

- Wymiary (SxWxG) 27x83x44cm;
- Poziom hałasu do 45 dBA;
- Ilość portów ssących 1 sztuka;
- Możliwość zastosowania wymiennych filtrów bakteryjnych;
- Możliwość zastosowania standardowych drenów silikonowych z łącznikiem;
- Maksymalna wydajność 70 l/min;
- Maksymalne podciśnienie: -95 kPa;
- Bezobsługowa (niewymagająca konserwacji), bezolejowa, pompa tłokowa;
- Gładka, jednoczęściowa obudowa z włącznikiem, odporna na silne środki dezynfekcyjne;
- Ssak na podstawie jezdnej z kolumną wykonaną ze stopów niekorodujących i panelem sterowania na wysokości bioder;
- Szyna na akcesoria, zainstalowana na kolumnie;
- Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w barach;
- Dodatkowo włącznik / wyłącznik nożny;
- Precyzyjne ustawianie podciśnienia za pomocą regulatora iglicowego;
- Wielostopniowe zabezpieczenie przed zassaniem odsysanych płynów do wnętrza pompy;
- Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 godz. / dobę bez ryzyka przegrzania;
- Ssak wyposażony w dwa zbiorniki wielorazowego użytku z podziałką, o pojemności 2,5 l (każdy) i skalą do 2l, wykonane z nietłukącego się tworzywa, do wkładów jednorazowego użytku;
- Możliwość stosowania zbiorników wielorazowego użytku na wydzieliny, autoklawowalnych, o różnych pojemnościach;

- Ssak wyposażony w dren silikonowy (dren do pacjenta) o długości minimum 2 m.;
- Zasilanie aparatu z sieci elektroenergetycznej 230 V;
- Masa ssaka 19 kg.;
- Cztery kółka jezdne – wszystkie z blokadą;
- Opakowanie transportowe wielokrotnego użytku, zabezpieczające przed wilgocią i kurzem z możliwością załadunku przez wózek widłowy;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawione rozwiązanie.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania autoklaw z komorą prostopadłościenną o wymiarach 310 x 310 x 680 mm szer. x wys. x gł., która gwarantuje możliwość większe załadunku komory od autoklawu z komora owalną ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania autoklaw o głębokości 820 mm, co bardzo nieznacznie odbiega od wymagań, przy zachowaniu pozostałych wymiarów zewnętrznych ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie o głębokości 820 mm, przy zachowaniu wymiarów wewnętrznych opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania autoklaw z drzwiami ze stali nierdzewnej ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie z drzwiami ze stali nierdzewnej.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania autoklaw z uszczelka pompowaną powietrzem ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania autoklaw z możliwością programowania temperatury w zakresie od 105-138 stopni, w skokach co 1 stopień ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 7

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu "program czyszczący do konserwacji urządzenia"?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści wentylator bez chłodnicy wodnej ? Parametr wskazuje na urządzenia firmy Systec ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania autoklaw o mocy wytwornicy pary 6 kW, wydajność pary: 9 kg/h, ciśnienie robocze: 2,5 bar...4,5 bar?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 10

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu izolacji komory ciśnieniowej i załączenia dokumentów potwierdzających jej wykonanie ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 11

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu schładzania pary do temperatury 50 stopni, a dopuści do 80 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania autoklaw z drukarką termiczną ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sprężarkę olejową ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 14

Prosimy o podanie dla jakich dokładnie programów należy przeprowadzić PQ ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przeprowadzenia PQ dla programów wskazanych OPZ.

Pytanie 15

Prosimy o opisanie i drogi transportowej autoklawu ? czy są schody, winda (wymiar i udźwig), wymiary drzwi, korytarze wymiary itp. ?

Odpowiedź: Zamawiający podaje informacje: schody – tak, 10 stopni, winda – nie, największy wymiar drzwi – 90 cm.

Pytanie 16

Prosimy o informację czy w pomieszczeniu są dostępne media tj.: woda bieżąca, kanalizacja, prąd 400 V oraz 230 v ?

Odpowiedź: Zamawiający podaje informacje: woda bieżąca – tak, kanalizacja – tak, 400V – tak, 230v – tak.

Pytanie 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin dostawy do 100 dni od dnia podpisania zamówienia, biorąc od uwagę problemy w dostawach komponentów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 18

Zadanie 1 i 2 do „Projektu” Istotne Postanowienia Umowy par. 14 pkt 1-2

Prosimy o odstąpienie od wymogu znakowania wyrobów kodem kreskowym – wymóg ten może zostać usunięty, jeśli nie istnieje taka możliwość (podstawa: par. 3pkt 2 Decyzja Nr 3/MON z 03.01.2014)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

KOMENDANT

/-/ płk Waldemar PAWELEC