



SZPITAL ŚW. ŁUKASZA
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507
KRS: 0000024307
REGON: 000310338

T.: 75 738 00 00
E.: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:
000000001137

Bolesławiec, 29 września 2022 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania
e-mail: platforma zakupowa

Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) na „Dostawę sprzętu medycznego w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności do diagnostyki i leczenia chorób zakaźnych w tym COVID-19 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu””. Znak sprawy 34/PN/2022.

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 1710), Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie.

1) Dotyczy Zadania nr 1, poz. 17 oraz 18

Prosimy o dopuszczenie pomp infuzyjnych strzykawkowych bez możliwości wgrania do niej biblioteki leków oraz obsługi biblioteki leków za pomocą oprogramowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** pompy infuzyjne strzykawkowe bez możliwości wgrania do nich biblioteki leków oraz obsługi biblioteki leków za pomocą oprogramowania, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów wymienionych w poz. 17 oraz 18 OPZ.

2) Dotyczy Zadania nr 1, poz. 19

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie pompy z ekranem infuzji z możliwością prezentowania następujących informacji jednocześnie: koncentracja leku, szybkość infuzji, podana dawka, czas do końca dawki lub czas do końca strzykawki w formie graficznej, stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** pompy z ekranem infuzji z możliwością prezentowania następujących informacji jednocześnie: koncentracja leku, szybkość infuzji, podana dawka, czas do końca dawki lub czas do końca strzykawki w formie graficznej, stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej.

3) Dotyczy Zadania nr 1, poz. 38 OPZ

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie urządzenia z maksymalną wagą nieprzekraczającą 2,3 kg.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** urządzenie z maksymalną wagą nieprzekraczającą 2,3 kg.

4) Dotyczy Zadania nr 1, poz. 41 OPZ

Zwracamy się z pytaniem o dopuszczenie stacji dokującej z wagą nie większą niż 5,7 kg.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** stację dokującą z wagą nie większą niż 5,7 kg.

5) Dotyczy Zadania nr 1, poz. 56 OPZ

Prosimy o dopuszczenie możliwości reakcji na zgłoszenia uszkodzenia do 72 h w dniach roboczych w siedzibie producenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** możliwość reakcji na zgłoszenie uszkodzenia do 72 h w dniach roboczych w siedzibie producenta.

Odpowiedzi udzieliła: Natalia KUNERT- St. Referent ds. Administracji i Zaopatrzenia